



.....  
.....

Znak: AE/ZP-27-88/24

Tarnów, 2024-09-18

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 221.000 EURO) na dostawy zestawów do protezowania dróg żółciowych, gastrostomii wymiennej i przezskórnej, stentów do dróg żółciowych i przelyku.**

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

- Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści w miejsce pierwotnych parametrów: Zestaw PEG 24 Fr, typu PULL, w składzie:
  - przezroczysty, silikonowy zgłębnik o długości 60 cm ze skalą pomiarową 15 cm, zakończony miękkim, żelowym, pierścieniem zewnętrznym o średnicy 25 mm w kolorze mlecznym
  - 2 adaptory żywieniowe (w tym 1 z przyłączem LUER)
  - pierścień mocujący o średnicy 35 mm typu standard
  - do wyboru przez Zamawiającego
  - ustnik z gumką materiałową
  - igła 19G, dł. 36 mm oraz 25G, dł. 20 mm
  - nić trakcyjna z pętlą do przeciągania o średnicy 0,6 mm i długości 260 cm
  - strzykawka 10 ml
  - skalpel dł. robocza 147 mm, dł. ostrza 22 mm
  - igła wprowadzająca o długości całkowitej 100 mm
  - klamra zaciskowa dł. 37 mm
  - gazik 10x10 mm
  - obłożenie 80x60 cm z otworem w centralnej części otoczonym taśmą przyklepną
  - nożyczki o długości 14 cm
  - pean o długości 125 mm
  - pętla do polipektomii o długości roboczej 180 cm
- Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1** - Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie gastrostomii wymiennej w rozmiarach 14 Fr, 16 Fr, 18 Fr, 20 Fr, 22 Fr oraz 24 Fr.
- Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2** - Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie stentów samorozprężalnych o średnicy 20 mm oraz 22 mm.

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad. 1**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 2** zestawu do przezskórnej gastrostomii opisanej w pytaniu, pod warunkiem, że rozmiary średnic wynoszą 20 Fr (6,67 mm) i 24 Fr (8 mm) oraz spełniania pozostałych wymagań SWZ.

**Ad. 2**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** gastrostomii wymiennej w rozmiarach: 14 Fr, 16 Fr, 18 Fr, 20 Fr, 22 Fr, 24 Fr, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

**Ad. 3**

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ w zakresie **Pakietu Nr 3 poz. 2**.

Otrzymują:  
Platforma Zamawiającego  
a/a

Zastępca Dyrektora  
  
mgr Danuta Nosek

Nocci

