

Warszawa, dnia 2.01.2024 roku

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania pn.

### **„Modernizacja i adaptacja pomieszczeń RCMC/Biobank wraz z wyposażeniem Biobanku (aparatura laboratoryjna)”.**

Zamawiający, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawców, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytanie numer 1**

Zgodnie z OPZ Załącznik nr 4 do SWZ, Zamawiający wymaga zaoferowania urządzeń o charakterze naukowo-badawczym, które nie zostały sklasyfikowane jako wyroby medyczne. W związku z powyższym prosimy o stosowną modyfikację zapisów.

**Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę i informuje że dopuszcza urządzenia bez certyfikatów jeżeli dotyczy to danego urządzenia.**

#### **Pytanie numer 2**

Czy dokumenty dotyczące sprzętów medycznych muszą obligatoryjnie być w języku polskim?

**Odpowiedź: Tak. Jeżeli dokumenty są sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.**

#### **Pytanie numer 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby czas przystąpienia do naprawy liczony od momentu zgłoszenia awarii wynosił 48 godzin i uwzględnił zastosowanie zdalnej diagnozy? Dla oferowanych przez nas urządzeń w wielu przypadkach zdalna diagnoza jest wystarczająca do określenia rodzaju usterki i zamówienia potrzebnych części do wykonania naprawy, a osobista wizyta nie jest konieczna na etapie diagnozowania usterki.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

#### **Pytanie numer 4**

Sekwenatory NGS są urządzeniami o znacznym stopniu złożoności konstrukcji. Czas przewidziany przez Zamawiającego na skuteczną naprawę gwarancyjną jest zbyt krótki, ponieważ częstokroć naprawa urządzenia wymaga zastosowania długotrwałych procedur kalibracyjnych a jej poprawność musi zostać potwierdzona przeprowadzeniem odpowiedniej reakcji testowej trwającej nawet kilka dni. Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na usunięcie wad i usterek i wykonanie naprawy sprzętu do 14 dni roboczych oraz do 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części od producenta od dnia zgłoszenia wady/awarii?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dotyczy Sekwentatorów NGS.**

#### **Pytanie numer 5**

W kontekście wymogów, w załączniku numer 4 do SWZ znajduje się jeszcze sformułowanie dotyczące „pozostałe wymagania” wskazujące na: „Test instalacyjny wykonany przez producenta” oraz „Szkolenie z obsługi wykonany przez producenta w języku polskim” a także „autoryzacja serwisu przez producenta – wraz z dostawą”. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie tych czynności przez autoryzowanego dystrybutora?

**Odpowiedź Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

---

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są integralną częścią SWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców od dnia przekazania.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.