



Znak: AE/ZP-27-85/23

Tarnów, 2023-11-02

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 215.000 EURO) na dostawy: sterylnych: zestawów obłożeń operacyjnych, fartuchów, serwet, osłon na aparaturę oraz niesterylnych jednorazowych: fartuchów czepków, masek chirurgicznych, ochraniaczy na obuwie, pościeli, podkładów, prześcieradeł w roli, koszul i spodenek dla pacjentów, osłon na kończynę, pokrowców na słuchawki, pokrowców na zwłoki.

W związku z zapytaniami Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do przetargu sterylną, jednorazową osłonę na kamerę składaną teleskopowo. Wymiar 13cm x 235cm. Zaopatrzona w tekturę ułatwiającą zakładanie. Końcówka perforowana zaopatrzona w nierozmakającą taśmę mocującą?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 2.** Czy Zamawiający miał na myśli „Sterylny pokrowiec foliowy na przewody, rozmiar 220-225 x 9-10 cm”? Czy Zamawiający miał na myśli „Sterylny pokrowiec foliowy na ramię C, rozmiar 220-225 x 90-100 cm”?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 2** Czy Zamawiający dopuści do przetargu sterylny pokrowiec foliowy na przewody, rozmiar 200 x 8 cm, złożony teleskopowo z taśmami do mocowania?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści do przetargu Pokrowiec uniwersalny na ramię C - 1 częściowy - z rozcięciem (1370 mm) i przylepcami do mocowania na ramieniu C, rozmiar 1040 x 2300?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści do przetargu sterylną, jednorazową osłonę na sprzęt medyczny, szyta na okrągło, ściągnięta elastyczną gumką w kolorze czerwonym. Wykonana z polietylenu. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Nie zawiera lateksu. Rozmiar 25/55cm?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści do przetargu sterylną, jednorazową osłonę na sprzęt medyczny, szyta na prostokąt, ściągnięta elastyczną gumką w kolorze brązowym. Wykonana z polietylenu. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Nie zawiera lateksu. Rozmiar 95/85cm?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze tylko L i XL? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.
8. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści fartuch tylko w kolorze zielonym? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.
9. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1.** W związku z pojawiającymi się zapytaniami Wykonawców dotyczącymi błędnego wymogu uznania fartucha jako ŚOI prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga fartucha zarejestrowanego jako wyrób medyczny. Fartuch niesterylny stosowany w środowisku medycznym ze względu na swoją konstrukcję i właściwości nie spełnia wymagań w odniesieniu do środka ochrony osobistej kategorii I. Wynika to z wymagań zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425.
10. **Dotyczy punktu 19.2.3 SWZ.** Dzień dobry, pytanie dotyczy zapisu w SIWZ punkt 19.2.3 (Ocena oferty będzie dokonana wg następujących zasad). Przy terminie realizacji reklamacji kryterium wynosi 2%. Zatem proszę o wyjaśnienie zgodnie z zapisem 19.2.3 jak jest liczony ten parametr skoro można uzyskać 100 punktów?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** sterylnej, jednorazowej osłony na kamerę, składanej teleskopowo, o wymiarze 13 cm x 235 cm, zaopatrzonej w tekturę ułatwiającą zakładanie, z końcówką perforowaną zaopatrzoną w nierozmakającą taśmę mocującą, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 2 Zamawiający wyraźnie podał w Załączniku Nr 1 do SWZ, że wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 4 poz. 2** sterylnego pokrowca foliowego na przewody, rozmiar 220-225 x 90-100 cm do mocowania na ramieniu aparatu RTG.



Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 2** sterylne go pokrowca foliowego na przewody o rozmiarze 200 x 8 cm.

Ad. 4 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 4 poz. 2**.

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 3** osłon opisanych w pytaniu.

Ad. 6 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 4 poz. 4**.

Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 1** fartuchów z włókniny tylko w rozmiarze L i XL, nawet jeżeli spełniają pozostałe wymagania SWZ.

Ad. 8 Zamawiający dopuszcza zaferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 1** fartuchów z włókniny tylko w kolorze zielonym, pod warunkiem że zaferowane fartuchy spełniają wymagania SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SWZ Zamawiający wymaga zaferowania fartuchów w kolorze zielonym lub niebieskim.

Ad. 9 Zgodnie z wymaganiem określonym w pkt 5.3 SWZ zaferowane w **Pakiecie Nr 7 poz. 1** fartuchy z włókniny winny spełniać warunki dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07 kwietnia 2022r. (Dz.U. z 2022r poz. 974 z późn. zm.). Odpowiednie dokumenty Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie.

Ad. 10 Zamawiający szczegółowo opisał sposób oceny w kryterium „termin realizacji reklamacji” w pkt 19.2.3 SWZ i prosi o zapoznanie się z nim.

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a

TJK

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek

