



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

Kraków, dnia 20 lipca 2021r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak ZP-21/21

Szanowni Państwo,

Stosując się do dyspozycji przepisu art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zawiadamia, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawy zestawów służących w preparatyce krwi wraz z dzierżawą urządzeń** (znak sprawy j. w.), wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść zapytań wraz z odpowiedziami poniżej:

Pytanie:

Zamawiający wymaga dostawy 12 000 sztuk zestawów wraz z dzierżawą na okres 16 miesięcy dwóch jednakowych urządzeń do wytwarzania ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych metodą zlewania kożuszków leukocytarno-płytkowych (UKKP).

Czy Zamawiający zaakceptuje złożenie oferty wariantowej obejmującej dostawę 12 000 sztuk zestawów do produkcji UKKP ze zlewanych kożuszków leukocytarno-płytkowych bez dzierżawy dodatkowych urządzeń?

Oferowane przez nas zestawy, spełniające wymagania Opisu Przedmiotu Zamówienia, można wykorzystywać na posiadanych przez Zamawiającego wirówkach do preparatyki krwi oraz posiadanych przez Zamawiającego prasach automatycznych do preparatyki krwi. Dopuszczenie powyższego rozwiązania pozwoliłoby Zamawiającemu na poczynienie dużych oszczędności finansowych przy zachowaniu odpowiednich parametrów produktu wyjściowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą propozycję.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną treść specyfikacji warunków zamówienia.

*P.O. Dyrektora Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Krakowie*

Jolanta Raś