

Wadowice, dnia 08.04.2019r.

Znak: ZP/PRZET/UE/1/5/2019

Informacja o wpłynięciu pytań do SIWZ na dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego dla ZZOZ w Wadowicach

W związku z wpłynięciem pytań do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego dla ZZOZ w Wadowicach, znak: ZP/PRZET/UE/1/2019, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r poz. 1986 ze zm.) informuję, że w postępowaniu zostały złożone pytania.

Pytanie do Pakietu nr 1

Pytanie nr 1 Poz. I Waga kolumnowa ze wzrostomierzem Czy Zamawiający wymaga, aby wagi w tym pakiecie posiadały świadectwo kompatybilności elektromagnetycznej? Taki dokument gwarantuje, że wagi mogą bezusterkowo pracować w pomieszczeniu, w którym działają inne urządzenia emitujące fale radiowe: np. telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe, inne urządzenia medyczne. Niektórzy producenci mają w swoich instrukcjach obsługi zapis „ **UWAGA! Praca w pobliżu (w odległości do 2.8 m) telefonu komórkowego może powodować niestabilność pracy URZĄDZENIA**” co w dzisiejszych czasach, kiedy każdy posiada w kieszeni telefon komórkowy wydaje się być trudne do wyegzekwowania, a telefon może spowodować uszkodzenie wagi lub problemy w uzyskaniem prawidłowego wyniku ważenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby wagi miały świadectwo kompatybilności elektromagnetycznej ale nie wymaga.

Pytanie nr 2 Poz. I Waga kolumnowa ze wzrostomierzem Czy Zamawiający wymagać będzie wzrostomierza teleskopowego mechanicznego o zakresie pomiarowym 60-210 cm i działce elementarnej 1 mm? Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego ponieważ mamy możliwość zmierzenia zarówno małych dzieci jak i osoby dorosłe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wzrostomierza teleskopowego mechanicznego o zakresie pomiarowym 60-210 cm i działce elementarnej 1 mm ale nie wymaga.

Pytanie nr 3 Poz. I Waga kolumnowa ze wzrostomierzem Czy Zamawiający wymagać będzie wag ze zintegrowaną platformą (antypoślizgową) z pomostem wagowym co daje 100% bezpieczeństwa. W przypadku stąpnienia przez pacjenta na róg wagi – waga z pacjentem się nie wywróci. Platforma luźno położona na pomoście i nie przymocowana niesie za sobą ryzyka kontuzji pacjenta, a w takiej sytuacji pacjent może dochodzić roszczeń od placówki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wag ze zintegrowaną platformą (antypoślizgową) z pomostem wagowym co daje 100% bezpieczeństwa ale nie wymaga.

Pytanie nr 4 Poz. I Waga kolumnowa ze wzrostomierzem Czy Zamawiający dopuści wagi



z dokładnością odczytu 100g w całym zakresie (czyli dopuści wagi jednozakresowe)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5 Poz. I Waga kolumnowa ze wzrostomierzem Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagi z dokładnością odczytu: 200g < 200 kg > 500g? Rozwiązanie nieznacznie odbiegające od wymaganego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wagi z dokładnością odczytu: 200g < 200 kg > 500g ale nie wymaga.

Pytanie nr 6 Poz. I Waga kolumnowa ze wzrostomierzem Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę o wymiarach platformy: 310 x 360 mm? Im większe wymiary platformy tym waga bardziej stabilna.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7 Poz. I Waga kolumnowa ze wzrostomierzem Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę o wymiarach platformy: 310 x 310 mm? Im większe wymiary platformy tym waga bardziej stabilna.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8 Poz. I Waga kolumnowa ze wzrostomierzem Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę o wymiarach: 1100 mm (wys. razem ze wzrostomierzem) x 480 mm x 360 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wagę o wymiarach: 1100 mm (wys. razem ze wzrostomierzem) x 480 mm x 360 mm ale nie wymaga.

Pytanie nr 9 Poz. I Waga kolumnowa ze wzrostomierzem Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę o wymiarach: 1020 mm (wys. razem ze wzrostomierzem) x 480 mm x 360 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wagę o wymiarach: 1020 mm (wys. razem ze wzrostomierzem) x 480 mm x 360 mm ale nie wymaga.

Pytanie nr 10 Poz. I Waga kolumnowa ze wzrostomierzem Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę o wymiarach: 970 mm (wys. razem ze wzrostomierzem) x 440 mm x 360 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wagę o wymiarach: 970 mm (wys. razem ze wzrostomierzem) x 440 mm x 360 mm ale nie wymaga.

Pytanie nr 11 Poz. I Waga kolumnowa ze wzrostomierzem Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę z większym obciążeniem - 300 kg? Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wagę z większym obciążeniem - 300 kg ale nie wymaga.

Pytanie nr 12 Poz. I Waga kolumnowa ze wzrostomierzem Czy Zamawiający wyrazi zgodę na miernik wagowy na kolumnie na wysokości ok. 1 m? Rozwiązanie nieznacznie odbiegające od wymaganego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie miernika wagowego na kolumnie na wysokości ok. 1 m ale nie wymaga.

Pytanie nr 13 Poz. I Waga kolumnowa ze wzrostomierzem Czy Zamawiający dopuści wagę z podgumowanymi stopkami zamiast kółek transportowych? Takie rozwiązanie jest bezpieczniejsze w użyciu, gdyż stopki zapobiegają przypadkowemu przesuwaniu wagi.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14 Poz. I Waga kolumnowa ze wzrostomierzem Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę o masie własnej ok. 8 kg? Rozwiązanie nieznacznie odbiegające od wymaganego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15 Poz. II Waga niemowlęca ze wzrostomierzem Czy Zamawiający dopuści wagi, gdzie ilość wypitego mleka przy karmieniu można realizować przy pomocy funkcji TARA ? Rozwiązanie tożsame z wymaganym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wagi, gdzie ilość wypitego mleka przy karmieniu można realizować przy pomocy funkcji TARA ale nie wymaga.

Pytanie nr 16 Poz. II Waga niemowlęca ze wzrostomierzem Czy Zamawiający dopuści wagi bez funkcji przełączania zakresów ważenia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17 Poz. II Waga niemowlęca ze wzrostomierzem Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę o wymiarach: 560 mm x 145 mm x 325 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wagę o wymiarach: 560 mm x 145 mm x 325 mm ale nie wymaga.

Pytanie nr 18 Poz. II Waga niemowlęca ze wzrostomierzem Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę o wymiarach szalki: 560 mm x 240 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wagę o wymiarach szalki: 560 mm x 240 mm ale nie wymaga.

Pytanie nr 19 Poz. II Waga niemowlęca ze wzrostomierzem Czy Zamawiający wymaga, aby wagi w tym pakiecie posiadały świadectwo kompatybilności elektromagnetycznej? Taki dokument gwarantuje, że wagi mogą bezusterkowo pracować w pomieszczeniu, w którym działają inne urządzenia emitujące fale radiowe: np. telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe, inne urządzenia medyczne. Niektórzy producenci mają w swoich instrukcjach obsługi zapis „**UWAGA! Praca w pobliżu (w odległości do 2.8 m) telefonu komórkowego może powodować niestabilność pracy URZĄDZENIA**” co w dzisiejszych czasach, kiedy każdy posiada w kieszeni telefon komórkowy wydaje się być trudne do wyegzekwowania, a telefon może spowodować uszkodzenie wagi lub problemy w uzyskaniem prawidłowego wyniku ważenia.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby wagi miały świadectwo kompatybilności elektromagnetycznej ale nie wymaga.

Pytanie do Pakietu nr 8

Pytanie nr 20 Czy Zamawiający dopuści do postępowania w poz. VII stół bez bocznej półki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu bez bocznej półki.

Pytanie nr 21 Czy Zamawiający dopuści do postępowania w poz. VII stół z półką wysuwana z przodu stolika?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu z półką wysuwaną z przodu stolika.

Pytanie nr 22 Czy Zamawiający dopuści do postępowania w poz. VII stół o wysokości od podłoża do blatu 870 ± 30 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu o wysokości od podłoża do blatu 870 ± 30 mm

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SIWZ a pozostałe jej zapisy zostają bez zmian. Termin składania i otwarcia ofert **nie ulega zmianie**. Ofertę należy złożyć do dnia **17.04.2019r.** do **godz.10:00**. Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu o **godz. 10:30**

Dyrektor
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wadowicach

Beata Szafraniec

Otrzymują:

1 x Strona <https://www.platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice>

1 x Wykonawca e-mail:

1 x a/a