

Warszawa, 13 listopada 2021 r.

BBA-2.262.25.2021

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na **Dostawę urządzeń laboratoryjnych dla laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Wniosek nr 1:

Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający wymaga: wzorcowanie urządzenia przez Główny Urząd Miar w systemie L*a*b* dla iluminantu D65 i jednego 25 Minimalne wymagania Zamawiającego Dane techniczne oferowanego sprzętu obserwatora kolorymetrycznego 10^o za pomocą kolorymetrycznych wzorców odniesienia GUM z zestawu Glossy Ceramic Colour Standards DM05. Wyniki różnic barw ΔE , bez uwzględniania niepewności rozszerzonej, dla szarych płytek (pale grey DM05, mid grey DM05, deep grey DM05) powinny być niższe od 1,5, dla pozostałych płytek (deep pink DM05, red DM05, orange DM05, yellow DM05, green DM05, cyan DM05, deep blue DM05) powinny być niższe niż 2,5. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytanie: Główny Urząd Miar nie jest jedyną akredytowaną jednostką certyfikującą w Polsce. W związku z tym czy Zamawiający dopuszcza wykonanie wzorcowania przez inne laboratorium wzorcujące posiadające akredytację PCA w zakresie certyfikacji spektrofotometrów do pomiaru barwy jeśli zostaną zachowane w/w standardy wzorcowania oraz zakresy tolerancji. Z naszego doświadczenia GUM oferuje

bardzo długie terminy realizacji zamówienia przekraczające często 6 tygodni co może spowodować opóźnienie w dostawie urządzenia. Laboratorium z którym współpracujemy wykonuje tą samą usługę w terminie 7 dni.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dopuszcza wykonanie wzorcowania urządzenia przez GUM lub laboratorium akredytowane.

Jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia – Załącznik Nr 1 do SWZ w zakresie Części I zamówienia dla Spektrofotometru do pomiaru barwy wyrobów włókienniczych w następujący sposób:

- **wzorcowanie urządzenia przez Główny Urząd Miar lub laboratorium akredytowane** w systemie $L^*a^*b^*$ dla iluminantu D65 i jednego obserwatora kolorymetrycznego 10° za pomocą kolorymetrycznych wzorców odniesienia GUM z zestawu Glossy Ceramic Colour Standards DM05. Wyniki różnic barw ΔE , bez uwzględniania niepewności rozszerzonej, dla szarych płytek (pale grey DM05, mid grey DM05, deep grey DM05) powinny być niższe od 1,5, dla pozostałych płytek (deep pink DM05, red DM05, orange DM05, yellow DM05, green DM05, cyan DM05, deep blue DM05) powinny być niższe niż 2,5.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp zmienia treść SWZ w następujący sposób:

- 9.4. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem platformazakupowa.pl/pn/uokik - w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 18 października 2021 r. do godziny 11:00.
- 9.10. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 18 października 2021 r. g. 11.15.
- 11.1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 16 listopada 2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

ŚPODPIS

