

Kraków, dn. 24.06.2024 r.

Wyjaśnienia treści SWZ (Pytania i odpowiedzi)

Informacja

W odpowiedzi na wniosek potencjalnych Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia **publicznego DZiK-DZP.2921.49.2024 – „Zakup i dostawa aparatury laboratoryjnej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”**, Zamawiający – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z siedzibą pod adresem: 31-120 Kraków, al. A. Mickiewicza 21, na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

Zadanie nr 6 „Wagosuszarka”:

Czy Zamawiający dopuści zasilanie 100V – 120V AC 50/60Hz lub 200 – 240V AC 50/60Hz?

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza zasilanie 200V – 240V AC 50/60Hz.

W związku z powyżej udzielonymi odpowiedziami, Załącznik nr 2.1 do SWZ (Parametry Techniczne Przedmiotu Zamówienia / Przedmiotowy Środek Dowodowy) **należy czytać w całości, łącznie z udzieloną przez Zamawiającego, powyższą odpowiedzią na pytania.**

Kanclerz
/-/ mgr Marcin Gałan