



Wrocław, ... 19 ... listopada 2021r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław**

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznych materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Neurochirurgii wraz z najmem instrumentarium, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.60.2021

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust.2 oraz 137 ust.1 ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.poz.2019 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 17 - Pakiet 15 - Czy zamawiający ze względu na małą ilość zamawianego asortymentu odstąpi od wymogu najmu instrumentarium na czas trwania umowy? Dopuszczając możliwość dostarczenia instrumentarium na każdy zabieg tzw. Zestaw lotny w ciągu 2 dni roboczych od zamówienia?

Odpowiedź na pytanie nr 17: Dotyczy pakietu nr 15 - Zamawiający modyfikuje odpowiednio załącznik nr 3 do SWZ(do pobrania poniżej) oraz załącznik nr 2 do SWZ , który otrzymuje nowe brzmienie:

Nazwa pakietu	Nr pakietu	Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Wartość jednostkowa netto (zł)	% Vat	Ilość	Wartość netto (zł)	Cena brutto (zł)	Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym
Płyty i śruby do laminoplastyki kręgosłupa, CPV 33140000-3 materiały medyczne,	15	1	Śruby i płytki do mocowania łuków kręgów w operacji laminoplastyki kręgosłupa szyjnego. Płytki wstępnie wygięte, niskoprofilowe grubość do 2 mm. Śruby samonawiercające średnica ok. 2 mm, śruby rewizyjne ok. 2,4mm, długości od 6 do 12 mm co 2 mm. Materiał stop tytanu, komplet jedna płyta trzy lub cztery śruby, sterylne pakowane pojedynczo.	komplet			10			
	15	2	Najem instrumentarium na zasadzie tzw. „Loaner Set”	Loaner Set			10			
Razem pakiet nr 15:										

Jednocześnie działając na podstawie art. 137 ust.1 ustawy Pzp informuje, że **modyfikuje treść załącznika nr 3 do SWZ w zakresie §1 ust. 8 oraz §5 ust. 2 (do pobrania poniżej)**

Zamawiający poprawia również omyłkę pisarską w nazwie postępowania w **załączniku nr 6 do SWZ (do pobrania poniżej)**

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ czy w przypadku modyfikacji SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

Z upoważnienia
KOMENDANTA
4. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ
SP ZOZ we Wrocławiu
.....
mgr Piotr SZERWA
(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego
Kierownik Sekcji lub osoby upoważnionej