

Konin, 04.07.2019r.

WSZ-EP-19/634/2019

Wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-19/2019).

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

Pakiet 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca o długości 9,14 m w pozostałym zakresie zgodny z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przylepiec o długości 9,14m. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 17, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10 cm x 20 cm w pozostałym zakresie zgodnego z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 21, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opaski gipsowej w rozmiarze 12,5 cm x 2,7 m w pozostałym zakresie zgodnej z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 30, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy bezigłowy przyrząd ma posiadać filtr powietrza ma być wbudowany na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwi ergonomiczną pracę z przyrządem ?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy)), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>. Zamawiający nie określa powyższego.

Pakiet 32, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego systemu do przygotowania leków niebezpiecznych, z kodem ONB nadanym przez FDA o poniższych parametrach : Bezigłowe urządzenie do bezpiecznego przenoszenia leków w strzykawce z końcówką luer lock. Urządzenie

(łącznik), umożliwiające pobranie roztworu leku cytostatycznego (cytotoksycznego) z fiolki, bezpieczne przeniesienie w strzykawce i dodanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub w miejsce wkłucia dożylnego, tworząc zamknięty, szczelny system, posiadający elastomerowe membrany. Bez PCV. Przyrząd posiada mechanizm uniemożliwiający ponowne odkręcenie go od strzykawki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 32, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego systemu do przygotowania leków niebezpiecznych, z kodem ONB nadanym przez FDA o poniższych parametrach : Adapter do fiolki do rozpuszczania leków i wyrównywania ciśnienia w systemie zamkniętym. Do fiolek o średnicy 20 mm. Zamknięty system umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu z fiolki do strzykawki. Posiada plastikową igłę wdłużnie ściętą umożliwiającą maksymalne pobranie leku z fiolki, podwójną membranę, złącze luer lock, rozszerzającą się komorą zewnętrzną o objętości 100 ml. Zabezpiecza przed wyciekami oraz uwalnianiem areozoli, oparów niebezpiecznych substancji. Bez PCV.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 32, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego systemu do przygotowania leków niebezpiecznych, z kodem ONB nadanym przez FDA o poniższych parametrach : Uniwersalny przyrząd do transferu leków do worka, z bocznym portem do dostrzyknięcia leku, kompatybilny z poz. 1, działający w systemie podwójnych elastomerowych membran.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 33, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd ma posiadać system uniemożliwiający odkręcenie łącznika od strzykawki.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 33, poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd ma umożliwiać przepływ min. 150 ml/min co pozwoli na efektywne pobieranie leków oleistych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 33, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 33, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do pobierania leków z fiolki z uniwersalnym systemem mocowania, z możliwością użycia min. 216 aktywacji, o długości min. 5 cm, z kolcem

posiadającym specjalną budowę tj. wzdłużnie ścięty, umożliwiający pobranie maksymalnej ilości leku z fiołki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Sporządziła: R. Janik