




MAŁOPOLSKA

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Projekt RPMP.12.01.03-12-0597/17 pn „Poprawa jakości usług poprzez rozbudowę i przebudowę budynku ZPS przy ul. Skłodowskiej - Curie w Tarnowie etap III wraz z zakupem sprzętu medycznego” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

ul. Marii
Skłodowskiej - Curie
1
33-100 Tarnów

Tel. 14 631 02 10
Fax 14 627 44 43

e-mail:
sekretariat@zps.tarnow.
pl

Internet
www.zps.tarnow.pl

REGON
851800010

NIP
8733250820

KRS
0000450920
Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie,
XII Wydział
Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego

Kapitał zakładowy
21 986 500 zł
w całości opłacony



Wszyscy uczestnicy postępowania

ZPS-AG-333/4/3/2023

Tarnów, dn. 29 maj 2023 r.

WYJAŚNIENIE SWZ

Dotyczy: postępowania na zadanie pn.: **Dostawa wyposażenia medycznego dla potrzeb Zespołu Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o. w Tarnowie**

W związku z zapytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego odnośnie treści SWZ przedstawia się następujące wyjaśnienia:

Załącznik nr 12: stół zabiegowy – 1 szt.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z podstawą wyposażoną w 4 koła, wszystkie koła z indywidualną blokadą? Oferowane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego.

Odpowiedź: Nie Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z elektryczną regulacją wysokości realizowaną jedynie za pomocą pilota ręcznego?

Odpowiedź: Nie Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy wyposażony w listwy boczne w segmencie oparcia pleców i siedziska?

Odpowiedź: Nie Zamawiający nie dopuszcza zgodnie z SWZ

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy wyposażony w leże 4 segmentowe (segmenty: głowy, pleców, siedziska i nóg – jako całość)?

Odpowiedź: Nie Zamawiający nie dopuszcza zgodnie z SWZ

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z leżem o szerokości 600 mm?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuści stół zabiegowy z leżem o szerokości 600 mm

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 650-1000 mm? Oferowane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego.

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza stół zabiegowy z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 650-1000 mm

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z leżem o długości 2000 mm?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuści stół zabiegowy z leżem o długości 2000 mm

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy, w którym część nożna regulowana jest mechanicznie?

Odpowiedź: Nie Zamawiający nie dopuszcza zgodnie z SWZ

Pytanie nr 9:

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający pod pojęciem „stół wyposażony w podparcie wielopozycyjne pod udo” miał na myśli podpórki ginekologiczne (para) montowane do szyn montażowych?

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli podpórki ginekologiczne lub chirurgiczne i chodziło o parę, montowane do szyn montażowych

PREZES ZARZĄDU

Piotr Augustyński

Otrzymują:

1 x wszyscy uczestnicy postępowania / strona internetowa

1 x a/a