



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PRZASNYSZU**



06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9, centrala tel. 29 753 43 00, sekretariat 29 753 43 18, fax 29 753 43 80

NIP 761-13-33-881

REGON 000302480

BDO: 000110316

www.szpitalprzasnysz.pl

sekretariat@szpitalprzasnysz.pl

SPZZOZ.ZP/31/2021

Przasnysz, dnia 11.10.2021 r

**Do wszystkich,
którzy pobrali SWZ**

Dotyczy: przetargu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu na zapytania udziela odpowiedzi.

Pytanie 1

Pakiet nr 3, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne w osłonce z PE? Pozostałe parametry zgodne z opisem Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Pakiet nr 3, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii w osłonce o średnicy 2,4 mm? Pozostałe parametry zgodne z opisem Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Pakiet nr 3, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii o średnicy 32 mm, w osłonce o średnicy 2,4 mm? Pozostałe parametry zgodne z opisem Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Pakiet nr 3, pozycja 6. Czy Zamawiający dopuści szczotki dwustronne do czyszczenia endoskopów o długości roboczej 250 cm? Pozostałe parametry zgodne z opisem Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Pakiet nr 3

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rozwarście 16 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rozmiar pętli 25x50 mm? Reszta parametrów zgodnie z formularzem cenowym.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rozmiar pętli 30x55 mm? Reszta parametrów zgodnie z formularzem cenowym.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 6

Czy Zamawiający dopuści średnice szczoteczek 5/10 mm? Reszta parametrów zgodnie z formularzem cenowym.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6

Pytanie dot. pakietu nr 3, pozycji numer 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych kleszczy biopsyjnych pokrytych hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu o śr. 2,4 mm, do kanału roboczego 2,8 mm, dł. robocza 240 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7

Pytanie dot. pakietu nr 3, pozycji numer 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych kleszczy chwytających typu „zab szczura” do kanału roboczego 2,8, rozwarcie 9 mm, dł. 230 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8

Pytanie dot. pakietu nr 3, pozycji nr 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pętli do polipektomii jednorazowego użytku, okrągłej, ze sztywnego drutu plecionego, pozwalające na wykonywanie zarówno gorącej jak i zimnej polipektomii, śr. 25 mm, śr. osłonki: 2.4 mm., dł. 240 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9

Pytanie dot. pakietu nr 3, pozycji nr 4: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pętli do polipektomii jednorazowego użytku, okrągłej, ze sztywnego drutu plecionego, pozwalające na wykonywanie zarówno gorącej jak i zimnej polipektomii, śr. 35 mm, śr. osłonki: 2.4 mm., dł. 240 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 10

Pytanie dot. pakietu nr 3, pozycji nr 5: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ustnika do gastroskopii jednorazowego użytku, dostępny w trzech różnych rozmiarach spełniających różne zapotrzebowanie kliniczne oraz anatomiczne, niejałowy, opakowanie zawiera 100 ustników oddzielnie pakowanych?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 11

Pytanie dot. pakietu nr 3, pozycji nr 6: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dwustronnej szczoteczki do czyszczenia kanałów endoskopów jednorazowego użytku, śr. włosia 5 mm, dł. 240 cm, śr. cewnika 1.65 mm, dł. włosia: 13 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 12

Dotyczy Pakietu nr 3- poz. 2

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować kleszcze chwytające typu „zab szczura” oraz „długi krokodylki” (do wyboru zamawiającego) o średnicy 2,3mm i długości 230 cm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 13

Dotyczy Pakietu nr 3- poz. 3

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować pętle do polipektomii owalne, obrotowe, jednorazowego użytku, średnica pętli 10mm, 15,mm, 25 mm; pozostałe parametry zgodne z opisem SWZ ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 14

Dotyczy Pakietu nr 3- poz. 4

Czy Zamawiający w w/w wymaga szczotek czyszczących dwustronnych do czyszczenia endoskopów jednorazowego użytku, średnica szczoteczek 5mm i 11 mm, długości szczotek odpowiednio 20mm i 40mm i długości roboczej 230cm?

Odp. Zamawiający wymaga.

Pytanie 15

Dotyczy Formularza cenowego- Załącznik nr 2 do ZO

W celu uchronienia Zamawiającego przed brakiem możliwości weryfikacji parametrów asortymentu określonych w załączniku nr 2 do ZO, zwracamy się z prośbą o ustanowienie wymogu podania przez Wykonawców w Formularzu Cenowym- Załącznik nr 2 do ZO w kolumnie Producent/Kraj numeru katalogowego oferowanego asortymentu. Dodatkowo prosimy o ustanowienie zastrzeżenia, iż Zamawiający może wezwać Wykonawcę do dostarczenia na każdym etapie postępowania opisów, katalogów bądź kart technicznych dla zaoferowanego asortymentu w celu potwierdzenia zgodności parametrów oferowanych z wymaganymi przez Zamawiającego parametrami opisanymi w Załączniku nr 2 do ZO.

W przeciwnym razie Zamawiający naraża siebie na brak możliwości dokonania rzeczywistej weryfikacji parametrów oferowanych z wymaganymi oraz uniemożliwi sobie dokonania z należytą starannością weryfikacji ofert i oferowanych parametrów

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 16

**Pakiet nr 2 Czy Zamawiający dopuści:
Poz. 2 Kleszcze chwytające typu „zab szczura”, średnica kateteru 2,3 mm, rozwarcie 8,1 mm, długość robocza 230 mm.**

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. 3 i 4 Pętle do polipektomii owalne, jednorazowego użytku, średnica pętli 20, 24, 36mm do wyboru, średnica osłonki 2,3 mm, długość robocza 230 cm.

Odp. Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Z poważaniem: TOR
SP ZZOZ w Przasnyszu
Grzegorz Magnuszewski
mgr Grzegorz Magnuszewski