

Słupsk dnia 09. 08. 2022 r.

Numer sprawy nr: **SE-407/21/22**

**Wykonawcy w postępowaniu**

**Odpowiedzi na zadane pytania**

dotyczące Opisu przedmiotu zamówienia w prowadzonym postępowaniu w trybie **zaptania ofertowego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.**

W dniu 08. 08. 2022 r. Zamawiający otrzymał pytania dot. Opisu przedmiotu zamówienia. Poniżej zamieszczamy treść pytań oraz odpowiedzi zamawiającego.

**Część I.**

1. Pakiet nr 1, pozycja 10-15

Czy Zamawiający dopuści równoważną kaniulę dożylną o parametrach:

- kaniula z igłą typu Adva, ze specjalnym wycięciem zapewniającym natychmiastową wizualizację wypływu krwi w cewniku
- cewnik wykonany z biokompatybilnego **poliuretanu (PUR)**
- materiał cewnika ( sztywny przed wprowadzeniem) mięknie po wprowadzeniu do żyły pod wpływem naturalnego ciepła pacjenta
- cewnik widoczny w RTG (6 pasków radiocieniujących)
- samodomykający się korek portu górnego
- zabezpieczenie ostrza schowane w korpusie kaniuli, aktywowane po całkowitym usunięciu igły z cewnika
- komora wypływu w porcie głównym wyposażona w filtr hydrofobowy
- ostra igła z 3-płaszczyznowym ścięciem typu back-cut
- metoda sterylizacji: tlenek etylenu
- rozmiary:

Gauge	Rozmiar kolor	Średnica cewnika [mm]	Długość cewnika [mm]	Przepływ [ml/min]	Opak. jednostkowe	Opak. pośrednie
14	pomarańczowy	2,0	45	305	folia-papier	50 szt.
16	szary	1,7	45	200	folia-papier	50 szt.
17	biały	1,5	45	142	folia-papier	50 szt.
18	zielony	1,3	45	95	folia-papier	50 szt.
18	zielony	1,3	32	95	folia-papier	50 szt.
20	różowy	1,1	32	65	folia-papier	50 szt.
20	różowy	1,1	25	65	folia-papier	50 szt.
22	niebieski	0,9	25	36	folia-papier	50 szt.
24	żółty	0,7	19	23	folia-papier	50 szt.

**Odp. Zgodnie z Opisem warunków zamówienia.**

2. Pakiet nr 1, pozycja 46-49

Czy Zamawiający doprecyzuje jakich masek wymaga? Jednorazowych czy wielorazowego użytku?

Jeżeli jednorazowych, czy Zamawiający dopuści maski z zaworem do pompowania mankietu?

**Odp. Zgodnie z Opiszem warunków zamówienia.**

Natomiast jeżeli wymaga wielorazowych, czy dopuści zaoferowanie maski z otwartym mankiem?

**Odp. Zgodnie z Opiszem warunków zamówienia. Tylko wielorazowego użytku.**

3. Pakiet nr 1, pozycja 70

Czy Zamawiający dopuści kołnierz ortopedyczny dla dzieci z 3-stopniową regulacją?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

4. Pakiet nr 1, pozycja 71

Czy Zamawiający doprecyzuje czy wymaga dostarczenia wraz z ofertą próbki do pozycji 71?

Jeżeli tak, ile sztuk Wykonawca ma dostarczyć?

**Odp: Zamawiający nie wymaga dostarczenia próbki wraz ofertą.**

5. Pakiet nr 1, pozycja 71

Czy Zamawiający dopuści elektrodę dla dzieci o wymiarze 36x42mm?

**Odp. Zgodnie z Opiszem warunków zamówienia.**

6. Pakiet nr 1, pozycja 72

Czy Zamawiający dopuści elektrodę dla dorosłych o wymiarze 50mm?

**Odp. Zgodnie z Opiszem warunków zamówienia.**

7. Pakiet nr 1, pozycja 74

Czy Zamawiający dopuści papier do Lifepacka o wymiarze 106,5x23?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

8. Pakiet nr 1, pozycja 75

Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka o długości 2,1m?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

## Część II.

1. Pakiet 1, Pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek pakowanych a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

2. Pakiet 1, Pozycja 10-15

Czy Zamawiający dopuści kaniule z 6 paskami kontrastującymi?

**Odp. Zgodnie z Opiszem warunków zamówienia.**

3. Pakiet 1, Pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści kaniule 1,1x32mm o przepływie 61 ml/min?

**Odp. Zgodnie z Opiszem warunków zamówienia.**

4. Pakiet 1, Pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści kaniule 1,3x45mm o przepływie 100 ml/min?

**Odp. Zgodnie z Opiszem warunków zamówienia.**

5. Pakiet 1, Pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie 142 ml/min?

**Odp. Zgodnie z Opiszem warunków zamówienia.**

6. Pakiet 1, Pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści kaniule 14G 2,0x45mm, 305 ml/min?

**Odp. Zgodnie z Opiszem warunków zamówienia.**

7. Pakiet 1, Pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści kaniule 16G 21,7x45mm, 200 ml/min?

**Odp. Zgodnie z Opiszem warunków zamówienia.**



8. Pakiet 1, Pozycja 17  
Czy Zamawiający dopuści przyrząd z drenem o długości min. 150cm?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**
9. Pakiet 1, Pozycja 17  
Czy Zamawiający dopuści przyrząd z komorą o długości 60 mm?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**
10. Pakiet 1, Pozycja 18-19  
Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z mankietem w rozmiarach 3,0 do 10,0?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**
11. Pakiet 1, Pozycja 18-19  
Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną bez mankieta w rozmiarach 2,0 do 10,0?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza, ale w rozmiarach 2,0-4,5.**
12. Pakiet 1, Pozycja 46-49  
Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną jednorazowego użytku?  
**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
13. Pakiet 1, Pozycja 69  
Czy Zamawiający ma na myśli kołnierz z pianki z możliwości regulacji obwodu szyi?  
**Odp. Nie, zamawiający nie dopuszcza.**
14. Pakiet 1, Pozycja 70  
Czy Zamawiający dopuści kołnierz z 4 stopniami regulacji, spełniający pozostałe wymagania swz?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**
15. Pakiet 1, Pozycja 75  
Czy Zamawiający dopuści dren CH 24 – 5,60 mm/8,00 mm o długości 210cm zakończony:



- Odp. Zamawiający dopuszcza.**
16. Pakiet 1, Pozycja 75  
Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z osobno pakowanego drenu CH 30 – 7,00mm/10,00 mm (śr. wewn./śr. zewn.) o długości 210cm oraz łącznika Kapkon?  
**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
17. Pakiet 1, Pozycja 77  
Czy Zamawiający dopuści paski 13mm x100mm?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**
18. Pakiet 1, Pozycja 77  
Czy Zamawiający oczekuje wyceny 50 blistrów, każdy posiadający 6 pasków?  
**Odp. Zamawiający nie oczekuje.**
19. Pakiet 1, Pozycja 78  
Czy Zamawiający dopuści gaziki 56mm x65mm?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**
20. Pakiet 1, Pozycja 78  
Czy Zamawiający dopuści gaziki 30mm x32,5mm?  
**Odp. Zgodnie z Opisem warunków zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza.**
21. Pakiet 1, Pozycja 78  
Czy Zamawiający dopuści gaziki 30mm x80mm?  
**Odp. Zgodnie z Opisem warunków zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza.**
22. Pakiet 1, Pozycja 79  
Czy Zamawiający dopuści pęsetę 13cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający:

**DYREKTOR**  
Stacji Pogotowia Ratunkowego  
w Słupsku

inż. Mariusz Żulewski