



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 1

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 2259 / 1278 /24

Data: 24.06.2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na „Zakup diagnostycznego sprzętu medycznego na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.” Znak Sprawy 2171/2024 w ramach realizacji projektu nr LTPPL00022, pn. „Świadczenie wysokiej jakości usług medycznych na obszarze pogranicza polsko-litewskiego, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia chirurgicznego i profilaktyki chorób zagrażających życiu” dofinansowanego w ramach programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027.

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytania dotyczącego zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące pytanie:

PYTANIE nr 1

załącznik nr 3 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 niektórych elementów przedmiotu zamówienia, tj.: pokrywa do tacy drucianej, mata silikonowa, kołki mocujące tacy i paski silikonowe, które spełniają wszystkie wymagane parametry techniczne i sąprzeznaczone przez producenta do pracy w środowisku szpitalnym, jednak nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), a zatem nie podlegają obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE, dla których stawka VAT wynosi 23%? W związku z powyższym prosimy o zgodę na podział wiersza w formularzu w taki sposób aby była możliwość wpisania dwóch stawek VAT.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 2

Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt że towar znajduje się w magazynie zewnętrznym poza granicami kraju, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 60 dni od podpisania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 3

załącznik 4 Umowa, § 5 ust. 4 Czy z uwagi na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu medycznego ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w/w zadaniu dostępności części zamiennych przez okres 7 lat od dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



PYTANIE nr 4

Czy Zamawiający w miejsce wstępnie wyspecyfikowanego histeroskopu, dopuści histeroskop o poniższych parametrach: Światłowód wzmacniany, w nieprzeźroczystej osłonie, śr. 3,5 mm, długość 300 cm - 1 szt.

Optyka histeroskopowa o śr. 2,9 mm, długość 300 mm i kącie patrzenia 30°, autoklawowalna, oznakowana kodem DATA MATRIX – 1 szt.

Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny, rozmiar 4,3 mm, owalny profil przekroju, wyposażony w kanał instrumentowy z rozbieralnym metalowym kranikiem i uszczelką z otworem o śr. 0,8 mm, umożliwiającą wprowadzanie 5 Fr. półsztywnych instrumentów; wyposażony w oddzielne przyłącze LUER-lock z rozbieralnym metalowym kranikiem do podłączenia płukania – 1 szt.

Płaszcz histeroskopowy zewnętrzny, kompatybilny z płaszczem wewnętrznym, rozmiar 5 mm, owalny profil przekroju, wyposażony w oddzielne przyłącze LUER-lock z rozbieralnym metalowym kranikiem do podłączenia odsysania, koniec dystalny płaszcza wyposażony w boczne otwory do odsysania - 1 szt.

Kleszcze histeroskopowe, półsztywne, rozm. 5 Fr., dł. 34 cm, bransze chwytające - biopsyjne, obie ruchome, tubus wyposażony w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza tubusu – 2 szt.

Nożyczki histeroskopowe ostro zakończone, półsztywne, rozm. 5 Fr., dł. 34-cm, jedno ostrze ruchome, tubus wyposażony w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza tubusu – 2 szt.

Taca druciana ze składanymi uchwytami, boki z płyty z otworami – 1 szt.

Pokrywa do tacy drucianej – 1 szt.

Mata silikonowa, do zastosowania z koszem drucianym, wymiary zewnętrzne 470 x 240 x 18 – 1 szt.

Kołki mocujące do zastawiania z tacą drucianą na instrumenty, opakowanie 12 szt. – 1 op.

Paski silikonowe, opakowanie 12 szt. – 1 op.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

