

WYPOSAŻENIE KONIECZNE				
Lp.	2. KOMORA LAMINARNA / nazwa urządzenia	Ilość (szt.)	Pomieszczenie	Specyfikacja
2.1.	Komora laminarna wraz z podstawą	1	2.5.20.	<ul style="list-style-type: none"> - wymiary zewnętrzne: szer. 1100-1300 mm, gł. 800-950 mm; wys. blatu: 900 mm; - wymagany blat z jednej połaci blachy, dopuszczalny blat składający się z maksymalnie 2 segmentów, aby ograniczyć liczbę łączeń; - odpowiedni stelaż dopasowany do komory; - oświetlenie do pracy (ledowe) i uv górne, wbudowane na stałe; - szyba przednia podnoszona/opuszczana automatycznie, antyrefleksyjna, z ochroną przed promieniowaniem UV, bez przeszkód wizualnych na dolnej krawędzi; - możliwość pełnego otwarcia przedniego okna (np. na czas sprzątania lub do włożenia do komory większych obiektów). Szyba z lekkim przechyleniem do tyłu (ergonomia pracy); - komora z zaokrąglonymi kątami; - 2 klasa bezpieczeństwa biologicznego; - bez konieczności podłączania do systemu wentylacji; - dostęp do wszystkich obszarów konserwacji przez przednią część szafy.