



Wrocław, 15 kwietnia 2024r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny  
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**

ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu rtg z ramieniem C, znak sprawy:  
4WSzKzP.SZP.2612.48.2024

**WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

**Pytanie nr 1 dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ:**

Pkt. 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C z płaskim panelem pracujący w technice fluoroskopii ciągłej?

**Odpowiedź na pytanie nr 1: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 2 dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ:**

Pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada wielkość ogniska 0,033 mm?

**Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający wymaga „wielkość ogniska max 45 mikronów”, więc parametr wielkość ogniska 0,033 mm mieści się w wymaganym zakresie.**

**Pytanie nr 3 dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ:**

Pkt. 7, 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada zakres napięć 40-80 kV oraz zakres prądów 0,02-0,16 mA?

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

- 1) Zamawiający dopuszcza zakres napięć 40-80 kV;**
- 2) Zamawiający wymaga „zakres prądów min. od 0,040 do 0,160 mA”, więc parametr zakres prądów 0,02-0,16 mA mieści się w wymaganym zakresie.**

**Pytanie nr 4 dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ:**

Pkt. 10-11 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada fluoroskopię ciągłą?

**Odpowiedź na pytanie nr 4: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 5 dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ:**

Pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada tryb CINE 25 p/s?

**Odpowiedź na pytanie nr 5: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 2 do SWZ pkt 12.**

**Pytanie nr 6 dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ:**

Pkt. 13, 15 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada detektor płaski o wymiarze 15 cm x 15 cm oraz rozdzielczości 1536 x 1532?

**Odpowiedź na pytanie nr 6: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 7 dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ:**

Pkt. 19-24 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C o wadze wózka z ramieniem C 220 kg, wolnej przestrzeni 34 cm, głębokości łuku 46 cm, rotacji na osi pionowej 366°, rotacji bocznej 380° i zakresie ruchu orbitalnego 120°?

**Odpowiedź na pytanie nr 7:**

- 1) W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapis Załącznika nr 2 do SWZ pkt 19;
- 2) W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapis Załącznika nr 2 do SWZ pkt 20;
- 3) W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapis Załącznika nr 2 do SWZ pkt 21;
- 4) Zamawiający nie dopuszcza aparatu rtg z ramieniem C o rotacji na osi pionowej 366° - wymogi zgodnie z SWZ;
- 5) Zamawiający wymaga „rotacja boczna (Wig-Wag) min. 310°”, więc parametr rotacja boczna 380° mieści się w wymaganym zakresie;
- 6) Zamawiający nie dopuszcza aparatu rtg z ramieniem C o zakresie ruchu orbitalnego 120° - wymogi zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 8 dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ:**

Pkt. 30 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który nie posiada zintegrowanego oświetlenia LED pola operacyjnego?

**Odpowiedź na pytanie nr 8: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapis Załącznika nr 2 do SWZ pkt 30.**

**Pytanie nr 9 dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ:**

Pkt. 32 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada czas rozruchu 2 min?

**Odpowiedź na pytanie nr 9: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapis Załącznika nr 2 do SWZ pkt 32.**

**Pytanie nr 10 dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ:**

Pkt. 40 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada ilość obrazów na sekundę w rejestracji video 25 fps?

**Odpowiedź na pytanie nr 10: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapis Załącznika nr 2 do SWZ pkt 40.**

**Pytanie nr 11 dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ:**

Pkt. 44 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada wskaźnik laserowy od strony tuby?

**Odpowiedź na pytanie nr 11: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapis Załącznika nr 2 do SWZ pkt 44.**

**Pytanie nr 12 dotyczy pkt 46:**

Prosimy o wydłużenie terminu wykonanie projektu ochrony radiologicznej i dostarczenie go Zamawiającemu, z pierwotnych 10 dni roboczych do 30 dni roboczych (licząc od daty zawarcia umowy oraz przekazania Wykonawcy stosownej dokumentacji od Zamawiającego). Pragniemy zwrócić uwagę, że do wykonania przedmiotowego projektu potrzebne są informacje oraz dane które są w posiadaniu Zamawiającego (rzuty stosownych pomieszczeń, informacje nt materiałów z których wykonane są ściany i stropy sali, informacje nt stolarki okiennej i drzwiowej, informacje nt wentylacji itd.), a więc termin wykonania projektu ochrony radiologicznej w dużej mierze zależy od współpracy z Zamawiającym.

**Odpowiedź na pytanie nr 12: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapisy:**

- 1) Załącznika nr 2 do SWZ pkt 46;
- 2) Załącznika nr 3 do SWZ - §4 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia projektu ochrony radiologicznej w terminie 20 dni roboczych od daty zawarcia umowy oraz dostarczenia ankiety teletechnicznej (wzór – Załącznik nr 8 do SWZ) w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy.”

**Pytanie nr 13 dotyczy pkt 46:**

Prosimy o wskazanie konkretnego pomieszczenia/pomieszczeń których ma dotyczyć wykonanie przedmiotowego projektu osłon stałych

**Odpowiedź na pytanie nr 13: Zintegrowany Blok Operacyjny, III piętro, Sale Operacyjne Ortopedii.**

**Pytanie nr 14 dotyczy umowy:**

Dotyczy treści umowy §3 pkt 2

Zwracamy się z prośbą o skrócenie okresu oczekiwania na płatność za dostawę do 30 dni od dnia daty otrzymania faktury VAT.

**Odpowiedź na pytanie nr 14: Zapisy SWZ bez zmian. Ustawa z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1790) dopuszcza 60 dniowy termin płatności, gdy dłużnikiem jest SP ZOZ (art. 8 ust. 2 – Termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać**

**30 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, a w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym, termin ten nie może przekraczać 60 dni.), a zgodnie z art. 13 przywołanej ustawy postanowienia umowne wyłączające lub ograniczające ustawowe uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika są nieważne.**

**Pytanie nr 15 dotyczy umowy:**

Dotyczy treści umowy § 6 pkt 1.1

Zwracamy się z prośbą o obniżenie wysokości kary do 0,2% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy sprzętu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §4 ust. 1 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego sprzętu medycznego.

**Odpowiedź na pytanie nr 15: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 14 dotyczy umowy:**

Dotyczy treści umowy §3 pkt 2

Zwracamy się z prośbą o skrócenie okresu oczekiwania na płatność za dostawę do 30 dni od dnia daty otrzymania faktury VAT.

**Odpowiedź na pytanie nr 14: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 15 dotyczy umowy:**

Dotyczy treści umowy § 6 pkt 1.1

Zwracamy się z prośbą o obniżenie wysokości kary do 0,2% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy sprzętu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §4 ust. 1 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego sprzętu medycznego.

**Odpowiedź na pytanie nr 15: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 16 dotyczy umowy:**

Dotyczy treści umowy § 6 pkt 1.3

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary do wysokości 0,2% ceny brutto umowy, w przypadku nie dostarczenia sprzętu zastępczego zgodnie z §5 ust. 12 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia.

**Odpowiedź na pytanie nr 16: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 17 dotyczy umowy:**

Dotyczy treści umowy § 6 pkt 1.4

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary do wysokości 0,2% ceny brutto umowy w przypadku niewykonania planowanego przeglądu okresowego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty planowanego terminu przeglądu do dnia jego wykonania (pierwszy przegląd: zgodnie z zaleceniami producenta).

**Odpowiedź na pytanie nr 17: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 18 dotyczy umowy:**

Dotyczy treści umowy § 6 pkt 1.5

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary do wysokości 0,2% ceny brutto umowy w przypadku niewykonania testów specjalistycznych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty planowanego terminu wykonania testów do dnia ich wykonania.

**Odpowiedź na pytanie nr 18: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 19 dotyczy umowy:**

Dotyczy treści umowy § 6 pkt 1.6

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary do wysokości w wysokości 0,5 % ceny brutto umowy, w przypadku niedostarczenia dokumentów o których mowa w §4 ust 2 lub §4 ust 3 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu tam wskazanego do dnia dostarczenia dokumentów;

**Odpowiedź na pytanie nr 19: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Jednocześnie Zamawiający przekazuje treść Załącznika nr 2 do SWZ po modyfikacji.**

**Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ lub modyfikacji SWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data wyjaśnień lub modyfikacji i nr pytania).**

Z upoważnienia KOMENDANTA  
4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką  
SP ZOZ we Wrocławiu  
mgr Piotr STRĄK  
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych