



**KOMENDANT GŁÓWNY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

Warszawa, 22 września 2020 r.

BF-IV-2370/10- 7 /20

Do uczestników postępowania

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawę 3 (trzech) kamer termowizyjnych z osprzętem”, nr sprawy: BF-IV-2370/10/20.

W związku z pytaniem jednego z Wykonawców dotyczącym Zaproszenia do złożenia oferty Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie.

Gdzie dokładnie powinny zostać umiejscowione: kamera, rejestrator, monitor podglądu oraz Black Body? Jeśli to możliwe, to prośba o rzut pomieszczeń z zaznaczonymi punktami montażu w każdej ze wskazanych lokalizacji. Zalecana odległość pomiarowa w naszym systemie to ok 1,5m do uzyskania dokładności na poziomie 0,3 st. C.

Odpowiedź.

Zestawy będą umiejscowione w korytarzach i hallach przy wejściach do obiektów należących do SGSP (konkretnie przy biurach przepustek w siedzibie SGSP i na portierni w Domu Studenckim SGSP). Kamera powinna zapewniać rejestrację temperatury ciała osób wchodzących do obiektu, tj. będzie zlokalizowana 1,5 - 5,0 m od wejścia do obiektu. W jej zasięgu powinien być zlokalizowany black body. Jeśli chodzi o rejestrator i monitor podglądu, te powinny być umieszczone w zamkniętym pomieszczeniu służby dyżurnej, w odległości do 5 m od wejścia do obiektu. Zakładamy, że weryfikacja temperatury ciała osób wchodzących do obiektu odbywa się przez służbę dyżurną bez konieczności bezpośredniej obsługi kamery, zapewniając fizyczną izolację dyżurnego od osób wchodzących do obiektu.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.

KOMENDANT GŁÓWNY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.

nadbryg. Krzysztof HEJDUK
Zastępca Komendanta Głównego