



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PRZASNYSZU



06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9, centrala tel. 29 753 43 00, sekretariat 29 753 43 18, fax 29 753 43 80

NIP 761-13-33-881

REGON 000302480

BDO: 000110316

www.szpitalprzasnysz.pl

sekretariat@szpitalprzasnysz.pl

SPZZOZ.ZP/17/2021

Przasnysz, 01.06.2021 r.

Dotyczy: przetarg na dostawę **materialów eksploatacyjnych do terapii nerkozastępczych na bazie systemu Multifiltrate oraz dostawa odczynników i materiałów do analizatorów parametrów krytycznych ABL 90 i AQT 90 Flex.**

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania udziela odpowiedzi:

Pyt.1

Pakiet 1

Mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania podmiotów ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz zwiększenie konkurencyjności, a tym samym możliwość uzyskania niższych wartości ofert, Zamawiający wydzielił z pakietu nr 1:

poz. nr 5 - Węglowodanowy dializator

poz. nr 7 - 4% Cytrynian sodu w workach 1500 ml i utworzy z nich osobny pakiet lub wyrazi zgodę na składanie ofert częściowych?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, ponieważ zadanie zawiera kompletny asortyment potrzebny do przeprowadzenia dializ, które wymagają prostego, szybkiego i sprawnego zaopatrzenia szpitala w niezbędne artykuły. Ze względu na ograniczoną powierzchnię magazynową Zamawiający nie przechowuje zapasów asortymentu u siebie oraz planuje zawrzeć na ten asortyment umowę z jednym dostawcą. Dzielenie tego Pakietu komplikuje proces zabezpieczenia ciągłości pracy szpitala w zakresie prowadzonych terapii nerkozastępczych.

Pyt.2

Pakiet 1

Jednocześnie wnosimy o zrewidowanie poz. nr 7 (Cytrynian sodu w workach 1500 ml) pod kątem rodzaju podłączenia, mianowicie czy jest to podłączenie typu SecuNect, gdzie takim podłączeniem dysponuje tylko i wyłącznie Fresenius Medical Care czy również Safe Lock, który posiada też nasza firma.

W sytuacji, jeśli jest to podłączenie typu SecuNect, prosimy o wydzielenie do osobnego pakietu wyłącznie pozycji nr 5 tj. Wodorowęglanowego dializatu.

W przypadku zaniechania dokonania czynności wydzielenia poz. 3 i 4 wnosimy o uzasadnienie merytoryczne.

Podział przedmiotu Zamówienia pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu wykonawcom nie będącym przedstawicielami firmy Fresenius Medical Care Polska S A. oraz na zaoferowanie wyrobu medycznego (w pełni kompatybilnego z posiadany przez Zamawiającego aparatem Multifiltrate) używanego od lat do dnia dzisiejszego przez wiele oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii w ośrodkach klinicznych, szpitalach specjalistycznych oraz w stacjach dializ na terenie całego kraju (np. SCCS w Zabrze, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego).

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytanie, proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 września 2017 r. KIO/ 1910/17 (w załączeniu) - dotyczy podziału jednolitego pakietu zawierającego m. in. dializaty i cytrynian.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowania obu rodzajów podłączenia. Jednocześnie Zamawiający nie wydziela poz. 5 z pakietu nr 2 zgodnie z odpowiedzią na pyt. 1.

Pyt. 3

Dotyczy: Zał. nr 2 „Formularza cenowego” dla pakietu II

Wnosimy o informację, jakich parametrów i ile testów (poszczególnych parametrów)

Zamawiający zamierza wykonywać w ciągu 12 miesięcy?

Odp. Zamawiający będzie wykonywał oznaczenia Troponina J.

Z poważaniem

DYREKTOR
SP ZOZ w Przasnyszu
Grzegorz Magnuszewski
mgr Grzegorz Magnuszewski

Sporządziła:
Magdalena Krzykowska
st. insp. ds. zamówień publicznych
i eksploatacji sprzętu
tel. 29 75 34 405