




**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ  
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W PRZASNYSZU**



06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9, centrala tel. 29 753 43 00, sekretariat 29 753 43 18, fax 29 753 43 80

NIP 761-13-33-881 REGON 000302480  
www.szpitalprzasnysz.pl sekretariat@szpitalprzasnysz.pl

BDO: 000110316

SPZZOZ.ZP/23/2022

Przasnysz, 07.04.2022 r

**Do wszystkich,  
Którzy pobrali SWZ**

Dotyczy: dostawy art. szewnych dla SPZZOZ w Przasnyszu

W odpowiedzi na zapytania które wpłynęły Zamawiający udziela odpowiedzi:

**Pyt. 1**

**Dot. Pakietu I**

**Czy Zamawiający dopuści plecionkę wchłaniającą, powlekaną 50% kopolimerem glikolidu i l-laktydu (glikolid i l-laktyd 30/70) i 50% stearynianem wapnia, o okresie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25% i czasie wchłaniania do 70 dni, bez powleczenia antybakteryjnego?**

*Odp. Zamawiający wymaga zgodnie ze SWZ.*

**Pyt. 2**

**Dot. Pakietu I, poz. 18, 19**

**Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu igły odczepianej?**

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.*

**Pyt. 3**

**Dot. Pakietu I, poz. 18, 19**

**Czy Zamawiający wykreśli lub wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?**

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.*

**Pyt. 4**

**Dot. Pakietu II**

**Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilamentowy, wchłaniający, pętlowy, o okresie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40% i czasie wchłaniania 180-210 dni?**

*Odp. Zamawiający wymaga zgodnie ze SWZ.*

**Pyt. 5**

**Dot. Pakietu IV, poz. 14**

**Czy Zamawiający wykreśli lub wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?**

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ani wykreślenie.*

**Pyt. 6**

**Dot. Pakietu IV, poz. 12, 13**

**Czy Zamawiający wykreśli lub wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?**

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ani wykreślenie*

**Pyt. 7**

**Dot. Pakietu IV, poz. 12, 13**

**Czy Zamawiający dopuści szew polipropylenowy bez dodatku polietylenu?**

*Odp. Zamawiający wymaga zgodnie ze SWZ.*

**Pyt. 8**

**Dot. Pakietu V**

**Czy Zamawiający dopuści plecionkę z poliglaktyny 910 wchłaniającą, powlekaną, o okresie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25% i czasie wchłaniania do 70 dni?**

*Odp. Zamawiający wymaga zgodnie ze SWZ.*

**Pyt. 9**

**Dot. Pakietu V, poz. 13**

**Czy Zamawiający wykreśli lub wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?**

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ani wykreślenie.*

**Pyt. 10**

**Dot. Pakietu VI, poz. 2**

**Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o średnicy 0,34 mm, ¼ koła?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza.*

**Pyt. 11**

**Dot. Pakietu VII, poz. 3**

**Czy Zamawiający dopuści rozmiar siatki 25 x 35 cm?**

*Odp. Zamawiający wymaga zgodnie ze SWZ.*

**Pyt. 12**

**Dot. Pakietu VII**

**Czy Zamawiający dopuści siatki polipropylenowe do przepuklin o gramaturze 85 g/m<sup>2</sup>, grubości 0,55 mm i rozmiarze porów 1,0-1,2 mm?**

*Odp. Zamawiający wymaga zgodnie ze SWZ.*

**Pyt. 13**

**Dot. Pakietu VII**

**Czy Zamawiający dopuści siatki polipropylenowe do przepuklin o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup>, grubości 0,55 mm i rozmiarze porów 1,3-2,0 mm?**

*Odp. Zamawiający wymaga zgodnie ze SWZ.*

**Pyt. 14**

**Pakiet 3, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 36mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza.*



**Pyt. 15**

**Pakiet 3, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 36mm i nicią o długości 75cm?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza*

**Pyt. 16**

**Pakiet 9, poz. 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści szew o dł. 90cm z igłą 2x 16mm pozostałe parametry zgodne z SIWZ?**

*Odp. Zamawiający wymaga zgodnie ze SWZ.*

**Pyt. 17**

**Pakiet 9, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści szew o dł. 90cm z igłą 2x 20mm pozostałe parametry zgodne z SIWZ?**

*Odp. Zamawiający wymaga zgodnie ze SWZ.*

**Pyt. 18**

**Pakiet 9, poz. 3, 4, 5 - Czy Zamawiający dopuści szew o dł. 90cm z igłą 2x 25mm pozostałe parametry zgodne z SIWZ?**

*Odp. Zamawiający wymaga zgodnie ze SWZ.*

**Pyt. 19**

**Pakiet 9, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści szew o dł. 90cm z igłą 2x 30mm pozostałe parametry zgodne z SIWZ?**

*Odp. Zamawiający wymaga zgodnie ze SWZ*

**Pyt. 20**

**Pakiet 9, poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści szew o dł. 75cm z igłą 2x 13mm pozostałe parametry zgodne z SIWZ?**

*Odp. Zamawiający wymaga zgodnie ze SWZ*

**Pyt. 21**

**Pakiet 9, poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści szew o dł. 60cm z igłą 2x 13mm pozostałe parametry zgodne z SIWZ?**

*Odp. Zamawiający wymaga zgodnie ze SWZ*

**Pyt. 22**

**Pakiet 10**

**POZ. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie - Wchłaniania gaza hemostatyczna, jałowa 100% utleniona regenerowana celuloza, tkana w postaci gęstego splotu o udowodnionych klinicznie właściwościach bakteriobójczych, hamujący rozwój MRSA oraz MRSE wykazująca się pH o wartościach 2,5 – 3,5 o wymiarze wymiarze 20cmx10 cm**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę.*

**POZ. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie - Wchłaniania gaza hemostatyczna, jałowa 100% utleniona regenerowana celuloza, tkana w postaci gęstego splotu o udowodnionych klinicznie właściwościach bakteriobójczych, hamujący rozwój MRSA oraz MRSE wykazująca się pH o wartościach 2,5 – 3,5 o wymiarze wymiarze 7,5cmx10 cm**

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

**Pyt. 24**


**Pakiet VII: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek o gramaturze 80g/m<sup>2</sup> (+/-10g/m<sup>2</sup>), porowatości 65%, grubości 0,47mm?**

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

**Pyt. 25**

**Do treści SWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby rozliczenia dokonywane były z członkiem konsorcjum? Lider i członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonywanie postanowień umowy.**

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Z poważaniem  
DYREKTOR  
SP ZZOZ w Erzaszyszu  
  
dr Grzegorz Magnuszewski

Sporządziła:  
Magdalena Krzykowska  
st. insp. ds. zamówień publicznych  
i eksploatacji sprzętu  
tel. 29 75 34 405