



Poznań, dnia 28.11.2024 roku

Oznaczenie sprawy: PN-98/24

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku w podziale na 15 części**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Zestaw nr 1:

Pytanie 1 dot. Części nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 2 poz. 1 zestawu do nebulizacji z nebulizatorem o pojemności 10 ml oraz drenem o długości 180 cm przy spełnieniu pozostałych wymogów SWZ?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu do nebulizacji z nebulizatorem o pojemności 10 ml oraz drenem o długości 180 cm przy spełnieniu pozostałych wymogów SWZ.

Pytanie 2 dot. Części nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 2 poz. 1 zestawu do nebulizacji z nebulizatorem o pojemności 10 ml oraz uniwersalnym ustnikiem bez trójkąta T, przy spełnieniu pozostałych wymogów SWZ?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Opracowała: Beata Tyłska

