

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:540812-2022:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Wołów: Aparatura rentgenowska  
2022/S 191-540812**

**Sprostowanie**

**Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji**

**Dostawy**

**(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 174-489762)**

**Podstawa prawna:**

Dyrektywa 2014/24/UE

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający**

**I.1) Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o. o.

Krajowy numer identyfikacyjny: 9880267118

Adres pocztowy: ul. Inwalidów Wojennych 26

Miejscowość: Wołów

Kod NUTS: PL518 Wrocławski

Kod pocztowy: 56-100

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Anna Chechelska

E-mail: [przetarg@pcm-wolow.pl](mailto:przetarg@pcm-wolow.pl)

Tel.: +48 713805807

Faks: +48 713892799

**Adresy internetowe:**

Główny adres: [www.pcmwolow.pl](http://www.pcmwolow.pl)

Adres profilu nabywcy: <https://platformazakupowa.pl/pn/pcmwolow>

**Sekcja II: Przedmiot**

**II.1) Wielkość lub zakres zamówienia**

**II.1.1) Nazwa:**

Dostawa aparatu RTG wraz z detektorami i oprogramowaniem, adaptacją pomieszczeń i przeszkoleniem personelu

Numer referencyjny: 12/PCM/2022/ZP/A

**II.1.2) Główny kod CPV**

33111000 Aparatura rentgenowska

**II.1.3) Rodzaj zamówienia**

Dostawy

**II.1.4) Krótki opis:**

3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu RTG wraz z detektorami i oprogramowaniem, adaptacją pomieszczeń i przeszkoleniem personelu.

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (m.in. opis parametrów technicznych) określony jest w Zał. nr 6 do SWZ. Stan obecny wraz z dokumentacją fotograficzną zawarto również w załączniku nr 6 do SWZ.

3.3 Oferowany przedmiot zamówienia:

- 1) musi być fabrycznie nowy (nie może być rekondukcjonowany, nie może być przedmiotem ekspozycji, wystaw, itp.), kompletny, wolny od wad, oznakowany, a także posiadać instrukcje obsługi w języku polskim;
- 2) produkty należące do grupy wyrobów medycznych muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w podmiotach leczniczych, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 poz. 974) i posiadać stosowne certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty wymagane przez prawo.
- 3) powinien być przygotowany do użytkowania bez potrzeby dodatkowych zakupów

#### **Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

29/09/2022

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2022/S 174-489762](#)

#### **Sekcja VII: Zmiany**

VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**

VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: II.2.4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu RTG wraz z detektorami i oprogramowaniem, adaptacją pomieszczeń i przeszkoleniem personelu.

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (m.in. opis parametrów technicznych) określony jest w Załączniku nr 6 do SWZ. Stan obecny wraz z dokumentacją fotograficzną zawarto również w załączniku nr 6 do SWZ.

3.3 Oferowany przedmiot zamówienia:

- 1) musi być fabrycznie nowy (nie może być rekondukcjonowany, nie może być przedmiotem ekspozycji, wystaw, itp.), kompletny, wolny od wad, oznakowany, a także posiadać instrukcje obsługi w języku polskim;
- 2) produkty należące do grupy wyrobów medycznych muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w podmiotach leczniczych, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 poz. 974) i posiadać stosowne certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty wymagane przez prawo.
- 3) powinien być przygotowany do użytkowania bez potrzeby dodatkowych zakupów i inwestycji;

3.4 Rok produkcji aparatu: minimum 2021.

3.5 Realizacja zamówienia obejmuje:

- a) demontaż i utylizacja urządzeń RTG oraz odpadów po wykonaniu prac adaptacyjnych;
- b) adaptacja pomieszczeń: trzech pracowni RTG zlokalizowanych w jednostkach organizacyjnych wchodzących w skład Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Spółka z o. o.,
- c) dostawę aparatu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego;
- d) montaż i uruchomienie aparatów, detektorów i stacji techników;
- e) sprawdzenie prawidłowości działania urządzenia, przeprowadzenie testów odbiorczych i specjalistycznych,
- f) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia oraz sposobów użytkowania,
- g) dostarczenie niezbędnych dokumentów (karty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polski w wersji papierowej, certyfikaty, itp.);
- h) przeprowadzenie pełnej integracji IT - uruchomienie systemów PACS i RIS, podłączenie do sieci / systemu użytkowanych w komórkach organizacyjnych Zamawiającego;
- i) uzyskanie zezwolenia na uruchomienie i stosowanie dostarczonego aparatu RTG, ucyfrowionych urządzeń oraz uruchomienie pracowni RTG, potwierdzone zezwoleniem wydanym przez Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

3.6 Realizacja odbywać się będzie w czynnym obiekcie szpitala / przychodni, wobec czego Zamawiający zastrzega następujące uwarunkowania realizacyjne:

- a) uzgadnianie kolejności realizacji prac adaptacyjnych (co do miejsca i czasu z osobą prowadzącą nadzór nad realizacją umowy w imieniu Zamawiającego),
- b) systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania robót, tj. usuwanie gruzu i innych materiałów z rozbiórki,
- c) prowadzenie robót w sposób nieuciążliwy,
- d) zabezpieczanie mienia ruchomego i nieruchomego użytkownika obiektu przed uszkodzeniem oraz przywrócenie miejsca wykonywania prac do stanu pierwotnego,
- e) zabezpieczenie ciągłości pracy jednej Pracowni RTG zlokalizowanej w Brzegu Dolnym (Pracownia RTG w szpitalu w Brzegu Dolnym lub Pracownia RTG w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Brzegu Dolnym). Powinno być:

3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu RTG wraz z detektorami i oprogramowaniem, adaptacją pomieszczeń i przeszkoleniem personelu.

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (m.in. opis parametrów technicznych) określony jest w Załączniku nr 6 do SWZ. Stan obecny wraz z dokumentacją fotograficzną zawarto również w załączniku nr 6 do SWZ.

3.3 Oferowany przedmiot zamówienia:

- 1) musi być fabrycznie nowy (nie może być rekondukcjonowany, nie może być przedmiotem ekspozycji, wystaw, itp.), kompletny, wolny od wad, oznakowany, a także posiadać instrukcje obsługi w języku polskim;
- 2) produkty należące do grupy wyrobów medycznych muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w podmiotach leczniczych, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 poz. 974) i posiadać stosowne certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty wymagane przez prawo.
- 3) powinien być przygotowany do użytkowania bez potrzeby dodatkowych zakupów i inwestycji;

3.4 Rok produkcji aparatu: minimum 2021.

3.5 Realizacja zamówienia obejmuje:

- a) demontaż i utylizacja urządzeń RTG oraz odpadów po wykonaniu prac adaptacyjnych;
- b) adaptacja pomieszczeń: trzech pracowni RTG zlokalizowanych w jednostkach organizacyjnych wchodzących w skład Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Spółka z o. o.,
- c) dostawę aparatu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego;
- d) montaż i uruchomienie aparatów, detektorów i stacji techników;
- e) sprawdzenie prawidłowości działania urządzenia, przeprowadzenie testów odbiorczych i specjalistycznych,
- f) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia oraz sposobów użytkowania,
- g) dostarczenie niezbędnych dokumentów (karty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polski w wersji papierowej, certyfikaty, itp.);
- h) przeprowadzenie pełnej integracji IT - uruchomienie systemów PACS i RIS, podłączenie do sieci / systemu użytkowanych w komórkach organizacyjnych Zamawiającego;
- i) uzyskanie zezwolenia na uruchomienie i stosowanie dostarczonego aparatu RTG, oraz uruchomienie pracowni RTG, potwierdzone zezwoleniem wydanym przez Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

3.6 Realizacja odbywać się będzie w czynnym obiekcie szpitala / przychodni, wobec czego Zamawiający zastrzega następujące uwarunkowania realizacyjne:

- a) uzgadnianie kolejności realizacji prac adaptacyjnych (co do miejsca i czasu z osobą prowadzącą nadzór nad realizacją umowy w imieniu Zamawiającego),
  - b) systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania robót, tj. usuwanie gruzu i innych materiałów z rozbiórki,
  - c) prowadzenie robót w sposób nieuciążliwy,
  - d) zabezpieczanie mienia ruchomego i nieruchomego użytkownika obiektu przed uszkodzeniem oraz przywrócenie miejsca wykonywania prac do stanu pierwotnego,
  - e) zabezpieczenie ciągłości pracy jednej Pracowni RTG zlokalizowanej w Brzegu Dolnym (Pracownia RTG w szpitalu w Brzegu Dolnym lub Pracownia RTG w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Brzegu Dolnym).
- Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 10/10/2022

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 17/10/2022

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą  
Zamiast:

Data: 05/12/2022

Powinno być:

Data: 14/01/2023

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 10/10/2022

Czas lokalny: 10:05

Powinno być:

Data: 17/10/2022

Czas lokalny: 10:05

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**