

Wrocław, dnia 02 czerwca 2022 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SWZ

Nr sprawy: MED/250/2022

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę wyrobów medycznych / wyposażenia medycznego

W związku z zapytaniem do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) o poniższej treści:

Pytanie 1, Dotyczy zadania nr 3

Zamawiający wymaga ostrzy na videolaryngoskopu Airtraq Avant.

Prosimy o doprecyzowanie:

- 1. Czy w pozycji nr 1 Zamawiający miał na myśli łopatki do laryngoskopu dla rurek intubacyjnych o rozmiarze 6.0 - 7.5?*
- 2. Czy w pozycji nr 2 Zamawiający miał na myśli łopatki do laryngoskopu dla rurek intubacyjnych o rozmiarze 7.0 - 8.5?*

Pytanie 2, dotyczy zapisów SWZ

W związku z prawem opcji prosimy o informację, czy realizacja umowy zamknie się w okresie jednego roku?

Jeśli odpowiedź Zamawiającego na powyższe pytanie jest przeczącą, to w związku z niestabilną sytuacją na rynku prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do projektu umowy następującego zapisu:

„Ceny jednostkowe podlegają co dwanaście miesięcy zmianie uwzględniającej wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych obwieszczanych przez Prezesa GUS-u w Monitorze Polskim”

Pytanie 3 dot. § 10,

Zamawiający za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z § 3 ust. 3 ustalił karę w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto należnego za nieterminowe zrealizowanie zadania lub danej pozycji z zamówienia, za każdy dzień opóźnienia. Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie tej wartości do 0,1 %?

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), udziela następujących odpowiedzi:

Ad. pytanie nr 1

poz. 1 – zadanie nr 3

Łopatki do laryngoskopu dla rurek intubacyjnych o rozmiarze 6.0-7.5, zielone.

poz. 2 – zadanie nr 3

Łopatki do laryngoskopu dla rurek intubacyjnych o rozmiarze 7.0-8.5, niebieskie.

Ad. pytanie nr 2

Umowa wraz z prawem opcji obowiązuje do 30.11.2022 r.


Ad. pytanie nr 3

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający udostępni treść zapytań wraz z odpowiedziami na stronie przedmiotowego postępowania.

Z poważaniem

KOMENDANT 2. WOG
z upoważnienia
Kierownik SZP 2. WOG



Marta SZCZUREK

Wykonano w 1 egz.- do umieszczenia na platformie zakupowej
a/a – T-2712
Alicja SOKOŁOWSKA (261 656 246)
02.06.2022 r.
Sekcja Zamówień Publicznych