

**WSZYSCY WYKONAWCY
WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SWZ**

Dot. IZP.2411.253.2024.MM: Zakup wraz z dostawą wyrobów jednorazowego użytku – rękawic diagnostycznych, chirurgicznych i foliowych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Na podstawie Art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania :

Pytanie nr 1

Pakiet 1

Poz. 1

Pyt. 1. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu “wolne od akceleratorów chemicznych”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 2

Pakiet 1

Poz. 2

Pyt. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o sile zrywu przed i po starzeniu 6N, co jest zgodne z norma EN 455-2.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 3

Pakiet 1

Poz. 3

Pyt. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie potrójnych metalowych uchwytów dedykowanych do rękawic wyjmowanych od dołu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 4

Pakiet 1

Poz. 3

Pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem dla rozmiaru XL pakowanego po 180 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 5

Poz 8

Pyt. 1. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu “wolne od akceleratorów chemicznych”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 6

Poz 8

Pyt. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o następujących parametrach: średnia grubość na palcu max.0,27 mm, średnia grubość na mankiecie 0,18 mm; długość 270-285 mm zależnie od rozmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 7

Poz 9

Pyt. 1. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu “wolne od akceleratorów chemicznych”. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

W załączeniu aktualny Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

Z poważaniem

Kierownik Działu Zamówień Publicznych mgr Mariusz Klimczak