

COZL/DZP/AK/3411/PN-100/24

Lublin, dnia 30.08.2024 r.

## „Dostawa asortymentu medycznego na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii COZL.”

Działając w oparciu o zapisy art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605), Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

### Pytanie 1:

Część 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rurkę niesilikonowaną?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### Pytanie 2:

Część 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rurkę niesilikonowaną?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### Pytanie 3:

Część 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rurkę niesilikonowaną?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### Pytanie 4:

Część 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rurkę niesilikonowaną?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### Pytanie 5:

Część 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści rurkę z niesilikonowego PCV?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

### Pytanie 6:

Część 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści śladową ilość ftalanów?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 7:**

Część 2 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści rurkę niesilikonowaną?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 8:**

Część 2 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści rurkę niesilikonowaną?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 9:**

Część 2 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści rurkę dooskrzelową wyłącznie bez ostrogi?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 10:**

Część 2 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści rurkę niesilikonowaną?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 11:**

Część 2 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści rurkę dooskrzelową wyłącznie bez ostrogi?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 12:**

Część 2 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści rurkę niesilikonowaną?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 13:**

Część 2 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę Bougie?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 14:**

Część 2 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści rurkę bez regulowanej głębokości?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 15:**

Część 2 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści rurkę ze stałym szyldem?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 16:**

Część 2 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści mankiet w kształcie walca?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 17:**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 6 pkt. 1( zał. nr 3 do SWZ) :

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych:

c) w przypadku 3 (trzy) krotnej zwłoki w dostawach, Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy w terminie 90 dni od zaistnienia przyczyny odstąpienia, a Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 18:**

Zadanie 2

Poz 1,2,3,4,5,6: Czy Zamawiający dopuści rurkę RUSCH wykonaną z medycznego PCV?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 19:**

Zadanie 2

Poz 1-2: Czy Zamawiający będzie oczekiwał, aby rurki posiadały znacznik głębokości w postaci jednego jednocentymetrowego wyrazistego pełnego ringu wokół całej rurki?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

**Pytanie 20:**

Zadanie 2

Poz 1; 3; 4; 5 6: Czy Zamawiający będzie oczekiwał rurek z balonikiem transparentnym bez żadnych nadruków (oznaczeń) na baloniku kontrolnym?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 21:**

Zadanie 2

Poz 8: Czy Zamawiający dopuści rurkę RUSCH lewą z medycznego PCV, w rozmiarach 28CH, 35CH, 37CH, 39CH?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 22:**

Zadanie 2

Poz 9: Czy Zamawiający dopuści rurkę RUSCH prawą z medycznego PCV, w rozmiarach 28CH, 35CH, 37CH, 39CH?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 23:**

Zadanie 2

Poz 15: Czy Zamawiający dopuści rurkę RUSCH typu Blue Line (niebieska linia widoczna w RTG)? Blue Line jest nazwą własną firmy Portex.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rurkę RUSCH typu Blue Line, pozostałe parametry bez zmian.**

**Pytanie 24:**

Zadanie 2

Poz 16: Czy Zamawiający dopuści rurkę RUSCH z mankietem baryłkowanym?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 25:**

Część 2 poz. 2-4. Czy Zamawiający wymaga rurek bezftalanowych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 26:**

Część 2 poz. 6-9. Czy Zamawiający wymaga rurek bezftalanowych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 27:**

Część 2 poz. 10. Czy Zamawiający wymaga przewodnicy wzmocnionej na całej długości, wykonanej z plecionki włókien, pokrytej medycznym PVC?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

**Pytanie 28:**

Część 2 poz. 12. Czy Zamawiający wymaga rurek bezftalanowych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 29:**

Część 2 poz. 15. Czy Zamawiający wymaga rurek bezftalanowych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 30:**

Część 2 poz. 16. Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z odsysaniem z nad mankietu, wykonaną z PVC, silikonowaną, bezftalanową, z oznaczeniem rozmiaru w trzech miejscach na rurce oraz dodatkowo na łączniku i baloniku kontrolnym, mankiet w kształcie walca. jałowa, jednorazowego użytku, w rozmiarach 5,0-10,0 co 0,5mm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**