



Gliwice 2019-04-03

Wyjaśnienia do złożonych wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwana – SIWZ) dot. postępowania na dostawy materiałów opatrunkowych oraz obłożeń operacyjnych nr sprawy: 20/PN/19

1. Pakiet nr 2 po. 1-2 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww. produktów do osobnego pakietu. Wydzielenie ww. pozycji spowoduje dopuszczenie innych firm do udziału oraz zaproponowanie konkurencyjnych cen przy jakości wymaganej przez Zamawiającego.
  - Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
2. Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gąbki hemostatyczne posiadały w instrukcji użytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii?
  - Nie stanowi to wymogu Zamawiającego.
3. Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?
  - Wykaz dokumentów jakie należy złożyć wraz z ofertą został podany w SIWZ.
4. Pakiet 3, poz. 7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku o rozmiarze 20x30 cm, pozostałość zgodnie z SIWZ.
  - Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
5. Pakiet 3, poz. 13 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie hydrowłóknistego opatrunku chłonnego i zatrzymującego wysięk zawierającego srebro jonowe, składającego się z dwóch warstw włókien wytworzonych w technologii hydrofiber, połączonych razem.
  - Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
6. Pakiet 3, poz. 26-28 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 26-28 z pakietu 3 ze względu na wycofanie opisanego produktu z rynku.
  - Zamawiający postanawia o wykreśleniu ww. pozycji (w załączeniu zmodyfikowany formularz asortymentowo-cenowy)
7. Pakiet 8, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca chirurgicznego nawiniętego na rolce, pozostałość zgodnie z SIWZ.
  - Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
8. Pakiet 8, poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca chirurgicznego o rozmiarze 9,14m x 2,5 cm z odpowiednim przeliczeniem ilości, nawiniętego na rolce, pozostałość zgodnie z SIWZ.
  - Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
9. Pakiet 8, poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca chirurgicznego nawiniętego na rolce, pozostałość zgodnie z SIWZ.
  - Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
10. Pakiet 8, poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca chirurgicznego włókninowego o rozmiarze 9,14m x 2,5 cm z odpowiednim przeliczeniem ilości, nawiniętego na rolce, pozostałość zgodnie z SIWZ.
  - Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
11. Pakiet 8, poz. 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, włókninowego opatrunku do mocowania kaniul o rozmiarze 6x8 cm, pozostałość zgodnie z SIWZ.
  - Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

12. Pakiet 8, poz. 6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca na tkaninie na rolce o rozmiarze 9,14 m .x 2,5 cm z odpowiednim przeliczeniem ilości, pozostałość zgodnie z SIWZ.

- Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

13. Pakiet 8, poz. 6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca na tkaninie na rolce, pozostałość zgodnie z SIWZ.

- Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

14. Pakiet 8, poz. 7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca na tkaninie na rolce o rozmiarze 9,14 m .x 5 cm z odpowiednim przeliczeniem ilości, pozostałość zgodnie z SIWZ.

- Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

15. Pakiet 8, poz. 7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca na tkaninie na rolce, pozostałość zgodnie z SIWZ.

- Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

16. Pakiet 14, poz. 1-6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego opatrunku z materiałem chłonnym w centralnej części, z klejem akrylowym naniesionym na całej powierzchni opatrunku.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ (nie wyraża zgody na proponowaną zmianę).

17. Pakiet 14, poz. 3,6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego opatrunku z materiałem chłonnym w centralnej części z kanciastymi brzegami.

- Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

18. Pakiet 23, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm z teksturowanej folii PE ze wzmocnieniem w części krytycznej 74x190cm

1 x taśma przylepna z miękkiej włókniny Spunlance 9 x 50 cm

2 x ręcznik chłonny 20 x 30 cm

1x serweta 175/290 x 242 cm do TUR, ze zintegrowanymi nogawicami o długości min.130cm z przylepnym otworem brzuszny  $\varnothing$  8 cm, z otworem na prącie  $\varnothing$  5 cm, z osłoną na palec, z torbą na płyny min. 95x55cm +/- 5cm z kształtką, z filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z dwoma trokami z włókniny typu Spunlance o długości 100 +/- 2cm do regulacji worka ( możliwość mocowania z fartuchem operatora). Serweta wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu), pozbawionego pyłących włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 58g/m<sup>2</sup>( pylenie  $\leq 1,9 \log_{10}$ ). Odporność na przenikanie płynów powyżej 200 cm H<sub>2</sub>O, odporność na rozerwanie na mokro powyżej 200 kPa Konstrukcja serwety zapewnia osłonę kończyn warstwą chłonną od strony pacjenta. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795:1,2,3, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ (nie wyraża zgody na proponowaną zmianę).

19. Pakiet 23, poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy:

-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu

-1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm

-1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm z włókniny Spunlace

-2 x ręcznik chłonny celulozowy z mikrością 20x30 cm

-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm kształt T, z otworem 30x36cm wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, z torbą na płyny 270° min. 65x110 cm z kształtką do formowania oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu 50x65 +/- 3cm, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki 40x60 +/-3cm. Serweta w części okrywającej pacjentkę z laminatu z warstwą komfortu (trilaminat o gramaturze 66g/m<sup>2</sup>), pozbawiona włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia  $\leq 1,9 \log_{10}$ ), o

odporności na penetracje płynów > 200cm H<sub>2</sub>O oraz odporności na przenikanie krwi. Obszar wzmocnienia o wysokiej odporności na rozerwanie na sucho i mokro (>570kPa). Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ (nie wyraża zgody na proponowaną zmianę).

20. Pakiet 23, poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm ze wzmocnieniem chłonnym 60x190 cm
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 55x88 cm
- 2 x serweta boczna 75x90 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 37x90cm, przylepna
- 1 x serweta dolna 175x200 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50x75cm, przylepna na krótszym boku
- 1 x serweta górna 150x240 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50x75cm, przylepna
- 1 x taśma lepna, z włókniny SMS 10x50 cm
- 4 x ręcznik chłonny z włókniny Spunlace 30x40 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z mocnego, chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen), o gramaturze max. 55g/m<sup>2</sup> a w obszarze krytycznym 116g/m<sup>2</sup>, o odporności na penetracje płynów>200cm H<sub>2</sub>O, o odporności na rozrywanie na sucho i mokro > 195kPa i >285 kPa w obszarze wzmocnień. Serweta na stolik Mayo w postaci worka, składana teleskopowo. Serwety bez zawartości celulozy i jej pochodnych.

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w torbę foliowo-papierową, posiada etykietę z czytelnym opisem i rysunkiem zawartości zestawu oraz 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent posiada certyfikat zgodności z wymaganiami normy ISO 13485.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ (nie wyraża zgody na proponowaną zmianę).

21. Pakiet 23, poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm ze wzmocnieniem chłonnym 75x190 cm
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 55x88 cm
- 2 x serweta boczna 75x90 cm, przylepna
- 1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna na krótszym boku
- 1 x serweta górna 150x240 cm, przylepna
- 1 x taśma lepna, z włókniny SMS 10x50 cm
- 4 x ręcznik chłonny z włókniny Spunlace 30x40 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z mocnego, jednorodnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen), o gramaturze 55g/m<sup>2</sup> o odporności na penetracje płynów>200cm H<sub>2</sub>O. Serweta na stolik Mayo w postaci worka, składana teleskopowo.

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w torbę foliowo-papierową, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent posiada certyfikat zgodności z wymaganiami normy ISO 13485.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ (nie wyraża zgody na proponowaną zmianę).

22. Pakiet nr 10, poz. 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji podkładu higienicznego wykonanego z dwóch warstw bibuły i jednej warstwy folii o szerokości 60 cm, długości 40 m i perforacji co 50 cm z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań tj. 50 rolek.

- Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

23. Czy Zamawiający dopuści do postępowania ofertę zakupu taśmy do operacyjnego leczenia WNM o następujących parametrach:

Pkt 1. Taśma polipropylenowa, monofilamentowa, makroporowa o długości 44 cm i szerokości 1,2 cm. Przestrzenie międzywłóknowe o wielkości 750-2073  $\mu\text{m}$ . Taśma zakończona pętlami do podłączenia igieł. Taśma posiada wzdłużne, pętelkowe zakończenie brzegów niebieską nicią, zapewniającą atraumatyczne przejście przez tkanki. Taśma wykonana w technologii bezwęzłowej, z pamięcią kształtu wzdłużną i poprzeczną. Gramatura 58 g/m<sup>2</sup>. Grubość taśmy 0,47 mm. Taśma umieszczona w plastikowej osłonce. Konstrukcja taśmy umożliwia jej implantację z każdego dostępu: załonowego i przez otwory zasłonowe.

Pkt 2. Taśma polipropylenowa, monofilamentowa, makroporowa o długości 44 cm i szerokości 1,2 cm. Przestrzenie międzywłóknowe o wielkości 750-2073  $\mu\text{m}$ . Taśma zakończona pętlami do podłączenia igieł. Taśma posiada wzdłużne, pętelkowe zakończenie brzegów niebieską nicią, zapewniającą atraumatyczne przejście przez tkanki. Taśma wykonana w technologii bezwęzłowej, z pamięcią kształtu wzdłużną i poprzeczną. Gramatura 58 g/m<sup>2</sup>. Grubość taśmy 0,47 mm. Taśma umieszczona w plastikowej osłonce. Konstrukcja taśmy umożliwia jej implantację z każdego dostępu: załonowego i przez otwory zasłonowe.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ (nie wyraża zgody na proponowaną zmianę).

24. Pakiet 7, poz. 2-7 Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 2-7 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

- Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

25. Pakiet 7, poz. 2-7 Czy zamawiający dopuści kompresy włókninowe o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>?

- Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

26. Pakiet 7, poz. 2-4 Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

- Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

27. Pakiet 9, poz. 8-10 Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

- Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

28. Pakiet 10, poz. 1 Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi odpowiednim dokumentem?

- Zamawiający nie formułował takiego wymogu.

29. Pakiet 10, poz. 1 Czy zamawiający wymaga 2 warstw w podkładzie celulozowym?

- Nie.

30. Pakiet 10, poz. 1 Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i lepszej wchłaniałości?

- Tak – materiał wykonania rolek: 100% celuloza

31. Pakiet 10, poz. 1 Czy zamawiający wymaga rolki pakowanej indywidualnie, każda posiada oznaczenia dotyczące o rozmiarze, długość rolki, odcinka, rodzaj perforacji, nazwa producenta, posiadanych certyfikatów, co umożliwia łatwą identyfikację produktu po wyjęciu z kartonu zbiorczego?

- Tak – rolki pakowane indywidualnie, posiadające oznaczenie producenta i rozmiaru.

32. Pakiet 10, poz. 1 Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielną folię? Czy wymaga się aby na każdej rolce był pełny opis produktu zawierający, nazwę, kod, kod kresowy, nazwę producenta, informacje o składzie produktu

100% pura celuloza, wymiary, ilość warstw, informacje, że produkt posiada udokumentowane badania dermatologiczne, certyfikaty poświadczające pozyskanie celulozy z legalnych i odnawialnych źródeł? (100% PURA CELULOZA oznacza, że do produkcji użyto najwyższej jakości selekcionowanej celuloza, co daje gwarancję, bezpieczeństwa, pełnej higieny i komfortu dla użytkowników)?

- Zamawiający dopuszcza, natomiast nie stanowi to wymogu.

33. Pakiet 10, poz. 1 Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał pozytywną opinię?

- Zamawiający nie formułował takich wymogów w SIWZ.

34. Pakiet 10, poz. 1 Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m<sup>2</sup>?

- Tak, gramatura powyżej 17 gr/m<sup>2</sup>?

35. Pakiet 10, poz. 1 Czy wymaga się aby na opakowaniu i opakowaniu rolki widniał symbol CE?

- Wymaga się aby oferowany wyrób medyczny spełniał wymogi opisane w SIWZ

36. Pakiet 10, poz. 1 Czy wymaga się/ dopuszcza aby podkład medyczny posiadał perforację - minimum 135 odcinków w podkładzie o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.?

- Zamawiający dopuszcza, natomiast nie stanowi to wymogu.

37. Pakiet 10, poz. 1 Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm?

- Zamawiający dopuszcza.

38. Pakiet 10, poz. 1 Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 50 m, perforacja co 34 cm?

- Zamawiający dopuszcza.

39. Pakiet 10, poz. 1 Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy?

- Tak.

40. Pakiet 10, poz.2 Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 60 cm x 40 m , z perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze 54 g/m<sup>2</sup>?

- Zamawiający dopuszcza.

41. Pakiet 1, poz. 14-15 Czy Zamawiający wydzieli poz. 14-15 do osobnego pakietu ze względu na duże zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tym pakiecie co wpływa na zakłócenie konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert?

- Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

42. Pakiet 1, poz. 14 Czy zamawiający dopuści czepki typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 16 g/m<sup>2</sup>, w kolorze zielonym, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm, średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?

- Zamawiający dopuszcza.

43. Pakiet 1, poz. 14-15 Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w folii gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

- Zamawiający wymaga opakowania kartonowego.

44. Pakiet 1, poz. 14-15 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
- Zamawiający wyraża zgodę na powyższe – zaokrąglenie ilości musi nastąpić w górę.
45. Pakiet 1, poz. 15 Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>, z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?
- Zamawiający dopuszcza.
46. Pakiet 6, poz. 19-24 Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 19-24 z pakietu 6. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.
- Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
47. Pakiet 6, poz. 19-21 Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
- Zamawiający wyraża zgodę na powyższe – zaokrąglenie ilości musi nastąpić w górę.
48. Pakiet 12, poz. 8,14-15,21,40-41 Czy Zamawiający wydzieli poz. 8,14-15,21,40-41 do osobnego pakietu ze względu na duże zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tym pakiecie co wpływa na zakłócenie konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert?
- Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
49. Pakiet 12, poz. 8 Czy zamawiający dopuści wycenę za serwetę jałową, 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie – z przeliczeniem ilości?
- Zamawiający dopuszcza.
50. Pakiet 12, poz. 15 Czy zamawiający dopuści czepek wiązany o gramaturze min. 25 g/m<sup>2</sup>?
- Zamawiający dopuszcza.
51. Pakiet 12, poz. 21 Czy zamawiający wymaga gazę w roli 13 nitkową, niejłową, szer. 90 cm x 100 m?
- Zamawiający wymaga gazy 17-nitkowej.
52. Pakiet 12, poz. 21 Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości?
- Zamawiający nie dopuszcza powyższej propozycji.
53. Pakiet 12, poz. 40-41 Czy zamawiający dopuści kompresy o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>?
- Zamawiający nie dopuszcza powyższej propozycji.
54. Pakiet 12, poz. 40-41 Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
- Zamawiający dopuszcza.
55. Pakiet 13, poz. 6-8, 19-24 Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 6-8 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku

konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

- Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

56. Pakiet 15, poz. 13-14 Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 13-14 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

- Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

57. Pakiet 15, poz. 13 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

- Zamawiający wyraża zgodę na powyższe – zaokrąglenie ilości musi nastąpić w górę.

58. Pakiet 15, poz. 13 Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 16 g/m<sup>2</sup>, w kolorze zielonym, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm, średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?

- Zamawiający dopuszcza.

59. Pakiet 15, poz. 14 Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych?

- Zamawiający dopuszcza.

60. Pakiet 15, poz. 14 Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarielową?

- Zamawiający dopuszcza.

61. Pakiet 15, poz. 14 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

- Zamawiający wyraża zgodę na powyższe – zaokrąglenie ilości musi nastąpić w górę.

62. Pakiet 19, poz. 9 Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

- Zamawiający wyraża zgodę na powyższe – zaokrąglenie ilości musi nastąpić w górę.

63. Pakiet 19, poz. 9 Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m<sup>2</sup>, długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?

- Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

64. Pakiet 19, poz. 9 Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

- Zamawiający dopuszcza, natomiast nie stanowi to wymogu.

65. Pakiet 19, poz. 9 Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L i XL?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

66. Pakiet 19, poz. 9 Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 112 cm x 140 cm?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

67. Pakiet 19, poz. 9 Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 120 cm x 145 cm?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
68. Pakiet 19, poz.12 Czy zamawiający dopuści spodenki wykonane z włókniny jednowarstwowej polipropylenowej, pakowane po 10 szt.?
- Zamawiający dopuszcza pakowane po 10 szt. . Pozostałe parametry pozostają bez zmian.
69. Pakiet 19, poz.12 Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
- Zamawiający wyraża zgodę na powyższe – zaokrąglenie ilości musi nastąpić w górę.
70. Pakiet 19, poz.18-19,12,9,21 Czy Zamawiający wydzieli poz. 18-19,12,9,21 do osobnego pakietu ze względu na duże zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tym pakiecie co wpływa na zakłócenie konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert?
- Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
71. PYTANIE 1 – dot. Pakietu 5 pozycja 1 Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 5, pozycja 1 parametrów minimalnych
- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
72. PYTANIE 2 – dot. Pakietu 5 pozycja 1,2,3,4 Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 5 , pozycja 1,2,3,4 serwety wzmocnionej na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze min. 25 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze min.28 g/m<sup>2</sup>.
- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
73. PYTANIE 3 – dot. Pakietu 5 pozycja 1,2,3,4 Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 5, pozycja 1,2,3,4 zestawów sterylizowanych tlenkiem etylenu .
- Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
74. PYTANIE 4 – dot. Pakietu 5 pozycja 2 Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 5, pozycja 2 parametrów minimalnych
- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
75. PYTANIE 5 – dot. Pakietu 5 pozycja 3 Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 5, pozycja 3 parametrów minimalnych
- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
76. PYTANIE 6 – dot. Pakietu 5 pozycja 4 Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 5, pozycja 4 zestawu o składzie :
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach min.160cm x 240cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze min.50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze min.80 g/m<sup>2</sup> i wymiarach min.40 cm x 80 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów
  - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach min.160cm x 180cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze min.50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze min.80 g/m<sup>2</sup> i wymiarach 50 cm x 80 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów
  - 2 x wysokochłonna serweta samoprzylepna o wymiarach min.75cm x 90cm i gramaturze min.96 g/m<sup>2</sup>
  - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze min.45 g/m<sup>2</sup>
  - 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze min.68 g/m<sup>2</sup>
  - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze min. 0,07 mm oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach min.60 cm



x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej min.80 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze min.25 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m<sup>2</sup>.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m<sup>2</sup> i chłonności min.180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

77. PYTANIE 7 – dot. Pakietu 5 pozycja 5 Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 5, pozycja 5 Mata podłogowa umożliwiająca wchłanianie dużej ilości płynów ( min. 1,5 litra płynów); dwustronna, chłonna od góry oraz od spodu; wkład chłonny wyposażony w superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu; rozmiar min.75x36cm

- Wymagana chłonność min. 3 litry.

78. PYTANIE 8 – dot. Pakietu 5 pozycja 5 Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z Zadania nr 5 pozycję 5 „maty podłogowe“ w jeden osobny pakiet (np. Zadanie nr 5a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

- Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

79. PYTANIE 9 – dot. Pakietu 23 pozycja 1

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 23, pozycja 1 zestawu :

1 serweta na stół instrumentariuszki min. 150 cm x 190 cm

2 ręczniki min. 30 cm x 35 cm

1 uchwyt na rzepy do mocowania przewodów typu Velcro 2,5x22cm

1 serweta do procedur TUR min. 190/230 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne

Serweta posiada otwór na krocze 5 cm oraz z otwór nadłonowy o średnicy min.6 cm otoczonym taśmą lepłą, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitem i lejkiem odprowadzającym płyny oraz bezlateksową osłoną na palec.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 57,5 g/m<sup>2</sup>.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

80. PYTANIE 10 – dot. Pakietu 23 pozycja 2

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 23, pozycja 2 zestawu o składzie :

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x min.35 cm

1 serweta na stół Mayo min.80 cm x 140 cm

1 serweta dla noworodka min.70 cm x 80 cm z miękkiej włókniny oddychającej i absorbującej płyny

1 serweta do cesarskiego cięcia min. 200 cm x 300 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 25 cm x 30 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno min.14 cm x 20 cm.

Serweta posiada zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze min.80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie oraz lejkiem odprowadzającym płyny. Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 57,5 g/m<sup>2</sup>.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

81. PYTANIE 11 – dot. Pakietu 23 pozycja 3

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 23, pozycja 3 zestaw o składzie :

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki min.30 cm x 35 cm

1 serweta na stolik Mayo min.80 cm x 140 cm

1 taśma samoprzylepna min.9 cm x 50 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm na całej powierzchni

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona min.160 cm x 180 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona min. 160 cm x 240 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 59 g/m<sup>2</sup>. Wokół pola operacyjnego na każdej z serwet polipropylenowa łata chłonna o wymiarach min.20x50cm . Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej min. 109,5 g/m<sup>2</sup>.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

82. PYTANIE 12 – dot. Pakietu 23 pozycja 4

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 23, pozycja 4 zestawu o składzie :

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki min.30 cm x 30 cm

1 serweta na stolik Mayo min.80 cm x 140 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne min. 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna min.150 cm x 200 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna min. 150 cm x240 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 57,5 g/m<sup>2</sup>.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

83. PYTANIE 13 – dot. Pakietu 5,23

Zwracamy się z prośbą doprecyzowanie w Pakietach 5,23 jednostki miary tzn. czy opakowanie jest równoważne jednej sztuce .

- Tak

84. Pakiet 1 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści tufery pakowane a500 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości? Reszta zgodnie z SIWZ.

- Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

85. Pakiet 1 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną 80x 60 cm( w miejsce serwety 80x50cm)? Reszta zgodnie z SIWZ.

- Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

86. Pakiet 7 poz. 1: Czy Zamawiający dopuście opatrunek o wymiarach 5,8x 8cm, bez ramki aplikacyjnej, metki do opisanie, o paroprzepuszczalności 400, sterylizowany radiacyjnie?

- Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

87. Pakiet 7 poz. 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej zestawy do dializy na przetoce, który jest obecnie dostarczany do Zamawiającego, o następujących różnicach w składzie:

Różnice w części START

- o Serweta włókninowa ma wymiar 40x45cm
- o Opatrunek pod kaniulę ma wymiar 5,8x8cm
- o Przylepce mają rozmiar 2x15cm, każdy osobno

Różnice w części STOP:

- o Opatrunek ma rozmiar 5x7,2cm
- o Rękawica dla pacjenta nie jest winylowa, a lateksowa

Opakowanie w formie blister dwudzielny z perforacją oddzielającą części START/STOP.

- Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

88. Pakiet 7 poz. 8: Prosimy o odstąpienie od wymogu od normy Norma EN 980. Norma EN 980 już nie istnieje i w 2015 r. została zastąpiona właśnie 15223-1.

- W związku z powyższym Zamawiający odstępuje od wymogu dot. normy Norma EN 980.

89. Pakiet 7 poz. 8: Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej stosując dwukrotnie tę samą numerację w numerze 8 w tym pakiecie?

- Jest to oczywista omyłka pisarska Zamawiającego – nie ma ona żadnego wpływu na postępowanie – nie wymaga również sprostowania.

90. Pakiet 22 poz.1: Czy zamawiający dopuści sterylny zestaw dostarczany obecnie do szpitala o składzie:

- Serweta do koronarografii 350x250cm z 4 otworami lepnyimi, 2 otwory promieniowe w kształcie owalnym 12x7cm z przezroczystą folią klejącą oraz 2 otwory udowe o średnicy 10cm z przezroczystą folią klejącą. W strefie krytycznej warstwa chłonna o wymiarach 180x100cm. Folia 70x350cm z prawej strony pacjenta dla ochrony pulpitu sterowniczego.
- Kleszczyki plastikowe korcang 24cm
- Pojemnik plastikowy 250ml niebieski
- Pojemnik plastikowy 1000ml transparentny
- Strzykawka 2-częściowa 10ml
- Strzykawka 2-częściowa 20ml
- Strzykawka 3-częściowa 20ml Luer Lock
- Fartuch chirurgiczny z włókniny SMS z przodu wzmocniony zakończony poliestrowym ściągaczem, rozmiar XL
- Kompresy z gazy 17-nitkowej 12-warstwowe 10x10cm - 30szt.
- Osłona na sprzęt foliowa 112x56cm
- Osłona na sprzęt foliowa 162x81cm
- Podkład wysokoabsorbujący 60x40cm
- Serweta na stół instrumentarium 190x150cm stanowiąca owinięcie zestawu
- Skalpel chirurgiczny z rączką nr. 11
- Serwetki celulozowe 50x40cm - 2szt.

Zestaw posiada etykietę samoprzylepną z informacjami dotyczącymi produktu tj. nr serii i data ważności

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 22 poz.2: Czy zamawiający dopuści sterylny zestaw dostarczany obecnie do szpitala o składzie:

- Serweta do wszczepienia rozrusznika 330x225cm z dwoma otworami do wszczepienia rozrusznika samoprzylepnymi o średnicy 12cm. Panel foliowy 90x330cm znajdujący się po lewej stronie pacjenta. Wzmocnienie w strefie krytycznej 120x80cm
- Igła iniekcyjna 1,1x40mm
- Igła iniekcyjna 0,8x40mm
- Pojemnik plastikowy 250ml niebieski
- Pojemnik plastikowy 500ml transparentny
- Strzykawka 3-częściowa 20ml
- Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMS zakończony poliestrowymi mankietami rozmiar XL
- Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMS zakończony poliestrowymi mankietami rozmiar L
- Kompresy z gazy 17-nitkowej 8-warstwowe 10x10cm - 30szt.
- Osłona foliowa 112x56cm
- Osłona foliowa 162x81cm
- Podkład wysokoabsorbujący 60x40cm
- Serweta na stół instrumentarium 190x150cm stanowiąca owinięcie zestawu
- Skalpel chirurgiczny z rączką nr. 11
- Serwetka celulozowa 50x40cm - 2szt

Zestaw posiada etykietę samoprzylepną z informacjami dotyczącymi produktu tj. nr serii i data ważności

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dot .umowy:

91. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słowa „opóźnienia” na „zwłoki” w §6 ust. 1?
- Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
92. Zważywszy na treść § 4 ust. 9 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towarów (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?
- Zamawiający dołożył należytej staranności przy ustalaniu wartości zamówienia i tym samym dokładnie określił ilości zamawianych produktów, uwzględniając m.in. zużycie produktów stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia w okresie 12 miesięcy, jak również przewidywane potrzeby Szpitala w okresie objętym zamówieniem. Dokładne określenie procentu zamówionych wyrobów nie jest możliwe, ponieważ Wykonawca jest uzależniony od liczby procedur medycznych wykonywanych w Szpitalu, jak również u innych Zamawiających (dla których Zamawiający jest podwykonawcą) czego nie można przewidzieć szacując wartość zamówienia.
93. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 5 poz. 2 niżej opisanego zestawu?

Zestaw do operacji biodra zawierający:

- 1 x serweta samoprzylepna 230 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 20 cm x 85 cm, wykonana z wykonana z laminatu dwuwarstwowego (PE+PP) o gramaturze 60 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 300cm wykonana z wykonana z laminatu dwuwarstwowego (PE+PP) o gramaturze 60 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów
- 1 x serweta o wymiarach 100 cm x 150 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2
- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu Wetlaid
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 36 cm x 120 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 78 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 55 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 65 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki, z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 55 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 85 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 140 g/m2.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykietce samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy (na 2 etykietach). Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

94. Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 5 poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 5 poz. 3 niżej opisanego zestawu?

Zestaw operacyjny do artroskopii zawierający:

- 1 x serweta 230 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 7cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów; 4 x ręcznik

chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm wykonany z celulozy o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup>, 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu Wetlaid; 1 x elastyczna osłona na kończyne o wymiarach 36 cm x 65 cm ; - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 78 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 65 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki, z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 85 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 140 g/m<sup>2</sup>.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykietce samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy (na 2 etykietach). Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

95. Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 5 poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 5 poz. 4 niżej opisanego zestawu?

Zestaw serwet uniwersalnych zawierający:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 85 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 140 g/m<sup>2</sup>.

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 78 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 65 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki, z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

- 1 x Serweta o wym. 180 x 180cm; Serweta 2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 60g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 135 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 168 kPa. Serweta 2-warstwowa, samoprzylepna.

- 1 x Serweta o wym. 150 x 240cm; Serweta 2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 60 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 165 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 168 kPa.

- 2 x Serweta o wym. 75 x 90cm; Serweta 2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 60 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 165 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 168 kPa.;

- 2 x Ręcznik do rąk o wym. 30,5x34 cm. - taśma samoprzylepna o wymiarach 9 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu Wetlaid

Opakowanie folia-papier typu Tyvec wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykietce samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy (na 2 etykietach). Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

96. Pytanie nr 4 – dotyczy pakietu nr 5 poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 5 poz. 5 niżej opisanego zestawu?

Zestaw serwet uniwersalnych wzmocniony - przeznaczony do procedur o zwiększonej ilości płynów

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z laminatu trójwarstwowego (PE+PP+PP) o gramaturze 75g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup> i wymiarach 25cm x 60cm, zintegrowana z organizatorami przewodów

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm wykonana z laminatu trójwarstwowego (PE+PP+PP) o gramaturze 75g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup> i wymiarach 25cm x 60cm, zintegrowana z organizatorami przewodów  
- 2 x wysokochłonna serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z laminatu trójwarstwowego (PE+PP+PP) o gramaturze 75g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup> i wymiarach 25cm x 60cm  
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5cm x 34cm wykonany z celulozy o gramaturze 55g/m<sup>2</sup>  
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9cm x 50 cm wykonana z włókniny typu Wetlaid  
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 78 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 65 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki, z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 85 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 140 g/m<sup>2</sup>.

Opakowanie folia-papier typu Tyvec wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy (na 2 etykietach). Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu.

- **Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

97. Pytanie nr 5 – dotyczy pakietu nr 5 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji nr 6 do osobnego pakietu. Asortyment opisany w tejże pozycji mocno ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej cenowo oferty pozostałym wykonawcom, co narusza zasadę uczciwej konkurencji zapisanej w ustawie PZP.

- **Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

98. Pytanie nr 6 – dotyczy pakietu nr 23 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 23 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

Zestaw operacyjny do resekcji przezcewkowych zawierający:

- 1 x serweta 175/270 cm x 170 cm zintegrowana, z otworem przylepnym o średnicy 8 cm oraz kroczywym 6 cm, zintegrowana z osłoną palca do badania per rectum o średnicy 3cm, torebką do zbiórki płynów wyposażoną w sztywnik, filtr, końcówkę odpływową. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>

- 1 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm wykonany z celulozy o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup>

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9cm x 50 cm wykonana z włókniny typu Wetlaid

- 1 przylepiec velcro 2,5x30cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 85 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 140 g/m<sup>2</sup>.

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające m.in. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane identyfikujące producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

- **Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

99. Pytanie nr 7 – dotyczy pakietu nr 23 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 23 poz. 2 niżej opisanego zestawu?

Zestaw serwet do cesarskiego cięcia zawierający: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30,5 cm x 34 cm

1 serweta na stolik Mayo 78 cm x 145 cm

1 serweta dla noworodka 75 cm x 120 cm z miękkiej włókniny oddychającej i absorbującej płyny

1 serweta do cesarskiego cięcia 186/250 cm x 330 cm, z otworem 36x36 cm w okolicy jamy brzusznej wypełnionym folią operacyjną, okno 18x16 cm. Serweta posiada zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 72x72 cm z usztywnieniem na całym obwodzie. Serweta posiada również zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych.

1 taśma przylepna 9x50cm Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 60 g/m<sup>2</sup>.

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające m.in. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane identyfikujące producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

100. Pytanie nr 8 – dotyczy pakietu nr 23 poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 23 poz. 3 niżej opisanego zestawu?

Zestaw serwet uniwersalnych wzmocniony - przeznaczony do procedur o zwiększonej ilości płynów

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30,5 cm x 34 cm

1 serweta na stolik Mayo 78 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 180 cm x 180 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150 cm x 240 cm Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 60 g/m<sup>2</sup>. Wokół pola operacyjnego w serwecie 75x90 i 180x180 polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach 15x50cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 140 g/m<sup>2</sup>. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające m.in. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane identyfikujące producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

101. Pytanie nr 9 – dotyczy pakietu nr 23 poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 23 poz. 4 niżej opisanego zestawu?

Zestaw serwet uniwersalnych zawierający:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30,5 cm x 34 cm

1 serweta na stolik Mayo 78 cm x 145 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 180 cm x 180 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 cm x 240 cm Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 60g/m<sup>2</sup>.


Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające m.in. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane identyfikujące producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

7


102. Pytanie nr 10 – dotyczy pakietu nr 7 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie nr 7 poz. 1 jałowego opatrunku foliowego o wymiarach 6x7cm z wycięciem o długości 2,5cm w opakowaniu a'100 sztuk w ilości 10 opakowań, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
103. Pytanie nr 11 – dotyczy pakietu nr 7 poz. 2-7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie nr 7 poz. 2-7 kompresów włókninowych 30g, spełniających wymagania stawiane w SIWZ. Z opinii użytkowników tego asortymentu wynika, iż gramowość kompresów włókninowych nie jest zupełnie odczuwalna dla końcowego użytkownika.
- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
104. Pytanie nr 12 – dotyczy pakietu nr 7 poz. 2-4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie nr 7 poz. 2-4 kompresów włókninowych w opakowaniu zawierającym 2 sztuki z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości opakowań?
- Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
105. Pytanie nr 13 – dotyczy pakietu nr 7 poz. 2-4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie nr 7 poz. 2-4 kompresów włókninowych w opakowaniu zawierającym 5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości opakowań?
- Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
106. Pytanie nr 14 – dotyczy pakietu nr 7 poz. 8 Steryny zestaw do dializy na przetoce Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie nr 7 poz. 8 sterylny zestaw do dializy na przetoce, zestawu minimalnie różniącego się od opisanego w SIWZ: Opatrunek przyklepny włókninowy z wycięciem, z klejem akrylowym hypoalergicznym, ELASTPORE IV rozmiar 6 cm x 8 cm, z centralnym wkładem chłonnym i z podkładką pod skrzydełka kaniuli, bez opakowania dodatkowego oraz Przylepiec włókninowy z klejem akrylowym SOFTPORE 2x15cm cm, paski na papierze silikonowanym – 1 x 4 paski. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ
- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
107. Pytanie nr 15 – dotyczy Pakietu nr 7 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji nr 8 "Sterylny zestaw do dializy na przetoce" do osobnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na uzyskanie niższych cen.
- Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
108. Pytanie nr 16 – dotyczy Pakietu nr 7 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji nr 8 "jałowy zestaw do zabiegów jaskry" oraz pozycji nr 9 do oddzielnego pakietu Asortyment opisany w tejże pozycji mocno ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej cenowo oferty pozostałym Wykonawcom, co narusza zasadę uczciwej konkurencji zapisanej w ustawie PZP
- Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
109. Pakiet 2, poz. 6 Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 3,6x4cm?
- Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
110. Pakiet 2, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5,9x6,2cm?
- Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
111. Pakiet 2, poz. 8 Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 7x7,1cm?
- Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
112. Pakiet 2, poz. 10 Czy Zamawiający dopuści opatrunek o wymiarach 10 cm x 12 cm o następującym kształcie spełniający pozostałe wymagania SIWZ?





- Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

113. Pakiet 2, poz. 11 Czy Zamawiający dopuści opatrunek o wymiarach 6 cm x 7 cm o następującym kształcie spełniający pozostałe wymagania SIWZ?



- Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

114. Pakiet 2, poz. 12-16 Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o długości 10 mb w stanie spoczynku spełniającą pozostałe wymagania SIWZ? W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi prosimy o informację czy należy przeliczyć ilość do pełnego opakowania w górę. Wg naszej wiedzy obie te długości rozciągają się do 25m.

- Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, bez przeliczenia.

115. Pakiet 5, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 150 cm i gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m<sup>2</sup>

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 180 cm i gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m<sup>2</sup>

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 50 cm x 90 cm i gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m<sup>2</sup>

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 42 g/m<sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup> i wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 72 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m<sup>2</sup> ?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

116. Pakiet 7, poz.1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety na stolik Mayo z wiskozową łąką chłonna na całej długości serwety spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?

- Zamawiający wyraża zgodę na powyższe (prawdopodobnie Wykonawca miał na myśli pakiet 6).

117. Pakiet 7, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?

- Zamawiający wyraża zgodę na powyższe (prawdopodobnie Wykonawca miał na myśli pakiet 6).

7

118. Pakiet 7, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne dostępne w rozmiarach S-XXL?
- Zamawiający wyraża zgodę na powyższe (prawdopodobnie Wykonawca miał na myśli pakiet 6).
119. Pakiet 7, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze uniwersalnym?
- Zamawiający wyraża zgodę na powyższe (prawdopodobnie Wykonawca miał na myśli pakiet 6).
120. Pakiet 8, poz. 1-2 Czy Zamawiający dopuści przylepce nawinięte na plastikową rolkę?
- Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
121. Pakiet 8, poz. 3-4 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby przylepiec nawinięty był na teksturowany trzpień.
- Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
122. Pakiet 8, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?
- Zamawiający wyraża zgodę na powyższe – zaokrąglenie ilości musi nastąpić w górę.
123. Pakiet 9, pozycja 1-3 Czy Zamawiający dopuści gazę w opakowaniu papier-folia?
- Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
124. Pakiet 14, pozycja 1-6 Czy Zamawiający dopuści opatrunek z klejem akrylowym naniesionym na całej powierzchni?
- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
125. Pakiet 19, pozycja 13 Zwracamy się z prośbą o podanie ilości opakowań, które należy wycenić?
- 50 opakowań ( w załączeniu zmodyfikowany formularz asortymentowo-cenowy)
126. Pakiet 19, pozycja 17 Zwracamy się z prośbą o podanie ilości sztuk, które należy wycenić?
- 50 sztuk ( w załączeniu zmodyfikowany formularz asortymentowo-cenowy)
127. Pakiet 19, pozycja 21 Czy Zamawiający dopuści maskę 4 warstwową?
- Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
128. Pakiet 19, pozycja 21 Czy Zamawiający dopuści maski pakowane a'25sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?
- Zamawiający wyraża zgodę na powyższe – zaokrąglenie ilości musi nastąpić w górę.
129. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w § 6 ust. 1:

Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:

- a) za opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci karę Zamawiającemu w wysokości 2% wartości brutto danego zamówienia nie dostarczonego w terminie - za każdy dzień opóźnienia; strony zgodnie ustalają, że za dzień uważają 24 godziny, licząc od godziny złożenia zamówienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto danego zamówienia nie dostarczonego w terminie
- b) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
- Zamawiający podkreśla, że jako instytucja zobowiązana do sprawowania opieki zdrowotnej musi stawiać duży nacisk na dbałość o profesjonalizm współpracujących z nim Wykonawców, terminowość realizacji zadań i staranność w realizacji zawartych umów. Przedmiot postępowania ma ogromne znaczenie nie tylko dla istoty funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej, ale w oczywisty sposób przekłada się na zdrowie i życie

pacjentów. Wykonawcy- profesjonalni przedsiębiorcy, o znacznym doświadczeniu, dysponujący potencjałem technicznym, ekonomicznym oraz ludzkim- gwarantować winni najwyższą staranność zawodową. Kara umowna zaś stanowi w swej istocie jedynie zastrzeżoną sankcję cywilnoprawną na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania – niestosowne jest wskazywanie, że stanowi sposób na wzbogacenie się (szczególnie, jeżeli Wykonawca podchodzi rzetelnie do swoich obowiązków i gwarantuje właściwą jakość oferowanych produktów – wówczas kary umowne nie będą miały zastosowania).

130. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 24 pozycja: 1): podkładów chłonnych w rozmiarze 60x60cm, o chłonności co najmniej 1200g (wg normy ISO 11948-1)?
- Zamawiający w pakiecie 24 poz. 1 zażądał podkładów o rozmiarze 60x90cm i takiego rozmiaru oczekuje. Pozostałe jak SIWZ.
131. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 24 pozycja: 4): pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze S, które posiadają rekomendowaną dolną granicę obwodu na poziomie 56cm i maksymalny obwód na poziomie co najmniej 96cm?
- Zamawiający dopuszcza.
133. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 24 pozycje: 2, 3, 4, 5): pieluchomajtki dla dorosłych, które nie posiadają w swej budowie ściągaczy taliowych? Mamy informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach: brak ściągacza taliowego oraz obniżony poziom chłonności. Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach opieki długoterminowej. **Niedopuszczenie powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP.** Co najmniej trzech producentów (TZMO – Seni, Gespar – Pharma by Premio, Essity – TENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy - gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.
- Zamawiający wymaga minimum jeden ściągacz taliowy.
134. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 24 pozycje: 2, 3, 4, 5): pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania (Feel Dry lub EDS), który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązania technologiczne charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli.
- Zamawiający dopuszcza.
135. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 24 pozycje: 2, 3, 4, 5): pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Barrierki boczne wraz z fałbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Fałbanki wewnętrzne skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, fałbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji.



- Zamawiający dopuszcza.
136. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 9 w pozycji 1, 2 i 3 gazę pakowaną w opakowanie papierowo – foliowe typu blister, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?
- Zamawiający dopuszcza.
137. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 6 pozycji 19, 20, 21, 22, 23 i 24, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?
- Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
138. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 13 pozycji 6, 7 i 8, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?
- Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
139. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14 w pozycji 1 opatrunek w rozmiarze 5x7cm, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?
- Zamawiający dopuszcza.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

UWAGA: Treść i pisownia wniosków o udzielenie wyjaśnień jest oryginalna, skopiowana z korespondencji przesyłanej przez Wykonawców. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w treści wniosków o wyjaśnienia.

Załączniki:

- zmodyfikowany formularz asortymentowo-cenowy pakiet 3 oraz 19

CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI  
Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach  
Sp. z o.o.

*mgr Zbigniew WITCZEK*

PROKURENT  
Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach  
Sp. z o.o.

*mgr inż. Mirosława JEZIORSKA*

KIEROWNIK  
APTEKI SZPITALNEJ  
Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach  
Sp. z o.o.

*mgr farm. Andrzej BYTEL  
specjalista farmacji klinicznej*

po. KIEROWNIKA  
ds. administracyjnych  
Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach  
Sp. z o.o.

*mgr Karolina BIELECKA*

SPECJALISTA  
z zamówień aptecznych  
*mgr inż. Piotr...*

*bei uny...  
przewod...  
Mi...  
Uw...*