



4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu
ul. R. Weigla 5 Wrocław 50 - 981

Wrocław, 12.02.2020r

**WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych materiałów medycznych, znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.8.2020

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust.1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn.zm.) dalej PZP informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 5 - Pakiet 46 poz. 1 -Czy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia ma na myśli układ oddechowy w komplecie z komorą nawilzacza ze zintegrowanym systemem napełniania, kompatybilny z kaniulami Optiflow?

Pytanie nr 6 - Pakiet 46, poz. 2. -Czy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia ma na myśli kaniule donosowe do układów oddechowych łączących z aparatem Airvo II w różnych rozmiarach i różnej funkcjonalności: kaniule donosowe, rurka tracheostomijna do wyboru przez Zamawiającego? Kaniule donosowe i rurka tracheostomijna nie mają przewodu bezpośrednio łączących je z aparatem Airvo II – wymagają podłączenia do układu oddechowego.

Odpowiedź na pytanie nr 5 i 6: Tak

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego/zmodyfikowanego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

Z upoważnienia
KOMENDANTA
4. WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ
SPZOZ we Wrocławiu
.....
mgr Piotr STRĄK
(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)