

**WSZYSCY WYKONAWCY  
WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SWZ  
ZMIANA SWZ**

**Dotyczy postępowania: IZP.2411.145.2022.JM zakup wraz z dostawą wyposażenia medycznego z przeznaczeniem dla Kliniki Chirurgii Głowy i Szyi Świętokrzyskiego Centrum Onkologii**

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami SWZ.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 7, tj.: wózek aparaturowy LC, wysięgnik IV Pole, uchwyt kamery, elementy instalacyjne Integracji, torba do C-MAC, które nie podlegają ustawie z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE, dla których stawka VAT wynosi 23% (tzw. wyrób niemedyyczny)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie nr 2**

Prosimy o potwierdzenie, że udzielona gwarancja nie obejmuje gwarancji z tytułu uszkodzenia umyślnego oraz powstałego z przyczyn zewnętrznych, takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, zaniedbanie, niewłaściwa obsługa, użycie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, jak również eksploatacji nie zgodnej z przeznaczeniem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że udzielona gwarancja nie obejmuje gwarancji z tytułu uszkodzenia umyślnego oraz powstałego z przyczyn zewnętrznych, takich jak: zalanie, zjawiska atmosferyczne, użycie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, jak również eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem.

**Pytanie nr 3**

Czy w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy Zamawiający odstąpi od naliczania kar z tytułu zwłoki w usunięciu awarii?

**Odpowiedź:**

Zamawiający na podstawie art. 137 ust 1 Pzp modyfikuje SWZ – projekt umowy po przez dodanie do §7 ust 1 pkt. e o następującym brzmieniu:

Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych wynikających z §7 ust 1 pkt. d, w przypadku gdy sprzęt zastępczy zostanie dostarczony w terminie dwóch dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii na koszt Wykonawcy, a dostarczony na czas naprawy sprzęt będzie posiadał parametry co najmniej równoważne do przedmiotu umowy.

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych zapisanych we wzorze umowy §7 ust. 1.b. oraz c. - z 1% na 0,5%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Ponadto na podstawie art. 137 ust 1 Pzp modyfikuje SWZ w następujący sposób:

Zamawiający dodaje do postępowania formularz oferty.

Oraz modyfikuje zapisy projektu umowy w zakresie § 2 ust. 7:

Odbiór urządzenia odbędzie się przy obecności pracownika Zespołu Aparatury Medycznej. Protokół odbioru powinien zostać podpisany przez co najmniej dwie osoby: osobę wyznaczoną przez kierownika Kliniki Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi oraz osobę wyznaczoną z Zespołu Aparatury Medycznej.

W załączeniu aktualny projekt umowy.

Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i należy je uwzględnić w składanej ofercie. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

**Z-ca Dyrektora ds. Prawno-Inwestycyjnych Krzysztof Falana**