



Wrocław, 06 września 2021r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego do krążenia pozaustrojowego dla Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii oraz Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, znak sprawy: 4 WSzKzP.SZP.2612.50.2021

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.poz.2019 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia dalej SWZ w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 1: dotyczy pakietu 3 - Czy Zamawiający w pakiecie 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie oksygenatora o przepływie krwi od 0,5 l/min do 7,0 l/min i o powierzchni wymiennika ciepła 0.3 m2? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 1: Nie, zgodnie z SWZ.

Z upoważnienia
KOMENDANTA
4. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ
SPZOZ we Wrocławiu
.....
mgr Piotr STRĄK
(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)