



ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

tel.: 68 347 73 00

fax: 68 384 25 90

e-mail: sekretariat@spzozwolsztyn.pl

http://www.spzozwolsztyn.pl

NIP: 923-15-06-721, REGON: 970773426

Wolsztyn, dnia. 03, listopada, 2020 r.

Wykonawcy

SPZOZ/DZPiZ/234/2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadania pn: „**zakup cyfrowego aparatu rentgenowskiego kostno-płucnego z zawieszeniem sufitowym wraz z adaptacją pomieszczeń Pracowni RTG w SPZOZ w Wolsztynie**”; PN/17/2020

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – (tekst jedn.: Dz.U.2019.1843), Zamawiający modyfikuje treść siwz w następującym zakresie:

1. Załącznika nr 1 do SIWZ, Formularz ofertowy:

- Zamawiający wykreśla w zdaniu:

„Oferujemy **aparat RTG** model _____ produkowany przez _____, rok produkcji _____, rządowy _____” wyrażenie: „rządowy”.

- Zmianie ulega tabela w formularzu ofertowym, poprzez dodanie wiersza z podsumowaniem ceny brutto za cały przedmiot zamówienia na:

I.p	Przedmiot zamówienia	Cena netto	% VAT	Cena brutto
1	Wartość aparatu RTG		8%	
	Prace adaptacyjne zgodnie z załącznikiem nr 3		23%	
			Razem:	
2	Czas Reakcji serwisu (można wskazać 3, 6, 9,12 lub 15 godzin)		
3	Okres gwarancji jakości (minimum 24 m-ce; maksymalnie 36 m-cy)		
4. Jakość:				
oceniany parametr: „Funkcja do wykrywania zmian patologicznych minimum: odma płucna, guzki, przepuklina, rozedma”		Oferowany parametr: TAK/NIE-podać	Punktacja: Tak- 10 pkt; Nie- 0 pkt.	

2. załącznika nr 2- parametry graniczne RTG:

- VII.pkt.1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie detektora o rozmiarze pola aktywnego 33,9 x 42,4 cm,
 - VIII. Pkt. 10, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ładowarki umożliwiającej jednoczesne ładowania 2 baterii lub dwóch ładowarek umożliwiających jednoczesne ładowania 2 baterii (w sumie 4),
3. Ilekroć w siwz, ogłoszeniu o zamówieniu jest mowa o terminie składania ofert należy rozumieć:
09.11.2020 r. godz. 11:00.

Ilekroć w siwz, ogłoszeniu o zamówieniu jest mowa o terminie otwarcia ofert należy rozumieć:

09.11.2020 r. godz. 11:15.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i muszą być uwzględnione w treści składanej oferty.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor SPZOZ w Wolsztynie

Karol Mońko

Załączniki:

Zmodyf. Załącznik nr 1 do SIWZ

Zmodyf. Załącznik nr 2 do SIWZ

Sporządziła: Bernadeta Kurp we współpracy z KP

