



Słupsk dnia 11. 12. 2023 r.

Numer sprawy: SE-407/36/23

## Wykonawcy w postępowaniu

### Odpowiedź na zadane pytanie

dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia w prowadzonym postępowaniu w trybie art. 275 pkt 2 (tryb podstawowy z możliwością prowadzenia negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) – zwanej dalej „Ustawą PZP”.

#### **Dostawa pn.: „Dostawa krzesełek kardiologicznych z napędem elektrycznym”**

W dniu 11 grudnia 2023 r. Zamawiający otrzymał pytanie dot. Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej zamieszczamy treść pytania oraz odpowiedź zamawiającego.

#### **Pytanie 1:**

Dotyczy Krzeselko kardiologiczne - schodołaz z napędem elektrycznym:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści krzeselko kardiologiczne schodołaz z napędem elektrycznym europejskiego producenta wyposażone w tradycyjne gąsienice ułatwiające i czyniące transport pacjenta bezpieczniejszym, szerokość krzeselka 52 cm, szerokość siedziska ok 48 cm, jeden podnózek na nogi pacjenta, bez oświetlenia otoczenia, wymiary po złożeniu 108x52x24,2 cm, udźwig 181 kg, waga krzeselka 34 kg, bez możliwości mycia podciśnieniowego?

#### **Odpowiedź:**

**Zgodnie z opisem specyfikacji warunków zamówienia.**

**Zamawiający:**

