

Znak: ZOZ.V.010/DZP/02/20

Sucha Beskidzka dnia 17.03.2020r.

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa odczynników do oznaczeń laboratoryjnych wraz z dzierżawą sprzętu”.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Do pakietu nr 8

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania odczynnika standard anty-D o pojemności 5ml z przeliczeniem ilości wymaganych ampułek?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający potwierdza, że zaoferowane odczynniki i krwinki muszą być stabilne po otwarciu do daty na etykiecie?

Odp. TAK.

3. Czy w pozycjach od 1 do 19 można zaoferować odczynniki w buteleczkach z kroplomierzem ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

4. Czy w pozycjach od 21 do 24 należy zaoferować zestawy czy ampułki?

Odp. Ampułki.

5. Czy w pozycjach od 21 do 24 można zaoferować zestawy o innych pojemnościach np. 3x5 ml z odpowiednim przeliczeniem w rubryce ilość?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

6. Czy w pozycji nr 26 standard anty-D MIKRO należy zaoferować pojemność 5 ml w ilości 50 szt.?

Odp. TAK.

7. Czy można zaoferować w pakiecie nr 8 w pozycjach 25,15,16, buteleczki o pojemności innej z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

8. Czy Zamawiający wymaga zestawu próbek kontrolnych w buteleczkach z kroplomierzem?

Odp. NIE.

9. Dotyczy dostęp do strony internetowej.

Prosimy o wskazanie: co ma wpisać we wskazanej kolumnie formularza wykonawca, jeżeli nie posiada strony internetowej ze wskazanymi przez Zamawiającego informacjami?

Przypominamy Zamawiającemu, że postępowanie przetargowe jest prowadzone z zachowaniem formy pisemnej. Ponadto informacje zamieszczone na stronach internetowych wykonawców nie mogą stanowić jakiegokolwiek źródła odniesienia przy ocenie oferty. Decydujące znaczenie mają bowiem oświadczenia wykonawców zawarte

w treści skonkretyzowanej oferty przeanalizowane pod kątem treści SIWZ. Informacje zawarte w ulotkach, na stronach internetowych i innych publikacjach reklamowych nie mogą być dowodem w sprawie, gdyż nie mają mocy wiążącej. Taka teza płynie z wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z 7 października 2009 r.; sygn. akt II Ca 718/09.

Jednocześnie Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że informacje zamieszczone w Internecie nie mają cech dokumentu mogącego stanowić dowód w sprawie. Treści tam zawarte nie mają charakteru wyczerpującego. Chodzi w nich zwykle o przedstawienie pewnych informacji w oznaczonym zakresie (podobnie wyrok Krajowej Izby Odwoławczą z 5 czerwca 2012 r.; sygn. akt 1052/12 i z 10 maja 2012 r.; sygn. akt KIO 877/12).

Odp. Zamawiający wymagał dostępu do strony internetowej gdzie są zamieszczone karty charakterystyki oferowanych produktów. W przypadku braku dostępu do takiej strony proszę umieścić w tej rubryce stosowną informację.

10. Czy w pozycji nr 15 można zaoferować odczynnik monowalentny anty-IgG ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

11. Czy w pozycji nr 27 można zaoferować inne pojemności niż 200 ml ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawy odczynników krwiopochodnych zgodnie z Harmonogramem dostaw?

Odp. TAK.

13. Prosimy o wyjaśnienie kryterium docenianego dla pakietu nr 8

Ile punktów otrzyma Wykonawca jeśli zaoferuje dostawy w czasie 4 dni roboczych ?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ -1 pkt. (od 1 do 6 dni roboczych)


14. Czy kryterium oceniane: termin dostawy dotyczy dostaw „na cito”?


Odp. Nie, dotyczy normalnych dostaw.

15. Czy można do oferty załączyć oświadczenie zamiast kart charakterystyki jeśli takie nie są wymagane zgodnie z normami prawnymi?

Odp. TAK.

Z poważaniem:


Kierownik
Działu
Publicznych
Steczek


Kierownik
Działu
Publicznych
Steczek