

ZO /08/2024

Wałbrzych, 26.03.2024 r.

Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na:

**Dostawa- Mikroskop laboratoryjny- 1 sztuka- zakup w ramach
projektu AVO-CLL finansowanego przez ABM.**

1.Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

Zapytanie ofertowe jest prowadzone w formie elektronicznej. Link do zapytania dostępny jest na Profilu Nabywcy Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych oraz na stronie internetowej Zamawiającego: bip.zdrowie.walbrzych.pl

Ofertę wraz z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 3 prosimy kierować na:
platformazakupowa.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia :

Mikroskop laboratoryjny

Wymagania dla Wykonawcy zamówienia – wszystkie muszą zostać spełnione:

Lp.	Parametr	Spełnia/ Nie spełnia
1.	Obiektywy klasy plan achromat o powiększeniach 10x, 40x oraz klasy plan fluorytowej o powiększeniach 60x, 100x	



2.	Ręczna rama mikroskopu pionowego do obserwacji w świetle odbitym i przechodzącym	
3.	Współosiowe zgrubne i dokładne ogniskowanie z mechanizmem podnoszenia i opuszczania stopnia, skok ogniskowania 25 mm, skok zgrubny 15 mm/obrót, skok dokładny 100 µm/obrót, podziałka przy drobnym ogniskowaniu 1 µm. Ogranicznik wstępnego ogniskowania i regulacja momentu obrotowego przy zgrubnym ogniskowaniu	
4.	Zarządzanie oświetleniem z indywidualnymi ustawieniami natężenia światła dla wszystkich obiektywów w połączeniu ze źródłem światła. Pokrętko regulacji natężenia światła montowane z przodu, zasilanie zewnętrzne 5V, 2,5A. Oświetlacz światła przechodzącego z oświetleniem Koehlera i numerem pola 26,5	
5.	Zawiera klucz imbusowy i zasilacz sieciowy	
6.	Nasadka binokularowa, nachylenie 30 stopni, regulacja rozstawu okularów 50-76 mm, regulacja doptryjna +/- 5 w lewym tubusie	
7.	Okular szerokokątny	
8.	Okular szerokokątny z możliwością ustawienia ostrości	
9.	Pięciogniazdowy rewolwer obiektywowy	
10.	Mechaniczny stolik przedmiotowy z unikatowym, bezzębatkowym mechanizmem ruchów krzyżowych, ceramiczna powłoka powierzchni roboczej, obrotowy w zakresie 250 stopni, prawostronne nisko położone pokrętki napędowe, osłonięty mechanizm oporowy ruchów krzyżowych, zakres ruchów krzyżowych 76x52 mm	
11.	Podwójny uchwyt dla jednego lub dwóch preparatów, lewostronny element dociskowy	
12.	Ergonomiczne nakładki na uchwyty pokręteł ruchów krzyżowych stolika przedmiotowego (grubość 1mm)	
13.	Zawiera kondensator, źródło światła, przewód sieciowy, pokrowiec do mikroskopu,	
14.	Instalacja	

3. Kryterium oceny ofert: cena 100%

Prosimy o podanie ceny netto oraz brutto.

4. Termin i miejsce złożenia ofert:

05.04.2024 r. do godziny 12:00 na: platformazakupowa.pl

Oferta winna być złożona w formie załączonego pliku (preferowany plik PDF).
Oferta przedłożona jedynie w tabelach na Platformie Zakupowej będzie podlegała odrzuceniu.

5. Pytania

Wykonawca ma możliwość zadawania pytań do 02.04.2024 r. Po 02.04.2024 Zamawiający nie ma obowiązku udzielić odpowiedzi na pytania.

6. Warunki płatności

– przelew w ciągu 60 dni.

7. Termin realizacji zamówienia.

Do 2 tygodni od złożenia zamówienia.

8. Osobą uprawnioną do kontaktów ze zleceniodawcami jest :

Referent administracyjny – Agnieszka Piasecka , tel. 74/64-89-744

9. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty zostanie sporządzona i podpisana umowa.

Bardzo prosimy o podanie w ofercie:

- numer oferty
- data oferty
- płatność (forma płatności – preferujemy przelew 60 dni)
- termin realizacji zamówienia
- ważność oferty
- warunki dostawy
- okres gwarancji

Oferta winna zawierać wszystkie w/w punkty .Ich brak będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Załączniki:

Załącznik nr 1- Oświadczenie potwierdzające opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2- Informacja Administratora.

Załącznik nr 3- Oświadczenie związane z agresją Rosji na Ukrainę. Należy dołączyć do oferty.