



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 03.06.2024 r.

DZP-18/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. Dostawa wyrobów medycznych - uzupełnienie II

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 17, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści adapter do fiolki o średnicy 13 i 20mm. Nie zawiera PCV i DEHP. Adapter pakowany w jednym blistrze z konwertorem fiolki 13mm wykonanym z PET. Umożliwia przygotowywanie i pobieranie leku w systemie zamkniętym typu CSTD. Sygnał akustyczny "kliknięcie" informujący o bezpiecznym połączeniu z adapterem strzykawkowym. Adapter wykorzystuje technologię Toxi-Guard, zapewnia natychmiastową kompensację ciśnienia, redukując etap płukania wstępnego. Zapewnia 7- dniową ochronę przed przenikaniem zanieczyszczeń mikrobiologicznych i zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu do leku i linii do podawania leku. Kolec 2-drożny z oddzielnym kanałem powietrznym i płynowym. Objętość wypełnienia 0,15ml. System podwójnej membrany Toxi-Guard wykorzystuje matrycę do wiązania leków opartą w 100% na węglu aktywnym oraz membranę hydrofobową i oleofobową o porach średnicy 0,2 mikrona, co pozwala wyeliminować ryzyko przenikania zanieczyszczeń i cząstek znajdujących się w powietrzu do leku i linii do podawania leku oraz zapobiega uwalnianiu leków cytotoksycznych i innych niebezpiecznych leków w postaci oparów, aerozolu lub kropelek do środowiska podczas rekonstrukcji leków. Pakowany a'50. Adapter musi być częścią systemu zamkniętego CSTD, posiadającego kod ONB, wydany przez FDA. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego wpisanymi do Farmakopei Polskiej XI z roku 2017, apteka szpitalna jest zobowiązana do przygotowywania leków cytostatycznych z pierwszej grupy w systemie w zamkniętym, gwarantującym czystość mikrobiologiczną leku?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 – dot. Pakietu nr 17, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści adapter strzykawkowy - umożliwia przygotowywanie i podaż leków w systemie zamkniętym typ CSTD. Nie zawiera PCV i DEHP. Kompatybilny ze wszystkimi złączami luer lock męskimi strzykawek. Wyposażony w igłę 16G ze stali nierdzewnej. Objętość wypełnienia igły 0,04ml. Igła jest dodatkowo wyposażona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem. Samo-uszczelniające się elastomerowe uszczelki zapobiegają uwalnianiu leku do otoczenia oraz formowaniu się kropelek na zewnętrznej powierzchni uszczelki. Dołączona do opakowania jednostkowego zatyczka ochronna wykonana z polietylenu, zapobiegająca kontaminacji połączenia oraz umożliwia bezpieczny transport leku w wypełnionej strzykawce. Zapewnia 7- dniową ochronę przed przenikaniem

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

zanieczyszczeń mikrobiologicznych i zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu do leku i do linii do podawania leku. Korpus i klamry adaptera wykonany z poliacetalu. Sygnał akustyczny "kliknięcie" informujący o bezpiecznym połączeniu. Nie zawiera PCV, DEHP i lateksu. Pakowany a'50. Adapter musi być częścią systemu zamkniętego CSTD, posiadającego kod ONB, wydany przez FDA. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego wpisanymi do Farmakopei Polskiej XI z roku 2017, apteka szpitalna jest zobowiązana do przygotowywania leków cytostatycznych z pierwszej grupy w systemie w zamkniętym, gwarantującym czystość mikrobiologiczną leku.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 – dot. Pakietu nr 17, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści adapter typu Luer Lock, obudowa wykonana z PET. Umożliwia zamianę każdego złącza żeńskiego typu luer lock w system CSTD. Samo-uszczelniające się elastomerowa uszczelka wykonana z poliizoprenu, zapobiega uwalnianiu leku do otoczenia oraz formowaniu się kropelek na zewnętrznej powierzchni uszczelki. Objętość wypełnienia 0,07ml. Maks. ilość przekłuć membrany to 10 przekłuć. Umożliwia bezpieczne przyłączenie adaptera strzykawki i przeniesienie leku. Sygnał akustyczny "kliknięcie" informujący o bezpiecznym połączeniu z adapterem strzykawkowym. Nie zawiera PCV, DEHP i lateksu. Pakowany a'100. Adapter musi być częścią systemu zamkniętego CSTD, posiadającego kod ONB, wydany przez FDA. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego wpisanymi do Farmakopei Polskiej XI z roku 2017, apteka szpitalna jest zobowiązana do przygotowywania leków cytostatycznych z pierwszej grupy w systemie w zamkniętym, gwarantującym czystość mikrobiologiczną leku

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 – dot. Pakietu nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści Elektrode uziemiającą, opaskową, 40 cm, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania OPZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 – dot. Pakietu nr 1, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści elektrody z kablem o długości 150cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 – dot. Pakietu nr 1, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści elektrody o wymiarach 40mm x 26g, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania OPZ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7 – dot. Pakietu nr 1, poz. 6

Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 3, Zamawiający zgodzi się na bezpłatne dostarczenie odpowiednie do przewodu wraz z pierwszą dostawą?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8 – dot. Pakietu nr 1, poz. 6

Prosimy o informację jakiej firmy jest przewód do elektrod igłowych koncentrycznych, będący na wyposażeniu szpitala?

Odp.: Zamawiający posiada przewód firmy Natus Manufacturing Limited.

Pytanie nr 9 – dot. Pakietu nr 1, poz. 7

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Czy Zamawiający dopuści Kabel do elektrod powierzchniowych, dwużyłowy, ekranowy – 1,5 m?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10 – Pakietu nr 22, poz. 2

Prosimy o weryfikację informacji podanej w pozycji 2 pakietu 22 formularza cenowego (załącznik 1a do swz) odnośnie jednostki miary podanego zapotrzebowania i potwierdzenie, że zamawiający oczekuje podania ceny jednostkowej za opakowanie, czyli 5 szt. przewodników.

Odp.: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 11 – Pakietu nr 22, poz. 6

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 6 pakietu 22 formularza cenowego (załącznik 1a do swz) przewodników specjalistycznych o najwyższej sztywności o giętkiej elastycznej końcówce o długości w przedziale 2.5 do 6.5cm oraz różnej długości temperowanego rdzenia. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 – Pakietu nr 22, poz. 12

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 12 pakietu 22 formularza cenowego (załącznik 1a do swz) spiral embolizacyjnych dostarczanych tylko w wersji z węższym końcem jako pierwszym (dla spiral o kształcie Tornado). Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13 – Pakietu nr 22, poz. 13

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 13 pakietu 22 formularza cenowego (załącznik 1a do swz) stentgraftów aortalnych rozprężanych na balonie o dostępnych długościach dla średnicy 20mm: 37 lub 48mm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 – dot. projektowanych postanowień umowy § 8 ust. 1

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przysłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

1.3 za każde stwierdzone naruszenie postanowień § 3 ust. 13 – 15 umowy, karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy,

1.5. zwłoki w wykonaniu obowiązku określonego w § 3 ust. 21 w wysokości 0,5 % wartości netto niezrealizowanej części umowy dla danego pakietu, licząc za każdy dzień zwłoki od upływu dnia zrealizowania obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 21,

1.8 naruszenia obowiązku opisanego w treści § 3 ust. 8 oraz § 6 ust. 2, w wysokości 125,00 złotych za każdy przypadek naruszenia.

1.9. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy/Podwykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, o której mowa w § 12 ust. 10 pkt 5) w wysokości 0,01% należnej kwoty za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% należnej kwoty. Za termin zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom przyjmuje się okres 30 dni licząc od daty zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia dokonany przez Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15 – Pakietu nr 22, poz. 7, 13, 14

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Czy zamawiający w zadaniu nr 22 wydzieli następujące pozycje 7,13,14 oraz dopuści n/w parametry techniczne;

- pozycja nr 7

Cewnik balonowy OTW, zbudowany z włókien kewlarowych, ultra niepodatny. Średnice: 3;4;5;6;7;8;9;10 mm. Długości: 2,4,10,12,15,17,20cm. Kompatybilny z przewodnikiem 0.035", system wprowadzania 40 cm, 80 cm, 120 cm i 135 cm. Ciśnienie nominalne dla wszystkich średnic 8 atm, RBP 20-24 atm. Koszulka 5-7F.

- pozycja nr 13

Stent nitinolowy umieszczony w materiale ePTFE między dwiema warstwami (wtopiony). Dostępne średnice 5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm,12mm;13,5mm, długości stentgraftu w średnicach od 5-8 mm to 20,30,40,60,80,100,120 mm, długość stentgraftu w średnicach 9-13,5 mm to 30,40,60,80,100,120 mm.

Długość systemu wprowadzającego to 80cm i 117 cm, kompatybilne z przewodnikiem 0,035", na zakończeniach markery tantalowe , poprawiające widoczność w rentgenie (znaczniki radiocieniujące).

Wewnętrzna powierzchnia stentgraftu impregnowana węglem, zalecana koszulka, odpowiednio: 8Fr, 9Fr, 10Fr.

- pozycja nr 14

Stent wykonany ze stali nierdzewnej 316L, który znajduje się między dwiema warstwami e PTFE, kompatybilny z przewodnikiem 0,035", balon niepodatny OTW. System wprowadzania 80 i 135cm, dostępne średnice: 5,6,7,8,9,10 i 12 mm, dostępne długości: 16mm, 26mm, 37mm, 58mm (w zależności od średnicy). Kompatybilny z koszulką 6,7,8F (w zależności od średnicy). Ciśnienie nominalne dla wszystkich średnic 8 atm. RBP dla wszystkich średnic 12 atm .

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16 – Pakietu nr 10, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wyłącznie szczotki nasączonej 4% roztworem chlorheksydyny?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17 – Pakietu nr 10, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie obu typów w dwóch osobnych pozycjach ze względu na różne stawki vat?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18 – Pakietu nr 10, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę szczotek w opakowaniu a'40 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19 – Pakietu nr 8, poz. 3

Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycja 3 jako jednostka miary ma na myśli opakowania zbiorcze? Elektrody do pomiaru głębokości snu Entropy to artykuły jednopacjentowe i pakowane są po 25 szt.

Odp.: Zamawiający wymaga wyceny 1op. x 25 szt.

Pytanie nr 20 – dot. wzoru umowy §3 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do 48 godzin (w dni robocze czyli od poniedziałku do piątku, bez sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy) licząc od chwili otrzymania zamówienia?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21 – dot. wzoru umowy §3 ust. 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do 48 godzin (w dni robocze czyli od poniedziałku do piątku, bez sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy) licząc od chwili otrzymania zamówienia?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22 – dot. wzoru umowy §6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin płatności został ustalony na 45 dni licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 23 – dot. wzoru umowy §8 ust. 1.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości: 0,5% wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 24 – dot. wzoru umowy §8 ust. 1.8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę opisanej kary umownej do wysokości: 150 złotych za każdy stwierdzony przypadek naruszenia?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 25 – dot. wzoru umowy § 10 ust. 2

Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje dodanie obowiązku pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, nadając mu następujące brzmienie:

Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem rozwiązania umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin”.

Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 26 – dot. Pakietu Nr 11

Prosimy o dopuszczenie strzałek pakowanych po 5 szt. w sterylne blistry.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27 – dot. projektowanych postanowień umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,25 % wartości netto niedostarczonej partii dostawy, licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania dostawy

Uzasadnienie: obecnie ustalone kary umowne są nadmiernie wysokie, nieproporcjonalne do wartości zamówienia, odbiegające od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych. Obniżenie wysokości kar umownych do proponowanego poziomu umożliwi zachowanie zasady równości stron umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie nr 28 – dot. Pakietu nr 2, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika typu Dufour wykonanego z 100% silikonu z balonem o pojemności 50 ml.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29 – dot. Pakietu nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający oczekuje, aby cewniki Dufour posiadały atraumatyczne zaokrąglone zamknięte zakończenie umożliwiające użycie cewnika z mandrynem w razie konieczności, z dużym owalnym oczkiem drenażowym?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30 – dot. Pakietu nr 2, poz. 7

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy oczekuje, aby zestaw umożliwiał manualny pomiar ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną, tak jak w dotychczas stosowanych przez Zamawiającego zestawach, bez konieczności podłączenia do zewnętrznego monitora?

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 31 – dot. Pakietu nr 2, poz. 8

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby w celu umożliwienia dokładnego odczytu godzinowej diurezy komora pomiarowa posiadała skalę linearną, skalowaną co 1 ml od 1 do 40 ml?

Odp.: Zamawiający oczekuje zestawu, który będzie umożliwiał odczyt godzinowej diurezy z dokładnością ± 1 ml.

Podpisał:

Z-CA DYREKTORA

DS. LECZNICTWA

dr n. med. Janusz Kuśmierz

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie