



ZP/252/008/D/23

Gdańsk, dnia 15.11.2023 r.

**Do Wykonawców**

(strona internetowa prowadzonego postępowania)

dotyczy postępowania: „**Dostawa wraz z wniesieniem wysokorozdzielczego tandemowego spektrometru mas z analizatorem czasu przelotu (QTOF) sprzężonego z chromatografem cieczowym dla Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej**”

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający – Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny informuje, że w związku ze złożeniem przez Wykonawców zapytań dotyczących przedmiotowego postępowania, udziela stosownych wyjaśnień na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605)

#### **Pytanie nr 6:**

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie wraz z urządzeniem instrukcji obsługi w języku angielskim w wersji elektronicznej?

#### **Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający informuje, że dopuści dostarczenie wraz z urządzeniem instrukcji obsługi w języku angielskim w wersji elektronicznej.

#### **Pytanie nr 7:**

Czy Zamawiający dopuści złożenie przedmiotowych środków dowodowych: specyfikacje techniczne, karty katalogowe w języku angielskim?

#### **Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający informuje, że dopuści złożenie przedmiotowych środków dowodowych: specyfikacje techniczne, karty katalogowe w języku angielskim.

#### **Pytanie nr 8:**

Dotyczy Wzoru umowy, § 5 Gwarancja: Pkt. 8 – Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu na: „Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi otrzymania takiego zgłoszenia, Zamawiający powinien upewnić się drogą telefoniczną, że dotarło ono do Wykonawcy.” ?

#### **Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający zmieni zapis w powyższym zakresie.

#### **Pytanie nr 9:**

Dotyczy Wzoru umowy, § 5 Gwarancja: Pkt. 10 – Czy Zamawiający dopuści uzupełnienie zapisu na: „W razie żądania przez Zamawiającego naprawy Wykonawca (lub wskazany



w ofercie punkt serwisowy) uprawniony będzie do oceny możliwości dokonania naprawy na miejscu czy też konieczności dokonania naprawy w punkcie serwisowym albo zasadności wymiany wadliwego przedmiotu umowy lub modułu na nowy wolny od wad.” ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający zmieni zapis w powyższym zakresie.

**Pytanie nr 10:**

Dotyczy Wzoru umowy, § 5 Gwarancja: Pkt. 13, ppkt 1) – Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu na: „przystąpienia do realizacji obowiązków gwarancyjnych w czasie nie dłuższym niż dwa dni robocze, liczone od dnia i godziny zgłoszenia potrzeby naprawy gwarancyjnej przez Zamawiającego;” ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający zmieni zapis w powyższym zakresie.

**Pytanie nr 11:**

Dotyczy Wzoru umowy, § 5 Gwarancja: Pkt. 13, ppkt 5) – Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu na: „w przypadku niedopełnienia obowiązków gwarancyjnych w wymaganym terminie, Zamawiający może powierzyć naprawę osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy; koszty zastępczego usunięcia awarii, poniesione przez Zamawiającego obciążają Wykonawcę; wykonanie zastępcze nie powoduje utraty praw gwarancji i rękojmi po stronie Zamawiającego tylko pod warunkiem, że prace wykona autoryzowany serwis.”?

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni zapis w powyższym zakresie.

---

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

- a) zmienia się brzmienie § 5 ust. 8 wzoru umowy:

Było:

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia drogą elektroniczną otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia potrzeby dokonania naprawy gwarancyjnej lub wymiany (zgłoszonej reklamacji). Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi otrzymania takiego zgłoszenia, Zamawiający będzie domniemywał, że dotarło ono do Wykonawcy, chyba, że udowodni on, że z przyczyn technicznych było to niemożliwe.

Jest:

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia drogą elektroniczną otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia potrzeby dokonania naprawy gwarancyjnej lub wymiany (zgłoszonej reklamacji). Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi otrzymania



takiego zgłoszenia, Zamawiający powinien upewnić się drogą telefoniczną, że dotarło ono do Wykonawcy.

- b) zmienia się brzmienie § 5 ust. 10 wzoru umowy:

Było:

W razie żądania przez Zamawiającego naprawy Wykonawca (lub wskazany w ofercie punkt serwisowy) uprawniony będzie do oceny możliwości dokonania naprawy na miejscu czy też konieczności dokonania naprawy w punkcie serwisowym albo zasadności wymiany wadliwego przedmiotu umowy na nowy wolny od wad.

Jest:

W razie żądania przez Zamawiającego naprawy Wykonawca (lub wskazany w ofercie punkt serwisowy) uprawniony będzie do oceny możliwości dokonania naprawy na miejscu czy też konieczności dokonania naprawy w punkcie serwisowym albo zasadności wymiany wadliwego przedmiotu umowy lub modułu na nowy wolny od wad.

- c) zmienia się brzmienie § 5 ust. 13 pkt 1) wzoru umowy:

Było:

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:

1) przystąpienia do realizacji obowiązków gwarancyjnych w czasie nie dłuższym niż 48 godzin, liczonych od dnia i godziny zgłoszenia potrzeby naprawy gwarancyjnej przez Zamawiającego;

Jest:

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:

1) przystąpienia do realizacji obowiązków gwarancyjnych w czasie nie dłuższym niż dwa dni robocze, liczone od dnia i godziny zgłoszenia potrzeby naprawy gwarancyjnej przez Zamawiającego;

- d) zmienia się brzmienie § 5 ust. 13 pkt 5) wzoru umowy:

Było:

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:

5) w przypadku niedopełnienia obowiązków gwarancyjnych w wymaganym terminie, Zamawiający może powierzyć naprawę osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy; koszty zastępczego usunięcia awarii, poniesione przez Zamawiającego obciążają Wykonawcę; wykonanie zastępcze nie powoduje utraty praw gwarancji i rękojmi po stronie Zamawiającego.

Jest:

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:

5) w przypadku niedopełnienia obowiązków gwarancyjnych w wymaganym terminie, Zamawiający może powierzyć naprawę osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy; koszty zastępczego usunięcia awarii, poniesione przez Zamawiającego obciążają Wykonawcę; wykonanie zastępcze nie powoduje utraty praw gwarancji i rękojmi po stronie Zamawiającego pod warunkiem, że prace wykona autoryzowany serwis.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców przy składaniu ofert.

**Ponadto, Zamawiający informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian i upływa w dniu: 22.11.2023 r. godz. 09:00.**

z up. Prodziekan ds. nauki  
dr hab. inż. Marek Tobiszewski  
Wydział Chemiczny