



Poznań, dnia 22.11.2024 roku

Oznaczenie sprawy: PN-99/24

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę zestawu do pobierania, obróbki, utrwalania i diagnostyki materiału histopatologicznego wraz z montażem i szkoleniem**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie:

OPZ, CZĘŚĆ NR 1 Cytowirówka, pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści wirówkę z 9 poziomami przyspieszenia i 10 poziomami hamowania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie:

OPZ, CZĘŚĆ NR 1 Cytowirówka, pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści wirówkę z regulacją prędkości w zakresie 500-2000 RPM?

Jest to zakres, który w zupełności wystarcza do wirowania cytopreparatów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie:

CZĘŚĆ NR 1 Cytowirówka, pkt. 9, Termin wykonania zamówienia

Czy Zamawiający zgodzi się na przedłużenie terminu wykonania zamówienia do 20.12.24 r.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. W przypadku uzyskania zgody Ministerstwa Zdrowia na wydłużenie terminu przedłożenia dokumentów dostawy w trakcie postępowania, jego uczestnicy zostaną o tym fakcie poinformowani.

