

*Szpital św. Anny w Miechowie
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869
<http://www.szpital.miechow.pl>,
e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl*

Miechów, dnia 22 sierpnia 2022 r.

/wszyscy uczestnicy postępowania/

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: Dostawa sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku do magazynu apteki Szpitala św. Anny w Miechowie cz.2 . **27/TP/2022**

W związku z wniesieniem pytań, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)

1.

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „Realizacji zamówienia w ciągu 3 dni roboczych (tj. poniedziałku do piątku) lub w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego”?

Ad. 1 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na następujący: „Realizacja zamówienia w ciągu 3 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku) lub w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego”?

2.

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 4, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Reklamacja towaru wadliwego (niezgodna z ofertą) będzie składana pisemnie lub faksem (za pisemnym potwierdzeniem odbioru) i rozpatrzona przez Wykonawcę zamówienia w terminie do 10 dni roboczych”?

Ad. 2 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Reklamacja towaru wadliwego (niezgodnego z ofertą) będzie składana pisemnie mailem lub faksem (za pisemnym potwierdzeniem odbioru) i rozpatrzona przez Wykonawcę zamówienia w terminie do 10 dni roboczych”?

3.

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 5, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „W przypadku wystąpienia wad jakościowych i/lub ilościowych Wykonawca zobowiązany jest wymienić towar wadliwy na wolny od wad i/lub uzupełnić niedobór ilościowy w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną”?

Ad. 3 Zamawiający zmienia zapis w projekcie umowy na powyższy.

4.


Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 2, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i uzupełnienie go w umowie: „Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Dyrekcji Szpitala przenieść wierzytelności wynikające z niniejszej umowy na osobę trzecią. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza powyższy zapis w umowie.

5.

Dotyczy warunków umowy § 6, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i uzupełnienie go w umowie: „Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze”?

Ad. 5 Pozostaje jak w SWZ.



*Szpital św. Anny w Miechowie
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869
<http://www.szpital.miechow.pl>,
e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl*

6.

Dotyczy warunków umowy § 9, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „Dostawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej z tytułu zwłoki w dostawie zamówionej partii materiałów medycznych w kwocie stanowiącej 0,7% (jeden procent) ich wartości brutto za każdy dzień zwłoki. To samo dotyczy zwłoki spowodowanej dostawą przedmiotu z wadami. Łączna wysokość kar umownych nałożonych przez Zamawiającego nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia należnego Wykonawcy”?

Ad. 6 Pozostaje jak w SWZ.

7.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

Ad. 7 Nie zostały wszczęte działania prawne, o których mowa w pytaniu.

8.

Grupa 2. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie zestawu jednorazowych szczotek średnica włosia 3,0mm, dł. robocza 2300mm oraz szczotek krótkich do gniazd zaworów z włosiem o średnicy 12 mm i dł. 60 mm, końce zaokrąglone dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem gniazd zaworów.

Ad. 8 Pozostaje jak w SWZ.

9.

Grupa 2. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie jednorazowych szczotek dwustronnych krótkich o rozmiarach szczotek 12x60 mm oraz 5x40 mm, końce zaokrąglone dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem gniazd zaworów.

Ad. 9 Pozostaje jak w SWZ.

10.

Grupa 2. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie pętli rotacyjnych o rozmiarze 15, 25 i 32 mm, długość 1800 mm i 2400 mm, średnica cewnika 2,4 mm, do kanału roboczego 2,8mm.

Ad. 10 Pozostaje jak w SWZ.

11.

Grupa 2. Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy cewnika 2,4 mm.

Ad. 11 Pozostaje jak w SWZ.

12.

Grupa 2. Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy cewnika 2,4 mm, średnicy igły 20,5 mm, 0,6 mm, 0,7 mm.

Ad. 12 Pozostaje jak w SWZ.

13.

Grupa 2. Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie igieł bez strzykawki.

Ad. 13 Pozostaje jak w SWZ.

14.

Grupa 2. Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie ustników z otworem 22 mm x 27 mm.

Ad. 14 Pozostaje jak w SWZ.


15.

Grupa 2. Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści zaoferowanie szczotek posiadających trzy główki czyszczące ustawione na końcach i pośrodku cewnika, włosie o średnicy 6 mm i długości 20 mm w każdym położeniu, dł. narzędzia 230mm, końce szczotki zakończone plastikowymi kulkami.

Ad. 15 Pozostaje jak w SWZ.

16.

Grupa 2. Czy Zamawiający w pozycji 14 dopuści zaoferowanie kleszczy o średnicy cewnika 2,4 mm



*Szpital św. Anny w Miechowie
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869
<http://www.szpital.miechow.pl>,
e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl*

Ad. 16 Pozostaje jak w SWZ.

17.

Grupa 2. Czy Zamawiający w pozycji 14 dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy cewnika 2,4 mm.

Ad. 17 Pozostaje jak w SWZ.

podpis elektroniczny