



WZZ-2375-28-848-07/23

Szczecin, dnia 01.08.2023 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia nieprzekraczającego progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej: „ustawa Pzp” pn.: „Adaptacja pomieszczeń parteru budynku głównego Szpitala wraz z rozbudową w celu utworzenia Centrum Diagnostycznego w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 44 oraz dostarczenie urządzeń medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.”

Nr postępowania: 28/2023.

Uzasadnienie prawne:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie działając na podstawie art. 255 pkt 6) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022, poz. 1710) informuje, że unieważnia przedmiotowe postępowanie, ponieważ obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu wystąpiła wada polegająca na nieprawidłowym opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa), który zawierał nieprawidłowe rozwiązanie projektowe w zakresie komunikacji w pracowni RTG, jak również w zakresie projektu technologicznego osłon stałych dla urządzenia, które ma być zakupione i zainstalowane w ramach niniejszego zamówienia. Ponadto, w opisie aparatu RTG podano nieprawidłowo dane techniczne, które nie odnoszą się do danych minimalnych – lecz do rzeczywistych parametrów wskazanego, jako przykładowego, aparatu RTG. Ponieważ wady projektu stanowiącego opis przedmiotu zamówienia są na tyle istotne, że wpływają na sposób kalkulacji oferty, konieczne jest unieważnienie postępowania i przeprowadzenie ponownego w oparciu o poprawioną dokumentację projektową.

**Dyrektor
SP ZOZ MSWiA w Szczecinie
dr Elżbieta Kasprzak**

