



DZP/381/DM/23

Tychy, 16.10.2023r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni” – nr sprawy: 25/23/ZP/TPbN

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1 – dot. formularza asortymentowo – cenowego (pakiet 2 poz. 3) – Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga szczotki o średnicy włosa 4 mm czy 5 mm? W kolumnie „opis towaru” widnieje zapis 305 mmx5mm, a w kolumnie „rozmiar w mm” 305x4 mm.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga szczotki o średnicy włosa 4 mm.

Pytanie nr 2 – dot. pakietu nr 5 – Czy Zamawiający popełnił omyłkę pisarską w poz. 2 wpisując „zgrzewalna w temp. 180-2200 C” czy winno być „zgrzewalna w temperaturze 180-220⁰ C”?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że właściwy jest zapis: „zgrzewalna w temperaturze 180-220⁰ C.”

Pytanie nr 3 – dot. pakietu nr 5 – Czy Zamawiający może doprecyzować jakiej długości rękawa w poz. 2 oczekuje?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga rękawa o długości 200 cm.

Pytanie nr 4 – dot. pakietu nr 5 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 2 szerokość rękawa papierowo – foliowego 120 mm zamiast szerokości 125 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 115 530 750,00 zł



Pytanie nr 5 – dot. projektowanych postanowień umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy do godziny 15:00?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ, tj. zmianie ulega:

- 1. Termin składania ofert z: 19.10.2023r godz. 08:00 na: 23.10.2023r. godz. 08:00**
- 2. Termin otwarcia ofert z: 19.10.2023r godz. 08:05 na: 23.10.2023r. godz. 08:05**
- 3. Termin związania ofertą z: 17.11.2023r na: 21.11.2023r.**

Powyższe wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SWZ są jej integralną częścią. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert, w tym załączników, druków i wymaganych dokumentów.