



dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę ambulansu drogowego typu B oraz ambulansu drogowego typu C wraz z wyposażeniem medycznym, znak ZP/13/2024

Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

L.p.	Pytanie Wykonawcy	Wyjaśnienie
1.	<p>dotyczy pozycji „Aktywna relaksacja klatki piersiowej za pomocą ssawki”</p> <p>Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważności urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej umożliwiającego pracę w wymaganych przez zamawiającego trybach (30/2, 15/2 oraz trybie ciągłym) bez konieczności stosowania ssawki relaksacyjnej celem osiągnięcia efektu terapeutycznego, dodatkowo badania takie jak: -Goto Y, Maeda T, Goto YN. Termination-of-resuscitation rule for emergency department physicians treating out-of-hospital cardiac arrest patients: an observational cohort study. Crit Care 2013;17:R235. -McCullough PA, Thompson RJ, Tobin KJ, Kahn JK, O’Neill WW. Validation of a decision support tool for the evaluation of cardiac arrest victims. Clin Cardiol 1998;21:195–200. Pokazują, że wykorzystanie ssawki, nie powinny być rutynowo stosowaną techniką podczas RKO.</p>	<p>Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.</p>
2.	<p>dotyczy pozycji "Ładowanie akumulatorów: -czas ładowania akumulatora w urządzeniu (bez wyjmowania) w temp. pokojowej –max. 120 minut”</p> <p>Czy Zamawiający dopuści urządzenie ładujące się od 0 do 100% poziomu baterii w czasie 135 min. Jednocześnie umożliwiając pracę nawet do 120 min na jednej baterii</p>	<p>Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia ładującego się od 0 do 100% poziomu baterii w czasie 135 min. Jednocześnie umożliwiając pracę nawet do 120 min na jednej baterii</p>

3.	<p>dotyczy pozycji „Transmisja danych: -możliwość bezprzewodowej transmisji danych raportu z RKO przez moduł Bluetooth do komputera”</p> <p>Zwracamy się z prośbą o rezygnację z powyższego punktu lub dopuszczenia na zasadzie równoważności możliwości transmisji danych za pomocą karty pamięci SD z urządzenia do komputera.</p>	Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.
4.	<p>dotyczy pozycji „ W zestawie: -dodatkowa niezależna ładowarka z uchwytem do montażu w ambulansie (zasilanie 12V prądu stałego) -przewód zasilający ładowarkę zakończony wtykiem IP-34 -torba lub kontener transportowy (wymiary maksymalne urządzenia w torbie lub kontenerze transportowym wysokość ca 65 cm x szerokość ca 51 cm x głębokość ca 26 cm) -stabilizator / deska ułożenia pod plecy pacjenta -system stabilizacji ułożenia pacjenta względem urządzenia zapewniający właściwy masaż (np. pasy do unieruchomienia rąk pacjenta do urządzenia) -akumulator min. 2 szt. -elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu (ssawka) min. 10 szt. -wbudowana ładowarka do akumulatora -paszport techniczny, karta gwarancyjna -instrukcja obsługi w j. polskim -oddzielna ładowarka do ładowania akumulatorów -waga urządzenia maksymalnie 9 kg w gotowości do użycia ≤ 8 kg”</p> <p>Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgodny na zaoferowanie ładowarki stacjonarnej umożliwiającej ładowanie dodatkowego akumulatora</p>	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ładowarki stacjonarnej umożliwiającej ładowanie dodatkowego akumulatora.

Z poważaniem

Członek Zarządu
Iwona Topka

Wyk. K.T.

Data wyk.: 10.06.2024r.

Szpital Pucki sp. z o.o.
84-100Puck, ul.1-go Maja 13A
NIP:5871700418, REGON:000308229, KRS:0000462529
58-690-43-00, sekretariat@szpitalpucki.pl