



WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY

ul. ks. R. Markwarta 7, 85-015 Bydgoszcz, tel. 052 323 04 13, fax. 052 323 04 50
NIP 554-22-12-161 REGON 001044962 KRS 0000002035
www.wspr.bydgoszcz.pl e-mail sekretariat@wspr.bydgoszcz.pl

DOZP.240.1.2022

Bydgoszcz, dnia 16 marca 2022 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Sukcesywne dostawy rurek krtoniowych i nosowo-gardłowych oraz sprzętu do anestezji i resuscytacji na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy”

Numer ogłoszenia: 2022/S 041-105721; data ogłoszenia: 28.02.2022 r.

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela wyjaśnień i modyfikuje treść SWZ w niżej wskazanym zakresie:

Pytanie nr 1

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 4 poz 9 rękojeść do laryngoskopu światłowodowego, standardowego, wielorazowego użytku dla dorosłych, kompatybilna z tyżkami światłowodowymi jednorazowego użytku, posiadająca oświetlenie LED dla dokładnej wizualizacji anatomicznej, zasilana bateriami alkalicznymi 1,5V, bez wymiennego światłowodu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 4 poz 10 i 11 worki samorozprężalne z maskami i rezerwuarem tlenowym, jednorazowy, o parametrach wymaganych przez Zamawiającego z maskami twarzowymi w rozmiarze dla noworodków (niemowląt) i dzieci (pediatryczna).

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza z powodu braku przewodu tlenowego.

Sporządził(a): Anna Mrozik-Gliszczyńska



Województwo
Kujawsko-Pomorskie