



Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa



Nr postępowania ZP/234/008/D/23

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp **pn. Dostawa sprzętu laboratoryjnego i urządzeń pomiarowych na potrzeby projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii suchego frakcjonowania wraz z mikronizacją suszonych ziaren kukurydzy”**

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

W dniu 28.09.2023r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące treści SWZ. Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny udziela odpowiedzi na pytanie:

Pytanie

Część 4 – Dostawa spektrofotometru

Czy zamawiający dopuszcza sprzęt o następujących parametrach:

- Dokładność długości fali: $\pm 1,0$ nm zamiast $0,9$ nm,
- Dokładność fotometryczna ($K_2Cr_2O_7$): $\pm 0,01A$ zamiast $\pm 0,005 A$?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.