



ZPZ- 2353 - 2365/24

Olsztyn, dnia 22.05.2024r.

**P.T.  
Wykonawcy**

Dot.: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawę materiałów szewnych oraz zestawów do operacji przepuklin i zestawu do laparoskopii ginekologicznej”. Sprawa: ZPZ-15/04/24

Zgodnie z art. 284 ust.2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dn. 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu oraz informuje o zmianie treści SWZ:

**Pytanie 1**

**Pakiet 1, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 2 x 75 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający **dopuszcza** nitkę o długości 2 x 75 cm, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

**Pytanie 2**

**Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający dopuści szwy poliestrowe, niewchłaniające, plecione, powlekane w całości silikonem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający **nie dopuszcza** szwów poliestrowych, niewchłaniających, plecionych, powlekanych w całości silikonem.

**Pytanie 3**

**Pakiet nr 3, poz. 1-15, 17**

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny pleciony, wchłaniający, składający się z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktyduPoli(glikolid i L-laktyd 90/10), powlekany w 50% kopolimerem glikolidu i L-laktyduPoli (glikolid i L-laktyd 30/70) i w 50% stearynianem wapnia, o okresie podtrzymywania tkankowego 75% po dwóch tygodniach i okresie wchłaniania do 70 dni, a w pozycji 3 dodatkowo bez powleczenia dioctanemchlorheksydyny?

**Odpowiedź:**

Zamawiający **nie dopuszcza** szwów chirurgicznych o parametrach jak w pytaniu.

**Pytanie 4**

**Pakiet nr 3, poz. 16, 17**

Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający **dopuszcza** długość nici 75 cm, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

**Pytanie 5**

**Pakiet nr 5, poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający **nie dopuści** igły odwrotnie tnącej kosmetycznej z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point).

**Pytanie 6**

**Pakiet nr 6**

Czy Zamawiający dopuści szwy polipropylenowe bez dodatku polietylenu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający **nie dopuści** szwów polipropylenowych bez dodatku polietylenu.

**Pytanie 7**

**Pakiet nr 6, poz. 16**

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający **nie dopuści** igły odwrotnie tnącej kosmetycznej z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point).

**Pytanie 8**

**Pakiet nr 7**

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, wchłaniające, monofilamentowe, niepowlekane, z igłą, o czasie wchłaniania 180-210 dni oraz o czasie podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 65-70% po 28 dniach, 40% po 57 dniach?

**Odpowiedź:**

Zamawiający **nie dopuści** szwów o parametrach jak w pytaniu.

**Pytanie 9**

**Pakiet nr 7, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający **nie dopuści** nitki o długości 75 cm.

**Pytanie 10**

**Pakiet nr 7, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści igłę 2 x 20 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

Brak pozycji 7 w Części 7 Formularza cenowego.

**Pytanie 11**

**Pakiet nr 8**

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, wchłaniające, barwione, monofilamentowe, niepowlekane, z igłą, wytwarzane z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktanu, o czasie wchłaniania 90-120 dni?

**Odpowiedź:**

Zamawiający **nie dopuści** szwów o parametrach jak w pytaniu.

### **Pytanie 12**

#### **Pakiet nr 8, poz. 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający w poz. 1 i 2 **dopuszcza** nitkę o długości 75 cm, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

### **Pytanie 13**

#### **Pakiet nr 9**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez powleczenia antybakteryjnego, pozostałe parametry bez zmian?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający **nie dopuszcza** materiału szewnego bez powleczenia antybakteryjnego, pozostałe parametry bez zmian.

### **Pytanie 14**

#### **Pakiet nr 9, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą rozwarstwiającą nie czarną?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający **nie dopuszcza** igły okrągłej rozwarstwiającej nie czarnej?

### **Pytanie 15**

#### **Pakiet nr 9, poz. 1-7**

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający **nie dopuszcza** nitki o długości 75 cm.

### **Pytanie 16**

Pakiet 1-10

Czy Zamawiający dopuści nici, które na opakowaniu zbiorczym (handlowym) posiadają napisy w języku angielskim ale w środku opakowania zbiorczego znajduje się instrukcja użytkownika w języku polskim.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie 1-11 i 13-15, aby zaoferowane wyroby medyczne, posiadały etykiety i instrukcje używania w języku polskim i/lub angielskim.

Wymagania w powyższym zakresie dotyczące wyrobów zaoferowanych w Pakiecie 12 i 16 określono w Formularzu cenowym.

### **Pytanie 17**

Pakiet 11

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 11 siatki przepuklinowe, polipropylenowe, niewchłaniające o parametrach :

- gramatura siatki 50g/m<sup>2</sup>
- grubość siatki 0,41 mm

- wielkość porów 1x1,25 mm
- grubość pojedynczego włókna < 0,10 mm
- wytrzymałość na rozciąganie: 255 N
- wytrzymałość na rozerwanie: 618 kPa? Rozmiary zgodnie z OPZ

**Odpowiedź:**

Zamawiający **nie dopuści** w pakiecie 11 siatek przepuklinowych o parametrach jak opisane w pytaniu.

**Pytanie 18**

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1 ,2:

1. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca pozostanie w zwłóce z dostawą zamówionych wyrobów w terminie określonym w § 4 ust. 2 lub pozostanie w zwłóce z dostarczeniem produktu wolnego od wad w terminie określonym w § 9 ust. 5, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości **0,5%** wartości brutto niezrealizowanej lub wadliwej części dostawy (w danym pakiecie) za każdy dzień zwłoki.,

2. (...) W sytuacji opisanej powyżej Wykonawca nie będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu produktu objętego zakupem interwencyjnym natomiast będzie zobowiązany do:

a) zapłaty kary umownej w wysokości **2,5 %** wartości niezrealizowanej dostawy brutto w pakiecie, w którym zakup interwencyjny wstąpił, lub (...).

**Odpowiedź:**

Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

**Uwaga Wykonawcy:**

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dn. 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2023r., poz. 1605 ze zm.), doprecyzowuje zapisy w Formularzu cenowym, w Części 5, 7, 8, w następującym zakresie:

- w Części 5, poprzez dodanie w opisie przedmiotu zamówienia nad tabelą - pozycji 13. Opis otrzymuje brzmienie: „Pakiet nr 5 – Poz. 1-13 szew nylonowy, niewchłaniany, monofilamentowy, barwiony, z igłą. Poz. 14-15 szew poliestrowy, powleczony silikonem”.

- w Części 7, poprzez doprecyzowanie w opisie przedmiotu zamówienia nad tabelą - pozycji, których dotyczy. Opis otrzymuje brzmienie: „Pakiet nr 7: Poz. 1 Szwy syntetyczne, wchłaniane, monofilamentowe, niepowlekane, z igłą. Czas wchłaniania 180 – 210 dni, podtrzymywanie tkankowe 90% 14 dni.

Poz. 2 - 4 Szwy syntetyczne, wchłaniane, monofilamentowe, niepowlekane, z igłą. Czas podtrzymywania tkankowego 50% do 90 dni, czas wchłaniania 13 – 36 miesięcy”.

- w Części 8 Zamawiający poprawia w tabeli, błędną numerację pozycji w kolumnie „Lp.”

Sporządziła: Maria Mielniczek

**Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych**  
**Główny Księgowy**  
**mgr Magdalena Sapryka**  
 /podpis na oryginale/

