

Wrocław, dnia 17 października 2023 roku

Znak sprawy: LOG.271.41.2023

Wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „*Dostawa odczynników laboratoryjnych do wykonywania badań serologicznych w kierunku boreliozy oraz chorób autoimmunologicznych wraz z dzierżawą sprzętu*”.

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław działając jako Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na zadane pytania do niniejszego postępowania - znak sprawy: LOG.271.41.2023.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach dzierżawy skanera, kołyski laboratoryjnej oraz buforu czyszczącego do płuczki i aparatu do testów paskowych, nie będących wyrobami medycznymi zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 r. poz. 974 ze zmianami)?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w ramach dzierżawy skanera, kołyski laboratoryjnej oraz bufora czyszczącego do płuczki i aparatu do testów paskowych, nie będących wyrobami medycznymi zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby serwis oferowanych w dzierżawę kołyski, skanera, czytnika i płuczki był przeprowadzany przez Wykonawcę (dotyczy wzoru umowy - §5 ust.7)? Obsługa serwisowa tych urządzeń opiera się na prostych czynnościach, wielokrotnie wykonywanych przez Dział Serwisu Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający wyraża zgodę aby serwis oferowanych w dzierżawę kołyski, skanera, czytnika i płuczki był przeprowadzany przez Wykonawcę.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki w formularzu cenowym (zał. nr 2, tabela A), opisując preferowaną przez Zamawiającego zawartość jednego opakowania (ilość oznaczeń) dla poz. 5,6 oraz od 8 do 11?

Zamawiający w formularzu param. techniczno – użytkowych (zał. nr 3.1.) prawidłowo, ale inaczej niż w formularzu cenowym opisał wielkości opakowań dla wymienionych pozycji:

- Poz. 5 – 10 szkiełek dla 10 pacjentów = 100 ozn.
- Poz. 6 – 16 pasków w zestawie (16 ozn.)
- Poz. 8 – 10 szkiełek w zestawie dla 5 pacjentów = 50 ozn.
- Poz. 9, 10, 11 - 16 pasków w zestawie (16 ozn.)

Prosimy o weryfikację preferowanej przez Zamawiającego zawartości jednego opakowania (ilość oznaczeń) dla poz. 5,6 oraz od 8 do 11 w formularzu cenowym.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający potwierdza, że prawidłowa zawartość jednego opakowania preferowana przez Zamawiającego w formularzu cenowym (zał. nr 2, tabela A) wynosi: Poz. 5 – 10 szkiełek dla 10 pacjentów=100 ozn., Poz. 6 - 16 pasków w zestawie (16 ozn.), Poz. 8 – 10 szkiełek w zestawie dla 5 pacjentów = 50 ozn., Poz. 9, 10, 11 - 16 pasków w zestawie (16 ozn.).

W załączeniu Zamawiający przekazuje zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ.