



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PRZASNYSZU**



06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9, centrala tel. 29 753 43 00, sekretariat 29 753 43 18, fax 29 753 43 80

NIP 761-13-33-881

REGON 000302480

BDO: 000110316

www.szpitalprzasnysz.pl

sekretariat@szpitalprzasnysz.pl

SPZZOZ.ZP/5/2023

Przasnysz, dnia 23.01.2023 r

**Do wszystkich,
którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: przetargu na wykonanie okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego. dla SPZZOZ w Przasnysz.

W odpowiedzi na zapytania Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pyt. 1 – dot. pakietu 49 – mammograf

Dotyczy wzoru umowy w § 2 pkt 1 ppkt 4), 7)

Zgodnie z wytycznymi producenta aparatu, podczas procedury przeglądu wymagana jest m.in. aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji celem poprawienia bezpieczeństwa pracy aparatu. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby podczas takich czynności przeglądu technicznego jak kalibracje czyli aktualizacja oprogramowania, Wykonawca potwierdził, że pochodzi ono bezpośrednio od producenta dla tego typu aparatury medycznej.

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pyt. 2 - dot. pakietu 49 – mammograf

Dotyczy wzoru umowy w § 2 pkt 8

Proponujemy termin naprawy do 7 dni roboczych, bez wymiany części i 10 dni roboczych w przypadku wymiany sprowadzanych części zamiennych z zagranicy, liczony od dnia zatwierdzenia wstępnego kosztorysu przez Zamawiającego.

Wyjaśniamy, że czas naprawy zależy jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu, co w przypadku poczty kurierskiej trwa 2-3 dni robocze.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę w zakresie pakietu 49.

Pyt. 3 - dot. pakietu 49 – mammograf

Dotyczy wzoru umowy w § 7 pkt 1

Zwracamy się z prośbą o skrócenie okresu gwarancji na części zamienne do 3 miesięcy, zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta aparatu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 4 - dot. pakietu 49 – mammograf

Dotyczy wzoru umowy w § 2 pkt 12

Zwracamy się z prośbą o skrócenie okresu gwarancji na części zamienne do 3 miesięcy, zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta aparatu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 5 - dot. pakietu 49 – mammograf

Dotyczy wzoru umowy w § 3 pkt 1

Skoro Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane prawem uprawnienia, specjalistyczny sprzęt i wykwalifikowany personel, niezbędne do realizacji zamówienia, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby personel oddelegowany do wykonania przeglądu zgodnie z wytycznymi producenta posiadał imienny certyfikat ukończenia szkolenia oraz klucz serwisowy wydany przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta lub inny podmiot szkolący wskazany przez producenta aparatu.

Wyjaśniamy, iż posiadanie ww. certyfikatów gwarantuje należyte wykonanie usługi, co przekłada się na bezpieczeństwo eksploatacji aparatury medycznej zarówno dla pacjenta jak i personelu obsługującego.

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pyt. 6 - dot. pakietu 49 – mammograf

Dotyczy wzoru umowy w § 7 pkt 3

Prosimy o wydłużenie terminu na uwzględnienie reklamacji do 14 dni od daty jej zgłoszenia tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego. Jednocześnie informujemy, że przedmiot przetargu pochodzi od producenta zagranicznego i nie jest możliwa jego wymiana w tak krótkim czasie.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę w zakresie pakietu 49.

Pyt. 7 - dot. pakietu 49 – mammograf

Dotyczy wzoru umowy w § 9 pkt 1 lit b)

Mając na uwadze równe traktowanie obu Stron, a w tym przypadku zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie również kary dla Zamawiającego z tytułu odstąpienia od umowy przez Strony, z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność. Zwracamy się z prośbą o zastosowanie tożsamej kary zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA
ds. Administracyjno-Technicznych

mgr Urszula Maćkowska