

Nasz znak: 6/zp/2023

Odpowiedź nr 10

Na zapytanie do swz dotyczące postępowania o zamówienie publiczne pn. „Dostawa tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/S 076-229148 z dnia 2023-04-18

W dniu 18.05.2023r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania o następującej treści:

Pytanie dotyczy pkt 85 zał nr 2 do SIWZ

W związku z faktem, że opis wstrzykiwacza w połączeniu z odpowiedziami Zamawiającego jest, wg naszej najlepszej wiedzy, niemożliwy do spełnienia przez żadne z urządzeń oferowanych na rynku, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie Automatycznego dwugłowicowego wstrzykiwacza kontrastu do tomografii komputerowej (sól fizjologiczna i kontrast) Medrad Stellant umożliwiającego integrację z TK w klasie IV wg standardu CIA 425.

Najważniejsze parametry wstrzykiwacza:

- głowica umożliwiająca pracę z wkładami jednorazowego lub wielorazowego użytku, wielorazowe o min. gwarantowanej sterylności -12 godzin
- Zdalna diagnostyka serwisowa poprzez łącze internetowe
- Stałe zasilanie sieciowe
- Generowane ciśnienie 325 PSI
- Stałe zasilanie sieciowe
- Sprzężenie z tomografem w klasie CAN IV
- Ogrzewacze kontrastu i soli fizjologicznej
- równoczesna iniekcja soli fizjologicznej i środka kontrastowego - z opcją zaprogramowania procentowej wartości wstrzykiwanego roztworu przez operatora
- automatyczny przesuw tłoków oraz napełnianie wkładów
- przechowywanie w pamięci i wywoływanie min250 protokołów
- iniekcje wielofazowe (do 6 faz)
- zintegrowana iniekcja testowa soli fizjologicznej
- Obsługa poprzez dotykowy panel sterujący połączony ze wstrzykiwaczem za pomocą kabla sygnałowo- zasilającego.
- Prędkość wymuszonego przepływu 0,1-10 ml/s, przyrost co 0,1 ml/s
- Opóźnienie skanowania 0-300 s (5 minut), przyrost co 1 sekundę

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

PREZES ZARZĄDU

Iwona Andrzejczyk-Szawerdo

KIEROWNIK BIURA
TECHNICZNO-GOSPODARSTWA
Adam Mazurak

Otrzymują:

1. Wykonawca

2. Strona internetowa <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital-debno> → Dostawa tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.”