



URZĄD MIEJSKI W PRZEMYŚLU

37-700 Przemyśl, Rynek 1, tel. +48 16 6752081, fax +48 16 6786449

www.przemysl.pl kancelaria@um.przemysl.pl

Przemyśl, 12.10.2021r.

ZP.271.13.2021

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Dotyczy postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej oraz montaż defibrylatorów AED w ramach budżetu obywatelskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Bezpieczniejszy Przemyśl”.

Zamawiający – Gmina Miejska Przemyśl – na podstawie z art. 284 ust. 6, w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), informuje o otrzymanych wnioskach o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań oraz o udzielanych wyjaśnieniach.

Treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ:

Pytanie nr 1

Dotyczy: Język komunikatów głosowych.

Czy zamawiający dopuści urządzenie defibrylator AED z komunikatami głosowymi w języku polskim i angielskim następujące po sobie?

Uzasadnienie:

W sytuacji zagrożenia życia, osoba postronna chcąc użyć AED, działając w dużym stresie może mieć problem z odnalezieniem przełącznika języka na interfejsie urządzenia. Natomiast postępujące po sobie komunikaty w różnych językach będą zawsze odtworzone w odpowiednim momencie. Ponadto według naszej wiedzy, takie konkretne rozwiązanie wskazują tylko na jednego producenta defibrylatorów, zatem wymóg ten stoi w sprzeczności z zasadami uczciwej konkurencji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza urządzenie defibrylatora AED z komunikatami głosowymi w języku polski i angielskim następujące po sobie. Defibrylator musi posiadać także komunikat głosowy w języku ukraińskim.

Pytanie nr 2

Dotyczy: Wymagań dodatkowych dla urządzeń AED montowanych na ścianie budynku (na zewnątrz/ wewnątrz budynku)

szafka zewnętrzna kapsuła powinna mieć formę okrągłą w preferowanym kolorze brązowym, a front z przezroczystego poliwęglanu (zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego konserwatora Zabytków).

Czy Zamawiający i konserwator zabytków dopuści szafkę zewnętrzną prostokątną w kolorze zielonym z frontem z przezroczystego poliwęglanu?

uzasadnienie:

Szafki okrągłe wskazane w wymogach nie spełniają wymogu SWZ nie posiadają systemu grzania i chłodzenia

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza szafkę zewnętrzną prostokątną w kolorze zielonym z frontem z przezroczystego poliwęglanu, pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę pozytywnego stanowiska na zmianę kształtu i koloru szafek od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Pytanie nr 3

Dotyczy Tablica informacyjna w kolorze grafitowo-białym zaś oznakowanie kierunkowe (strzałki) w kolorze brązowo-białym (zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).

Czy Zamawiający oraz konserwator zabytków dopuści tablice informacyjne w kolorze biało zielonym, oraz tablice kierunkowe w kolorze biało zielono czerwonym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza tablice informacyjne w kolorze biało - zielonym oraz tablice kierunkowe w kolorze biało – zielono – czerwonym, pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę pozytywnego stanowiska na zmianę kolorów od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Pytanie nr 4

Dotyczy: Wymagania w zakresie oznakowania urządzeń

Tablica informacyjna z płyty kompozytowej wykonanej z dwóch warstw aluminium, połączonych rdzeniem z polietylenu o niskiej gęstości o grubości minimum 3 mm.

Czy Zamawiający oraz konserwator zabytków dopuści tablicę informacyjną wykonaną z PVC/PWC o grubości 2 mm?

tablice z PVC są odporne na warunki atmosferyczne

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza tablicy informacyjnej wykonanej z PVC/PWC grub. 2mm.

Pytanie nr 5

Dotyczy: Instalacja defibrylatorów

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji prac projektowych oraz robót budowlano-montażowych w związku z potrzebą pozyskania planów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje terminy realizacji prac projektowych oraz robót budowlano-montażowych.

Pytanie nr 6

Dotyczy: Instalacja defibrylatorów

Czy Zamawiający ustali z Wykonawcą plan wykonawczy w ciągu 7 dni?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający na bieżąco będzie ustalał plan wykonawczy.

Pytanie nr 7

Dotyczy: Instalacja defibrylatorów

Czy Zamawiający może podać szczegóły w sprawie wykonania przyłącza koniecznego do funkcjonowania defibrylatorów zewnętrznych wolnostojących takich jak: podłoże, na którym będzie ustawiony totem z urządzeniem, odległość od źródła energii elektrycznej, konieczność wykorzystania maszyn budowlanych? Informacje te są niezbędne do prawidłowej kalkulacji oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający planuje zamontować jeden defibrylator jako wolnostojący na postumencie przy ścianie elewacyjnej Zamku Kazimierzowskiego w odległości około 50 cm od ściany. Instalacja elektryczna znajduje się wewnątrz budynku Zamku. Zakres robót ziemnych wyklucza użycia maszyn budowlanych.

Pytanie nr 8

Dotyczy: Instalacja defibrylatorów

Czy prace związane z ustawieniem postumentu oraz doprowadzeniem zasilania od źródła prądu będą wymagały uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie innych prac budowlanych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ustawienie postumentu będzie wymagało uzyskania pozwolenia na budowę ze względu na indywidualny wpis obiektu Zamku do rejestru zabytków.

Pytanie nr 9

Dotyczy: Instalacja defibrylatorów

Czy Zamawiający zapewnia niezbędne pozwolenia i decyzje administracyjne zezwalające na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie innych prac budowlanych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Po opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami przez Wykonawcę, Zamawiający może wystąpić o decyzję pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub na mocy pełnomocnictwa Wykonawca wystąpi w imieniu Zamawiającego.

Pytanie nr 10

Dotyczy: Instalacja defibrylatorów

Czy Zamawiający udostępni plany oraz mapy miejsc, na których prowadzone będą prace instalacyjne, w tym ułożenie kabli zasilających pod ziemią? Są one niezbędne do prawidłowej wyceny kosztów prowadzenia prac budowlanych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca w ramach prac projektowych we własnym zakresie pozyska potrzebne mapy.

Pytanie nr 11

Dotyczy: Instalacja defibrylatorów

Jeśli realizacja przedmiotu zamówienia nie wymaga pozwolenia na budowę czy Zamawiający dokona niezbędnego zgłoszenia robót budowlanych umożliwiających Wykonawcy zamontowania postumentu oraz doprowadzenie zasilania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Po opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami przez Wykonawcę, Zamawiający może wystąpić o decyzję pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub na mocy pełnomocnictwa Wykonawca wystąpi w imieniu Zamawiającego.

Pytanie nr 12

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie wytycznych konserwatora zabytków w celu oszacowania wyceny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w załączeniu przedstawia opinię Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Dodatkowo Zamawiający uzupełnia odpowiedź na Pytanie nr 5 zamieszczoną w Wyjaśnieniach treści SWZ z dn. 11.10.2021 r.:

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający uzna za wystarczające rozwiązanie, w którym defibrylatory będą dostarczone wraz z systemem zdalnego monitorowania nast. parametrów: informacja o stanie gotowości/braku gotowości AED (np. awaria urządzenia, brak komunikacji z urządzeniem, niski poziom naładowania baterii, zbyt niska temperatura do użycia, użycie defibrylatora). Funkcja zdalnego monitorowania będzie umożliwiała lokalizację defibrylatora AED, jego przemieszczanie w oparciu o technologię GPS z dokładnością do +/- 5 m? Powyższe informacje po automatycznym wygenerowaniu będą się wyświetlały na stanowisku dyżurnego w Straży Miejskiej. Przez okres gwarancji wykonawca zapewni na własny koszt łączność GSM, jej nieprzerwane administrowanie i natychmiastowe reagowanie na awarie techniczne zgłaszane automatycznie przez urządzenie z jednoczesnym poinformowaniem dyżurnego w Straży Miejskiej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uzna za wystarczające rozwiązanie, w którym defibrylatory będą dostarczone wraz z systemem zdalnego monitorowania nast. parametrów: informacja o stanie gotowości/braku gotowości AED (np. awaria urządzenia, brak komunikacji z urządzeniem, niski poziom naładowania baterii, zbyt niska temperatura do użycia, użycie defibrylatora). Funkcja zdalnego monitorowania będzie umożliwiała lokalizację defibrylatora AED, jego przemieszczanie w oparciu o technologię GPS z dokładnością do +/- 10 m. Powyższe informacje po automatycznym wygenerowaniu będą się wyświetlały na stanowisku dyżurnego w Straży Miejskiej. Przez okres gwarancji wykonawca zapewni na własny koszt łączność GSM, jej nieprzerwane administrowanie i natychmiastowe reagowanie na awarie techniczne zgłaszane automatycznie przez urządzenie z jednoczesnym poinformowaniem dyżurnego w Straży Miejskiej.

Zamawiający informuje, że wszystkie odpowiedzi na składane pytania oraz wnioski w niniejszym postępowaniu stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Kierownik Biura Zamówień Publicznych

Załącznik:

Opinia Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Otrzymują:

- 1) Strona internetowa: www.platformazakupowa.pl
- 2) A/a