



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4
W BYTOMIU**

ALEJA LEGIONÓW 10 41-902 BYTOM

TEL.: 32 281-02-71-7 FAX: 32 281-02-70 NIP: 626-25-10-567
KONTO BANKOWE ING Bank Śl. O/Bytom 26 1050 1230 1000 0022 1313 7165



Bytom, dnia 28.05.2021 r.

DZP – 11/2021

**Wyjaśnienia treści SWZ
do wszystkich zainteresowanych**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę bielizny niesterylnej oraz rękawic**

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej:

Pytanie nr 1 - dot. Pakietu nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu środka ochrony indywidualnej kl. III oraz EN 374-1 typ B, 5?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 2 - dot. Pakietu nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zawartość protein lateksowych do 50 µg/g?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 3 - dot. Pakietu nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 20 g/m²?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 4 - dot. Pakietu nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L, XL, XXL?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 5 - dot. Pakietu nr 6, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 3 do osobnego pakietu?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 6 - dot. projektu umowy §8, poz. 1,1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej partii dostawy?

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów projektowanych postanowień umownych.

Pytanie nr 7 - dot. Pakietu nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne z poziomem protein $\leq 79\mu\text{g/g}$?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 8 - dot. Pakietu nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe, spełniające pozostałe wymagania?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 9 - dot. Pakietu nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice winylowe, spełniające pozostałe wymagania?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 10 - dot. Pakietu nr 3, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice ortopedyczne, których grubość wynosi na palcu $0,33\pm 0,01$ mm, na dłoni $0,27\pm 0,02$ mm?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 11 - dot. Pakietu nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny tylko w rozmiarze L i XL?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 12 - dot. Pakietu nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/m^2 ?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 13 - dot. Pakietu nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'10 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 14 - dot. Pakietu nr 6, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy typu przedniak, zakładany na szyję wiązany z tyłu na troki?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 15 - dot. Pakietu nr 6, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej podfoliowanej na całej powierzchni z rękawem zakończonym mankietem?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 16 - dot. Pakietu nr 6, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch jednorazowego użytku wykonany w całości z odpornego na krew i wirusy materiału typu Splash+ o gramaturze 25g/m², rękawy zakończone wycięciem na kciuk?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 17 - dot. Pakietu nr 6, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, niejałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z podfoliowanej na całości włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez wszywkę przy lamówce. Opakowanie typu worek foliowy, pakowany po 10 sztuk. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019 oraz EN 14126. Rozmiar: L, XL. Wyrób medyczny zgodny z obowiązującą dyrektywą 93/42/EWG.

Odp.: Nie.

Pytanie nr 18 - dot. Pakietu nr 6, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard PLUS wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35 g/m² wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 40 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Rozmiar: M, L, XL, XXL, XXXL.

Odp.: Nie.

Pytanie nr 19 - dot. Pakietu nr 6, poz. 3

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 3 do osobnego zadania?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 20 - dot. Pakietu nr 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'10 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 21 - dot. Pakietu nr 8, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'50 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 22 - dot. Pakietu nr 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100 szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 23 - dot. Pakietu nr 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pokrowce na buty antypoślizgowe wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m²?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 24 - dot. Pakietu nr 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pokrowce na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej folii polietylenowej o grubości 18 μm, ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 25 - dot. Pakietu nr 10, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100 szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 26 - dot. Pakietu nr 10, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepek z napotnikiem o gramaturze 20g/m²?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 27 - dot. Pakietu nr 10, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'50 szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 28 - dot. Pakietu nr 10, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepek ze wstawką antypotną wykonany z włókniny Spunlace (bok) o gramaturze 45g/m² i włókniny polipropylenowej (góra) o gramaturze 25g/m²?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 29 - dot. Pakietu nr 10, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m²?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 30 - dot. Pakietu nr 10, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m²?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 31 - dot. Pakietu nr 10, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 18g/m²?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 32 - dot. Pakietu nr 11, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z jednowarstwowej włókniny polipropylenowej o gramaturze 45g/m²?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 33 - dot. Pakietu nr 11, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 34 - dot. Pakietu nr 11, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkład bibułowo-foliowy perforowany w rozmiarze 50cm x 50cm na rolce 40mb?

Odp.: Tak.

Z poważaniem


DYREKTOR
SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
Nr 4 w Bytomiu
Wojciech Michalik