

Dreźnie, dnia 2 lipca 2024 roku

**Do
Wykonawców,
ubiegających się o zamówienie**

P3

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę worków i pojemników dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Dreźnie, nr sprawy: PCZSzp/ZP/ZO/130/11/2024

WYJAŚNIENIA

Pytanie 1

Pakiet nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika 0,7 L o średnicy otworu wrzutowego 100x70mm?

Odp. do pytania 1

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w pakiecie 4 poz. 1 na pojemnik o wielkości otworu wrzutowego 100x70mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Pytanie 2

Pakiet nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika 1 L o średnicy otworu wrzutowego 100x70mm?

Odp. do pytania 2

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w pakiecie 4 poz. 2 na pojemnik o wielkości otworu wrzutowego 100x70mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Pytanie 3

Pakiet nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika 1 L o średnicy otworu wrzutowego 63 mm?

Odp. do pytania 3

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w pakiecie 4 poz. 2 na pojemnik o średnicy otworu wrzutowego 63mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Wykonawca w danej pozycji asortymentowej może złożyć ofertę wariantową na więcej niż jeden produkt odpowiadający wskazanym wymaganiom przedmiotowym.

Pytanie 4

Pakiet nr 4 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika 2 L o wys. 155mm?

Odp. do pytania 4

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 5

Pakiet nr 4 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika 2 L o wys. 210mm?

Odp. do pytania 5

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w pakiecie 4 poz. 3 na pojemnik o wysokości 210mm (mierzony bez pokrywy), przy pozostałych parametrach bez zmian.

Pytanie 6

Pakiet nr 4 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika 60 L o wymiarze podstawy dolnej: 34 x 23cm?

Odp. do pytania 6

Zamawiający wyjaśnia, że wymiary podstawy podane w zapytaniu ofertowym, to wymiary minimalne, co umożliwia złożenie oferty na pojemnik z podstawą o większych wymiarach.

Pytanie 7

Pakiet nr 4 poz.1-5

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pojemników wykonanych z polipropylenu? Tylko taki materiał zapewnia odporność na przebicie i elastyczność pojemnika a także pozwala na efektywne spalanie zebranego materiału.

Odp. do pytania 7

Nie stawia się szczegółowych wymagań w zakresie materiału z jakiego winny być wykonane pojemniki w pakiecie 4. Wskazane jest wymaganie, aby pojemniki wykonane były z tworzywa sztucznego odpornego na przebicia.

Pytanie 8

Pakiet nr 4 poz.1-4

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pojemników wykonanych w technologii wtrysku pod wysokim ciśnieniem? Obecnie na rynku dostępne są również pojemniki na odpady medyczne produkowane w technologii rozdmuchu, co sprawia, że powstałe pojemniki mogą posiadać zniekształcenia i zmienną, nie jednolitą grubość ścianki. Rozdmuch jest metodą dedykowaną do opakowań o stosunkowo małej grubości ścianki i niewygórowanych wymaganiach technicznych (np. butelka PET, które nie są odporne na przebicie). Tylko metoda wtrysku pod wysokim ciśnieniem gwarantuje odpowiednią strukturę i twardość pojemników oraz jednakową grubość ścianek na całej powierzchni, co zapewnia zgodną z obowiązującą normą odporność na przebicie, a w rezultacie zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo personelu medycznego podczas użytkowania.

Odp. do pytania 8

Nie stawia się dodatkowych wymagań

Pytanie 9

Pakiet nr 4 poz.1-4

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane pojemniki (0,7L; 1L; 2L; 3-3,5L; 5L) posiadały szczelne zamknięcie, uniemożliwiające przeciekanie płynów?

Odp. do pytania 9

Nie stawia się dodatkowych wymagań.

Wyjaśnienia zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania dnia 2.07.2024 r.