



Grudziądz, dnia 11.06.2024 r.

ZP-1539/24

## Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy asortymentu medycznego jednorazowego użytku na okres 24 miesiący (znak sprawy: Z/47/PN/24).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 ze zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawy asortymentu medycznego jednorazowego użytku na okres 24 miesiący” (znak sprawy: Z/47/PN/24), wpłynęły zapytania do postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

### 1. Pytanie dotyczy Formularza Cenowego, Pakiet 14, Pozycja 1

*Czy Zamawiający dopuści elektrodę z przewodem 8 cm o powierzchni czynnej o śr. 10mm, spełniającą pozostałe wymagania OPZ?*

*Tak szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazuje na konkretny produkt co uniemożliwia przystąpienie do przetargu większej liczbie oferentów w tym bezpośrednich dystrybutorów, ograniczając w ten sposób uczciwą konkurencję co może mieć wpływ na poziom ceny.*

### 2. Pytanie dotyczy Formularza Cenowego, Pakiet 14, Pozycja 3

*Czy Zamawiający dopuści elektrodę o rozmiarze 40x0,45 mm, spełniającą pozostałe wymagania OPZ?*

*Tak szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazuje na konkretny produkt co uniemożliwia przystąpienie do przetargu większej liczbie oferentów w tym bezpośrednich dystrybutorów, ograniczając w ten sposób uczciwą konkurencję co może mieć wpływ na poziom ceny.*

### 3. Pytanie dotyczy Formularza Cenowego, Pakiet 14, Pozycja 5

*Czy Zamawiający dopuści przewód o długości 200 cm, spełniającą pozostałe wymagania OPZ?*

*Tak szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazuje na konkretny produkt co uniemożliwia przystąpienie do przetargu większej liczbie oferentów w tym bezpośrednich dystrybutorów, ograniczając w ten sposób uczciwą konkurencję co może mieć wpływ na poziom ceny.*

### 4. Pytanie dotyczy Formularza Cenowego, Pakiet 14, Pozycja 6

*Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 30mm, spełniającą pozostałe wymagania OPZ?*





*Tak szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazuje na konkretny produkt co uniemożliwia przystąpienie do przetargu większej liczbie oferentów w tym bezpośrednich dystrybutorów, ograniczając w ten sposób uczciwą konkurencję co może mieć wpływ na poziom ceny.*

#### **5. Pytanie dotyczy Formularza Cenowego, Pakiet 14, Pozycja 8**

*Czy Zamawiający dopuści z dołączonym uchwytem, z korkami filcowymi 6mm, odstęp między korkami 25 mm, kabel ekranowy 1,5 m, wtyk DIN, spełniającą pozostałe wymagania OPZ?*

*Tak szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazuje na konkretny produkt co uniemożliwia przystąpienie do przetargu większej liczbie oferentów w tym bezpośrednich dystrybutorów, ograniczając w ten sposób uczciwą konkurencję co może mieć wpływ na poziom ceny.*

#### **Odpowiedź**

W odpowiedzi na powyższe zapytania tj. pytania 1-5 Zamawiający informuje, że **dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 14** jak poniżej.

#### **MODYFIKACJA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**dostawy asortymentu medycznego jednorazowego użytku na okres 24 miesięcy**” (znak sprawy: **Z/47/PN/24**), **w następującym zakresie:**

- w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – wykreśla się treść Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 14 zastępując nową treścią Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 14 jak w załączeniu.

Powyższa modyfikacja SWZ stanowi jej integralną część. Pozostała treść postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) pozostaje bez zmian.

Wykonawca przy składaniu oferty powinien uwzględnić powyższą modyfikację poprzez:

- złożenie wypełnionego dokumentu po modyfikacji

**lub**

- naniesienie poprawek w ramach powyższej modyfikacji poprzez skreślenie i wpisanie właściwej treści lub dopisanie zmodyfikowanego opisu.