

7/SPMED/2022

Kraków 06.05.2022r.

Odpowiedzi na pytania złożone do postępowania na  
„Dostawę sprzętu medycznego”

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści urządzenia wyprodukowane w ostatnim kwartale 2021?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2. Czy w pozycji 2 Zamawiający dopuści urządzenia, w których czas pracy na akumulatorze wynosi 4h, a czas ładowania akumulatorów wynosi 4h ?

**ODPOWIEDŹ:**

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3. Czy w pozycji 4 Zamawiający dopuści wideolaryngoskop z ekranem obracanym w dwóch płaszczyznach góra/dół 130° i lewo/prawo 270°, bez możliwości lustrzanego obracania ekranu ?

**ODPOWIEDŹ:**

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuści wideolaryngoskop, którego warunki przechowywania są od -20 do 60°C, a warunki pracy od 5 do 40°C ?

**ODPOWIEDŹ:**

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5. PKT. 2 i 15 - Czy w miejsce opisanego wymogu Zamawiający dopuści wideolaryngoskop z pojedynczym wbudowanym akumulatorem litowo – jonowym 3,6 V, gwarantującym ciągłą pracę urządzenia przez ponad 300 minut? Takie rozwiązanie zapewni możliwość wielokrotnego ładowania urządzenia, bez konieczności wymiany zużytej baterii.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający dopuszcza wideolaryngoskop z pojedynczym wbudowanym akumulatorem litowo – jonowym 3,6 V z możliwością jego ładowania oraz ładowarką w komplecie.

Pytanie 6. PKT. 4. Czy Zamawiający dopuści wideolaryngoskop, bez funkcji lustrzanego odbicia?

**ODPOWIEDŹ:**

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7. PKT. 7 Prosimy o dopuszczenie urządzenia bez automatyki jasności i kontrastu.

**ODPOWIEDŹ:** Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8. PKT. 8 Prosimy o dopuszczenie urządzenia, które pozwala na obrót w płaszczyźnie poziomej (lewo/prawo) 180 stopni. Jest to w pełni wystarczający zakres.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Videolaryngoskopu McGrath firmy Medtronic o poniższych parametrach technicznych. Dopuszczenie wyżej wymienionego Videolaryngoskopu umożliwi wybór alternatywy w postaci urządzenia powszechnie stosowanego w ratownictwie/transportie medycznym, SOR, OIT itp.

1.	Video laryngoskop bezprzewodowy ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej nie mniejszej niż 2,5 " wymiary 180 mm x 68 mm x 110 mm
2.	Wyświetlacz LCD obrotowy w płaszczyźnie pionowej z zakresem regulacji min 45 stopni
3.	Kamera CMOS
4.	Źródło światła: LED Wysoka intensywność
5.	Wskaźnik pozostałego czasu działania baterii
6.	Urządzenie zasilane baterią litową o standardowym czasie działania nie krótszym niż 250 min.
7.	Wizualny wskaźnik konieczności wymiany baterii
8.	Waga urządzenia nie większa niż 190g
9.	Ochrona przed wnikaniem wody min Ipx8
10.	Dostępne łyżki sterylne jednorazowego użytku w rozmiarze: 1,2,3,4 oraz łyżki do trudnej intubacji X3
11.	Na wyposażeniu Dostępne łyżki sterylne jednorazowego użytku w rozmiarze: 1,2,3,4 ( 100szt do wyboru).
12.	Etui twarde do ochrony Videolaryngoskopu na wyposażeniu
13.	Gwarancja min 36 miesiące

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wymaga videolaryngoskopu o parametrach opisanych w SWZ i niniejszych odpowiedziach.

Pytanie 10. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający dopisuje w § 6 ust.4 o następującym brzmieniu: "Krakowskie Pogotowie Ratunkowe wyraża zgodę na przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formie elektronicznej w pliku pdf na adres email: [faktury@kpr.med.pl](mailto:faktury@kpr.med.pl) jak i za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, Broker PEFexpert dostępnej pod adresem: <https://efaktura.gov.pl> ( portal PEF ) lub <https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl> ".

Pytanie 11. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust 1

1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może naliczyć kary umowne z następujących tytułów:

a) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy ponad termin określony w § 3 ust. 3. niniejszej umowy karę w wysokości **50,00 zł** za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towarów opóźnionych lub dostarczonych niezgodnie z zamówieniem**

b) za opóźnienie w naprawach w okresie gwarancji ponad terminy określone w § 5 ust.4 i ust.5

karę w wysokości **50,00zł** za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towarów opóźnionych w naprawach**

c) za opóźnienie w realizacji przeglądu technicznego ponad termin określony w § 5 ust.6 karę w wysokości **50,00zł** za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towarów opóźnionych w realizacji przeglądu technicznego**

d) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy karę w wysokości 10% ceny **niezrealizowanej części** (zawierającej podatek VAT ) przedmiotu umowy.

**ODPOWIEDŹ:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.**

Pytanie 12. Pakiet 4 poz.16 – dostawa pomp infuzyjnych strzykawkowych. Czy Zamawiającego wymaga, aby w wyposażeniu każdej pompy był zasilacz o niskim napięciu 12V?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający modyfikuje wymagane minimalne parametry pompy infuzyjnej strzykawkowej poprzez zmiany zapisów w tabeli Formularza ofertowego:

- pkt. 16. Otrzymuje brzmienie: „kabel lub zasilacz do instalacji 12V DC, kabel lub zasilacz do instalacji 230V”.
- pkt.24 otrzymuje nowe brzmienie: „Gwarantowany czas reakcji od zgłoszenia awarii max. do 72 godz.”
- pkt. 25 otrzymuje nowe brzmienie: „Gwarantowany czas od zgłoszenia awarii do jej usunięcia do 7 dni roboczych”.

Powyzsze odpowiedzi nalezy uwzglednic przy opracowywaniu oferty.

DYREKTOR

dr n. med. Małgorzata Popławska