



ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn  
tel.: 68 347 73 00

fax: 68 384 25 90

e-mail: sekretariat@spzozwolsztyn.pl

<http://www.spzozwolsztyn.pl>

NIP: 923-15-06-721, REGON: 970773426

Wolsztyn, dnia 06.04.2021 r.

## Wykonawcy

SPZOZ/DZPiZ/94/2021

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: „sukcesywna 24 miesięczna dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów do oznaczeń parametrów hematologicznych wraz z dzierżawą dwóch wieloparametrowych analizatorów hematologicznych dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego w SPZOZ w Wolsztynie”; Nr sprawy: **TP/4/2021**;

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – (tekst jedn.: Dz.U.2019.2019 z późn.zm. , Zamawiający zmienia;

**1. SWZ, rozdział 7. 7.1.4),** zdolności technicznej lub zawodowej; zamawiający zmienia zapis na:

*„co najmniej 3 dostawy odczynników do badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora/ów do badań na kwotę brutto: co najmniej 90 000 zł brutto każda”.*

**2. załącznik nr 9, wzór umowy: § 16 ust. 5** otrzymuje brzmienie:

*“W przypadku, o którym mowa w § 16 ust. 4 litera a) tj. zmiany stawki podatku vat lub podatku akcyzowego cena netto nie ulegnie zmianie. Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości. Zmiana nie wymaga sporządzenia odrębnego aneksu do umowy. W przypadku zmiany podatku akcyzowego zostanie on naliczony w obowiązującej wysokości. W przypadku zmiany przez producenta klasyfikacji wyrobu powodującej brak możliwości zastosowania preferencyjnej stawki VAT Wykonawca musi udowodnić datę zmiany klasyfikacji wyrobów”.*

**3. załącznika nr 9, wzór umowy: § 15,** Zamawiający dopisuje ust. 10 w brzmieniu "

*“W przypadku sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy postanowieniami dokumentów składających się na Umowę, Strony są związane postanowieniami tego dokumentu, który znajduje się wyżej w hierarchii dokumentów Umowy. Strony ustalają następującą hierarchię dokumentów Umowy:*

a) Umowa;

b) Opis Przedmiotu Zamówienia;

c) inne Załączniki do Umowy.

- 1. W przypadku stwierdzenia rozbieżności w postanowieniach dokumentów Umowy, obowiązujące będzie postanowienie, którego przyjęcie będzie zapewniało wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy.*
- 2. Zasady, o których mowa w ust. 1 i 2. powyżej, stosuje się pod warunkiem, że powyższe przypadki nie są oczywistą omyłką pisarską lub rachunkową.*

**4. załącznik nr 9, wzór umowy, § 2 ust. 4 pkt a):** otrzymuje brzmienie:

*„Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Zamawiający wymaga aby:*

- a. zaoferowane odczynniki w dniu dostawy posiadały nie krótszą niż 6 miesięczną datę przydatności do użytku, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin przydatności nie może być krótszy niż 2 miesiące*



od daty dostawy, z zastrzeżeniem, że krew kontrolna jest rozdysponowywana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego”

**5. Załącznika nr 3 do SWZ. Parametry graniczne, analizator podstawowy, pkt 6**

Zamawiający dopuszcza analizator podstawowy, w którym objętość aspirowanej próbki w trybie pracy z autopodajnikiem CBC, CBC + DIFF nie przekracza 88 µl.

**6. Załącznika nr 3 do SWZ. Parametry graniczne, analizator podstawowy, pkt. 7**

Zamawiający dopuszcza analizator, którego liniowość pomiaru WBC (z jednej analizy bez rozcieńczenia) wynosi co najmniej 0,00-440 x10<sup>3</sup>/µl.

7. Ilekroć w SWZ, ogłoszeniu o zamówieniu jest mowa o terminie terminu składania ofert, tj. należy rozumieć:

12.04.2021 r. godz. 12:00;

8. Ilekroć w SWZ, ogłoszeniu o zamówieniu jest mowa o terminie otwarcia ofert należy rozumieć:

12.04.2021 r. godz. 12:15.

Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców i muszą być uwzględnione w treści składanej oferty.

Z wyrazami szacunku

Załącznik:  
Wzór umowy  
Parametry graniczne

DYREKTOR

Karol Mońko

Sporządziła: Bernadeta Kurp we współpracy z KP

